

OGGETTO:

Valutazione per la fornitura di allestimento dei posti letto con per il nuovo reparto di Terapia Intensiva presso il piano IV del settore DEA dell'ospedale INFERMI di Rimini dell'AUSL ROMAGNA.

Entro il termine per la presentazione, sono pervenute le seguenti offerte:

SOLUZIONE TRAVI-TESTA LETTO	SOLUZIONE PENSILI A DOPPIO STATIVO
COMPAMED	TRUMPF
LANZONI	

Tutte le ditte rispondono ai requisiti richiesti rispetto alle tempistiche indicate in capitolato.

SOLUZIONE TRAVI TESTA LETTO:


In seguito alla valutazione della documentazione tecnica presentata dalle ditte, si osserva che:

- la soluzione presentata dalla ditta LANZONI non soddisfa i requisiti tecnici minimi espressi nel capitolato. Si nota infatti che le utenze elettriche e gas non sono installate sulle unità pensili come richiesto ma sulla trave stessa e non sono forniti elementi per valutare la mobilità delle unità pensili sulla trave. Non vengono fornite evidenze testuali e grafiche riguardo l'ottimizzazione e l'adeguamento da fase iniziale a fase finale e inoltre non è possibile verificare il grado di accessibilità al paziente. Non vi sono elementi sufficienti per valutare l'adeguatezza del carico utile complessivo delle unità pensili relativamente a quanto richiesto e non vi sono elementi per valutare la possibilità di modificare il distanziamento dei ripiani.

- la soluzione presentata dalla ditta COMPAMED soddisfa i requisiti tecnici minimi espressi in capitolato. Tuttavia sono presenti forti limitazioni sulla mobilità in quanto le utenze sono montate su unità girevoli ma non scorrevoli e non sono previsti sbracci. Le portate sono limitate per tutti e due i lati a 125 kg. L'adeguamento per il passaggio dalla fase 1 alla fase 2 viene descritto in modo esauriente ma le tempistiche sono prolungate e quantificate in due settimane. L'accessibilità al paziente è fortemente limitata dai vincoli della struttura stessa del sistema a trave senza alcuna movimentazione prevista. Infine si nota che non viene incluso in offerta l'allacciamento delle utenze gas.

Si procede, quindi, alla valutazione dell'adeguatezza dell'offerta economica relativamente alla base d'asta per l'offerta che soddisfa i requisiti minimi richiesti in capitolato:

DITTA	PREZZO TOTALE	BASE D'ASTA	SCONTO APPLICATO
COMPAMED	219.600,00 €	280.000,00 €	21,6 %



SOLUZIONE PENSILI A DOPPIO STATIVO:

In seguito alla valutazione della documentazione tecnica presentata dalla ditta, si osserva che:

- la soluzione presentata dalla ditta TRUMPF soddisfa pienamente i requisiti tecnici minimi espressi in capitolato. La ditta offre la fornitura e installazione di n. 18 pensili a doppio stativo: n.12 in acquisto altri n. 6 pensili doppi in comodato d'uso gratuito per 18 mesi, con possibilità di eventuale acquisto alla fine del periodo. Ogni postazione presenta un doppio braccio con lunghezza 800 + 600 mm che permette un'ampia movimentazione. Le portate per ogni colonna sono di 241 kg, le portate dei ripiani sono di 50 kg, tutte migliorative delle richieste di capitolato. La ditta fornisce dettagliata ed esaustiva documentazione per l'adeguamento per il passaggio della fase 1 alla fase 2 e l'offerta iniziale è già comprensiva di n. 9 ancoraggi aggiuntivi propedeutici per la fase finale. Inoltre la ditta allega un progetto preliminare per una corretta valutazione della fattibilità rispetto alle opere presenti al soffitto e allegate al capitolato. L'accessibilità al paziente è assicurata dalla versatilità della soluzione a doppio pensile e viene garantita la possibilità di inversione dei lati.


Si procede, quindi, alla valutazione dell'adeguatezza dell'offerta economica relativamente alla base d'asta per l'unica offerta:

DITTA	PREZZO TOTALE	BASE D'ASTA	SCONTO APPLICATO
TRUMPF	259.000,00 €	480.000,00 €	46,0 %

* la proposta per eventuale acquisto di n.6 pensili doppi in comodato gratuito al termine del periodo di 18 mesi è di € 90.000,00

Valutazione finale

Considerando che i requisiti minimi di capitolato vengono soddisfatti e tenendo conto delle esigenze degli operatori sanitari del reparto soprattutto in termini di gestione ed accessibilità del paziente grazie ad una maggiore manovrabilità e versatilità della soluzione proposta sia nella fase iniziale sia nella fase finale, si conclude che l'offerta più adeguata sia quella della ditta TRUMPF che offre una soluzione di pensili a doppio stativo.

Ing. Paolo Cenni	Dirigente U.O. Fisica Medica Ing. Clinica - Rimini	
Dott. Giuseppe Nardi	Direttore UO Anestesia e Rianimazione - Ambito Rimini	
Ing. Simone Attala	U.O. Fisica Medica Ing. Clinica - Rimini	