

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA INERENTE A STIMOLATORE MAGNETICO PER IL TRATTAMENTO DELLA DEPRESSIONE

L'Azienda U.S.L. della Romagna con sede legale in via De Gasperi n.8 – 48121 Ravenna, rende noto che sta valutando la possibilità di procedere all'affidamento di una fornitura di n. 1 Stimolatore Magnetico.

Nell'intento di investigare lo scenario dei possibili operatori economici in grado di fornire le tecnologie con le caratteristiche tecniche indicate, intende avviare un'indagine volta ad acquisire la conoscibilità e la disponibilità di operatori economici presenti nel mercato per la fornitura in oggetto.

Premesso che:

- tra le richieste pervenute ed approvate nel piano investimenti aziendale, è presente anche la fornitura di n. 1 Stimolatore Magnetico destinato al trattamento della depressione;
- l'obiettivo dell'acquisizione dello stimolatore magnetico è quello di trattare la depressione resistente. In particolare con tale sistema vengono trattate anche particolari categorie di pazienti che non possono essere trattati con terapia farmacologica. Il risultato atteso è quello di evitare ai pazienti trattamenti invasivi che possono sfociare in complicanze gravi (Deep Brain Stimulation), di evitare, laddove possibile, trattamenti farmacologici, di ridurre drasticamente i ricoveri per depressione.

OGGETTO

Fornitura di stimolatore magnetico destinato al trattamento della depressione resistente.

CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE

Lo Stimolatore Magnetico dovrà:

1. essere certificato per la destinazione d'uso del trattamento della depressione resistente;
2. disporre della stimolazione magnetica monobasica e bifasica con larghezza d'impulso pari a 280 µsec;
3. essere in grado di effettuare almeno 10 trattamenti completi di seguito senza interruzioni dovute al surriscaldamento;
4. essere dotato di bobina a farfalla con angolo 120° con sistema di raffreddamento che permetta l'utilizzo come descritto nel punto precedente;
5. essere in grado di monitorare il trattamento in corso.

Gli operatori economici in grado di fornire le tecnologie richieste, in previsione di un'eventuale e successiva apposita procedura di acquisizione, potranno inoltrare la propria manifestazione di interesse in un plico chiuso e

controfirmato sui lembi di chiusura, indicando sul fronte del plico la seguente dicitura: “Avviso per indagine di mercato esplorativa inerente a Stimolatore Magnetico”

Il plico dovrà essere inviato a: AUSL DELLA ROMAGNA – U.O. Fisica Medica e Ingegneria Clinica - Viale Ghirotti, 286 – 47521 Cesena (FC) entro il 28/10/2016 e dovrà contenere:

1. la manifestazione d’interesse a partecipare alla successiva apposita procedura di acquisizione;
2. La certificazione della destinazione d’uso dell’apparecchiatura;
3. le schede tecniche e tutta l’eventuale ulteriore documentazione che consenta di valutare l’idoneità e la rispondenza delle attrezzature a quanto richiesto;
4. una dichiarazione, anche cumulativa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dai pubblici appalti previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dall’art. 14 c. 1 del D. Lgs. 81/2008 e dall’art. 53, c. 16-ter del D. Lgs. 165/2001;
5. fotocopia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore

Si precisa che:

1. l’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’AUSL, che non si assume alcun obbligo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né l’attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine all’assegnazione della fornitura.
2. Non sono previste, in questa fase procedimentale, né graduatorie, né attribuzione di punteggi, né altre classifiche di merito in quanto, **la finalità del presente avviso è limitata all’acquisizione della conoscibilità e della disponibilità di operatori economici in grado di fornire la tecnologia ed i servizi richiesti.**

Sulla base degli esiti della presente indagine, l’AUSL procederà con una apposita procedura di acquisizione, la cui documentazione indicherà i criteri di aggiudicazione, i requisiti di partecipazione e tutte le condizioni contrattuali.

Per informazioni dott. Marco Dradi tel. 0547-352985

marco.dradi@auslromagna.it

U.O. FISICA MEDICA E INGEGNERIA CLINICA
Il Direttore Dott. Stefano Sanniti