

LANGUAGE:	IT
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F02
VERSION:	R2.0.9.S01
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	zivieri
NO_DOC_EXT:	2016-XXXXXX
SOFTWARE VERSION:	9.3.0
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
Posta elettronica:	claudia.zivieri@auslromagna.it
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

Bando di gara**Forniture**

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice**I.1) Denominazione e indirizzi**

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA

VIA DE GASPERI 8

RAVENNA

48121

Italia

Tel.: +39 547394447

E-mail: acquistiavr.ce@auslromagna.it

Fax: +39 547610948

Codice NUTS: ITD57

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.amministrazionetrasparente.auslromagna.it

I.2) Appalto congiunto**I.3) Comunicazione**

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:

www.amministrazionetrasparente.auslromagna.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività

Salute

Sezione II: Oggetto**II.1) Entità dell'appalto****II.1.1) Denominazione:**

Procedura aperta indetta dall'Azienda UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA per la fornitura di MATERIALI PER ATTIVITA' DI DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA VASCOLARE ED EXTRAVASCOLARE DISTINTa in 136 Lo

Numero di riferimento: DETERMINA DI INDIZIONE N.2768 DEL 23/11/2016

II.1.2) Codice CPV principale

33190000

II.1.3) Tipo di appalto

Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

Procedura aperta indetta dall'Azienda UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA per la fornitura di MATERIALI PER ATTIVITA' DI DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA VASCOLARE ED EXTRAVASCOLARE DISTINTa in 136 Lotti.

DURATA ANNI 3 estendibile ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per un Biennio. VALORE TRIENNALE EURO 8.379.685

valore economico complessivo DELL'APPALTO (COMPRESIVO DEL RINNOVO) stimato per la fornitura € 13.966.142,50 (al netto dell'iva).

CPV: 33190000 N. GARA: 6577651

II.1.5) Valore totale stimato

Valore, IVA esclusa: 8 379 685.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

Le offerte vanno presentate per un solo lotto

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Ago-set biopsia composto da tre pezzi assemblati, ago punta ecogena con mandrino trocar e catetere 5F 15-20 cm trasparente

Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari

33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Ago-set biopsia composto da tre pezzi assemblati, ago punta ecogena con mandrino trocar e catetere 5F 15-20 cm trasparente

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Prezzo

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 30 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Ago angiografico ad un elemento con alette estraibili,cannula a parete sottile. Connessione luer.18G, 038
calibro interno,lunghezza 7 cm

Lotto n.: 2

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Ago angiografico ad un elemento con alette estraibili,cannula a parete sottile. Connessione luer.18G, 038
calibro interno,lunghezza 7 cm

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Prezzo

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 9 000.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Ago cannula atraumatico in teflon rx opaco con ago in acciaio e filtro emostatico Diametri 18-20G Lunghezza
minima 5,1cm /massima 6,4cm

Lotto n.: 3

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Ago cannula atraumatico in teflon rx opaco con ago in acciaio e filtro emostatico Diametri 18-20G Lunghezza
minima 5,1cm /massima 6,4cm

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Prezzo

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 3 900.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Guida angiografica teflonata

Lotto n.: 4

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33111710

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Guida angiografica teflonata

anima fissa o mobile.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 16 200.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Guida extrastiff non idrofila (tipo Lunderquist). Guida in acciaio inossidabile con rivestimento in PTFE, radio-opaca, con estremità distale flessibile a punta retta o curva. Lunghezza da 260 cm circa
Lotto n.: 5
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33111710
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Guida extrastiff non idrofila (tipo Lunderquist). Guida in acciaio inossidabile con rivestimento in PTFE, radio-opaca, con estremità distale flessibile a punta retta o curva. Lunghezza da 260 cm circa a 300 cm circa.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 30 000.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Guida angiografica teflonata tipo Amplatz Super Stiff
Lotto n.: 6
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33111710
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Guida angiografica teflonata tipo Amplatz Super Stiff

Corpo in acciaio inox senza saldature, radiopaco, estremità distale flessibile con punta liscia, morbida, atraumatica a profilo dritto o a "J" di lunghezza da 1 a 7 cm circa , rivestimento esterno in PTFE, Diametro 0.035 inch circa – , Lunghezza guida da 75 cm fino a 260 cm circa

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 181 500.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Guida angiografica idrofila

Lotto n.: 7

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33111710

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Guida angiografica idrofila

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 230 115.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Guida angiografica idrofila rigida tipo "stiff"

Lotto n.: 8

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33111710

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Guida angiografica idrofila rigida tipo "stiff"

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 151 650.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

- II.2.1) **Denominazione:**
Guida angiografica idrofila, struttura in nitinol priva di saldature, radiopaca, con rivestimento idrofilico. Punta flessibile sagomabile. Lunghezza compresa tra 150 e 180 cm circa; diametro del corpo
Lotto n.: 9
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33111710
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Guida angiografica idrofila, struttura in nitinol priva di saldature, radiopaca, con rivestimento idrofilico. Punta flessibile sagomabile. Lunghezza compresa tra 150 e 180 cm circa; diametro del corpo compreso tra 0,018 e 0,038 pollici.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 37 800.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Guida angiografica per interventistica vascolare periferica extra rigida tipo "super stiff"; struttura ibrida in nitinol, radiopaca, con rivestimento spiralato in PTFE nella porzione prossimale e rive
Lotto n.: 10
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33111710
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Guida angiografica per interventistica vascolare periferica extra rigida tipo "super stiff"; struttura ibrida in nitinol, radiopaca, con rivestimento spiralato in PTFE nella porzione prossimale e rivestimento idrofilico nella porzione distale. Punta flessibile dritta o preformata a J. Lunghezza 300 cm circa; diametro del corpo 0,014, 0,018 e 0,035 pollici.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 57 600.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Filo guida angiografico con anima in acciaio a filamento unico rastremato in punta (disegno core to tip), copertura polimerica distale, coil distale in platino con rivestimento idrofilico, rivestiment

Lotto n.: 11

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33111710

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Filo guida angiografico con anima in acciaio a filamento unico rastremato in punta (disegno core to tip), copertura polimerica distale, coil distale in platino con rivestimento idrofilico, rivestimento prossimale in PTFE. Diametro 0,018. Lunghezza da 145 a 300 cm. Grammatura fino a 12g circa

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 26 400.00 EUR

- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Filo guida angiografico con anima in acciaio a filamento unico
Lotto n.: 12
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33111710
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Filo guida angiografico con anima in acciaio a filamento unico
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 40 500.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) Descrizione**II.2.1) Denominazione:**

Guida per interventistica vascolare periferica con corpo in acciaio altamente supportivo, ottimo controllo di torsione, a punta sagomabile, con rivestimento prossimale in PTFE e rivestimento idrofi

Lotto n.: 13

II.2.2) Codici CPV supplementari

33111710

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Guida per interventistica vascolare periferica con corpo in acciaio altamente supportivo, ottimo controllo di torsione, a punta sagomabile, con rivestimento prossimale in PTFE e rivestimento idrofilo del segmento distale. Calibro 0.014 e 0.018, Lunghezza 150-300cm circa

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 183 600.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici**II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari**II.2) Descrizione****II.2.1) Denominazione:**

Filo guida angiografico con anima acciaio e nitinol, copertura polimerica distale, punta radiopaca, rivestimento prossimale in PTFE e rivestimento distale idrofilico. Diametro 0.014 pollici. Lunghezza

Lotto n.: 14

II.2.2) Codici CPV supplementari

33111710

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Filo guida angiografico con anima acciaio e nitinol, copertura polimerica distale, punta radiopaca, rivestimento prossimale in PTFE e rivestimento distale idrofilico. Diametro 0.014 pollici. Lunghezza da 145 a 300 cm circa.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 92 400.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Filo guida angiografico con anima in acciaio a filamento unico rastremato in punta (disegno core-to-tip) che garantisce eccellente navigabilità e risposta alla torsione 1:1. Rivestimento distale idro

Lotto n.: 15

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33111710

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Filo guida angiografico con anima in acciaio a filamento unico rastremato in punta (disegno core-to-tip) che garantisce eccellente navigabilità e risposta alla torsione 1:1. Rivestimento distale idrofilico. Punta preformabile .
Grammatura <1,5g, Calibro 0,014 pollici, lunghezza da 190 a 300 cm circa.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 71 400.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Prolunghe armate ad alta pressione per iniettore automatico con adattatore rotante, resistenti a pressioni fino a 1200PSI Attacco LL maschio/femmina con ghiera rotante Lunghezza minima 120cm

Lotto n.: 16

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Prolunghe armate ad alta pressione per iniettore automatico con adattatore rotante, resistenti a pressioni fino a 1200PSI Attacco LL maschio/femmina con ghiera rotante Lunghezza minima 120cm

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Prezzo

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 25 462.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

- II.2.1) **Denominazione:**
Rubinetti in policarbonato trasparente a bassa ed alta pressione Resistenti a pressione da 300 a 1200PSI con attacco LL maschio/femmina. a 1 via a scatto ed a 3vie con e senza adattatore rotante
Lotto n.: 17
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Rubinetti in policarbonato trasparente a bassa ed alta pressione Resistenti a pressione da 300 a 1200PSI con attacco LL maschio/femmina. a 1 via a scatto ed a 3vie con e senza adattatore rotante
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Prezzo
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 7 800.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Siringhe per iniettore automatico di mdc resistenti a pressioni fino a 1200PSI compatibile con iniettore automatico MEDRAD MARK IV plus e MEDRAD MARK V PROVIS da 150 e 200ML
Lotto n.: 18
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Siringhe per iniettore automatico di mdc resistenti a pressioni fino a 1200PSI compatibile con iniettore automatico MEDRAD MARK IV plus e MEDRAD MARK V PROVIS da 150 e 200ML
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Prezzo

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 27 000.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Sistema di gonfiaggio in materiale plastico provvisto di manometro e tubo di collegamento munito di rubinetto a tre vie da utilizzare per il gonfiaggio/sgonfiaggio dei palloncini da angioplastica.

Lotto n.: 19

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Sistema di gonfiaggio in materiale plastico provvisto di manometro e tubo di collegamento munito di rubinetto a tre vie da utilizzare per il gonfiaggio/sgonfiaggio dei palloncini da angioplastica.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 44 700.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Connettore Y
Lotto n.: 20
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Connettore Y
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Prezzo
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 71 850.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Valvola emostatica, in silicone con membrana antireflusso utilizzabile con cateteri fino a 9F con via laterale
Lotto n.: 21
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Valvola emostatica, in silicone con membrana antireflusso utilizzabile con cateteri fino a 9F con via laterale

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Prezzo

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 1 950.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Placca adesiva con sistema di fissaggio a farfalla per drenaggi percutanei dotato di sistema di blocco a scatto adatto per cateteri da 6 a 14 Fr circa.

Lotto n.: 22

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Placca adesiva con sistema di fissaggio a farfalla per drenaggi percutanei dotato di sistema di blocco a scatto adatto per cateteri da 6 a 14 Fr circa.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Prezzo

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 5 040.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Sistema da recupero corpi estranei e da rimozione filtri cavali disponibili in diversi diametri del loop, con ansa radiopaca, altamente biocompatibili, latex free. Compatibili con introduttori fino a

Lotto n.: 23

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Sistema da recupero corpi estranei e da rimozione filtri cavali disponibili in diversi diametri del loop, con ansa radiopaca, altamente biocompatibili, latex free. Compatibili con introduttori fino a 6 F circa.

Lunghezza del sistema non inferiore a 100 cm circa ad ansa singola

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 27 360.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

- II.2.1) **Denominazione:**
Sistema da recupero corpi estranei e da rimozione filtri cavali disponibili in diversi diametri del loop, con ansa radiopaca, altamente biocompatibili, latex free. Compatibili con introduttori fino a
Lotto n.: 24
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Sistema da recupero corpi estranei e da rimozione filtri cavali disponibili in diversi diametri del loop, con ansa radiopaca, altamente biocompatibili, latex free. Compatibili con introduttori fino a 6 F circa.
Lunghezza del sistema non inferiore a 100 cm circa ad ansa multipla
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 23 100.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Sistema da recupero corpi estranei in sedi complesse costituito da catetere ad ansa radiopaca e munito di guida interna al sistema. Compatibile con introduttori fino a 8 F circa.
Lotto n.: 25
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Sistema da recupero corpi estranei in sedi complesse costituito da catetere ad ansa radiopaca e munito di guida interna al sistema. Compatibile con introduttori fino a 8 F circa.

Lunghezza : catetere non inferiore a 100 cm circa; sistema di recupero non inferiore a 130 cm circa.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 16 470.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Sistema di recupero corpi estranei a pinza da 3.0 F lunghi fino 135 cm. Shaft in maglia armata in acciaio inox e PTFE. Impugnatura prossimale per pinza e guida distale per facilitare presa.

Lotto n.: 26

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Sistema di recupero corpi estranei a pinza da 3.0 F lunghi fino 135 cm. Shaft in maglia armata in acciaio inox e PTFE. Impugnatura prossimale per pinza e guida distale per facilitare presa.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 13 500.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Set introduttore percutaneo armato

Lotto n.: 27

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Set introduttore percutaneo armato

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 62 370.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

- II.2.1) **Denominazione:**
Introduttore valvolato con cannula in polietilene a doppio strato e dilatatore in polietilene e Nylon con siliconatura interna ed esterna, atraumatico. Valvola in silicone a più cuspidi. Collare di s
Lotto n.: 28
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Introduttore valvolato con cannula in polietilene a doppio strato e dilatatore in polietilene e Nylon con siliconatura interna ed esterna, atraumatico. Valvola in silicone a più cuspidi. Collare di sutura sulla cannula. Lunghezza da 5 a 23 cm circa. Con o senza miniguia 0.035. Diametri da 4 a 11F con possibilità di misure intermedie
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 12 048.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Introduttore vascolare a parete sottile in teflon. Radiopaco, dotato di snodo con anello di sutura orientabile. Cono con indicazione dei Fr e codice colore. Dilatatore in propilene con punta rastremat
Lotto n.: 29
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Introduttore vascolare a parete sottile in teflon. Radiopaco, dotato di snodo con anello di sutura orientabile. Cono con indicazione dei Fr e codice colore. Dilatatore in propilene con punta rastremata atraumatica, flessibile e radiopaca. Valvola emostatica in silicone a più cuspidi. Microguida metallica a doppia punta (dritta, a "J") 0,035" / 0,038". Diametro da 4 a 11F, lunghezza 10-25 cm.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 62 250.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Set Introduttore valvolato per procedure endovascolari. Il Kit comprende:

Lotto n.: 30

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Set Introduttore valvolato per procedure endovascolari. Il Kit comprende:

Introduttore biocompatibile, con diametro tra 6 e 18 Fr circa e lunghezza tra 30 e 80 cm circa composto da dilatatore e guaina. Dilatatore atraumatico, in polietilene, radiopaco, con rastrematura distale, compatibile con guida 0.035- 0.038. Guaina con valvola antireflusso in silicone e via laterale di lavaggio con tre vie.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 33 750.00 EUR

- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Dilatatore vasale in materiale plastico morbido
Lotto n.: 31
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Dilatatore vasale in materiale plastico morbido
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Prezzo
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 4 800.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**

- II.2.1) **Denominazione:**
Set di micropuntura per accesso vascolare infrapopliteo retrogrado composto da: ago 21 G lungo almeno 4 cm con punta ecoriflettente, introduttore dedicato per micropuntura lungo 7 cm, diametro esterno
Lotto n.: 32
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Set di micropuntura per accesso vascolare infrapopliteo retrogrado composto da: ago 21 G lungo almeno 4 cm con punta ecoriflettente, introduttore dedicato per micropuntura lungo 7 cm, diametro esterno 4-5 Fr, diametro interno di almeno 2.9 Fr, valvola emostatica assemblabile, microguida 0.018
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 8 100.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Introduttore steerable direzionale, calibro fino a 10 Fr, lunghezza superiore a 55 cm, con estremo distale direzionabile, armato, idrofilico, sistema steerable con comandi laterali e manipolo e sist
Lotto n.: 33
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Introduttore steerable direzionale, calibro fino a 10 Fr, lunghezza superiore a 55 cm, con estremo distale direzionabile, armato, idrofilico, sistema steerable con comandi laterali e manipolo e sistema per blocco e fissaggio della curvatura. Compatibile con guide 0,035"

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 23 400.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Introduttori guida in nylon, anima a spirale in acciaio ricoperta in PTFE, Rivestimento idrofilico nella porzione distale. Punta morbida atraumatica, marker rx opaco all'estremità distale. Valvola emos
Lotto n.: 34

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Introduttori guida in nylon, anima a spirale in acciaio ricoperta in PTFE, Rivestimento idrofilico nella porzione distale. Punta morbida atraumatica, marker rx opaco all'estremità distale. Valvola emostatica in silicone a più cuspidi. Dritto e con varie conformazioni di punta. Compatibile con guida .038. Diametri 5/6/7/8 F lunghezza 45/65/90 cm .

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 69 600.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Cateteri guida in nylon armato munito di valvola in silicone e mandrino coassiale per procedure endovascolari a livello renale e carotideo ad ampia gamma di conformazione di punta. Ampio lume interno.

Lotto n.: 35

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Cateteri guida in nylon armato munito di valvola in silicone e mandrino coassiale per procedure endovascolari a livello renale e carotideo ad ampia gamma di conformazione di punta. Ampio lume interno. Diametri da 7 a 9F.

Lunghezza 55-95 cm circa

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 33 660.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Set introduttore percutaneo armato. Il kit comprende:

Lotto n.: 36

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Set introduttore percutaneo armato. Il kit comprende:

Guaina ad armatura elicoidale resistente al kinking, raccordo prossimale con valvola emostatica tuohy-borst o check-flo e marker radiopaco in punta. Rivestimento del lume interno in PTFE e superficie esterna idrofila.

Dilatatore compatibile con guida minore o uguale a 0.038 e con punta rastremata morbida. Dritto e con varie conformazioni di punta.

Diametri da 4F a 12F. Lunghezza da 45 cm a 90 cm circa.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 27 300.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Set introduttore percutaneo armato

Lotto n.: 37

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Set introduttore percutaneo armato
Il kit comprende:
Guaina ad armatura elicoidale resistente al kinking, raccordo prossimale con valvola emostatica tuohy-borst o check-flo, marker radiopaco in punta incorporato. Rivestimento del lume interno in PTFE e superficie esterna idrofila. Dilatatore compatibile con guida da 0.018 a 0.038, con punta rastremata e floppy di 3 cm.
Diametri 4F-8F.
Lunghezza 80-100 cm.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 17 550.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Cateteri con rivestimento idrofilico esterno che consenta una facile scorrevolezza all'interno dei vasi, armatura interna in rete metallica con punta atraumatica, con lume interno .038. A varie config
Lotto n.: 38
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Cateteri con rivestimento idrofilico esterno che consenta una facile scorrevolezza all'interno dei vasi, armatura interna in rete metallica con punta atraumatica, con lume interno .038. A varie configurazioni di punta. Diametri 4/5 F.

- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 148 500.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Cateteri in Nylon , con armatura metallica costituita da fili intrecciati, da 4 e 5F con lume interno da 0,042 a 0,048 con punta radiopaca , di lunghezza variabile da 65cm a oltre 110 cm circa. Pres
Lotto n.: 39
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Cateteri in Nylon , con armatura metallica costituita da fili intrecciati, da 4 e 5F con lume interno da 0,042 a 0,048 con punta radiopaca , di lunghezza variabile da 65cm a oltre 110 cm circa. Pressione massima sino a 1200 PSI
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 52 920.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Catetere angiografico armato per angiografia diagnostica e selettiva. Catetere armato, rinforzato con maglia in acciaio, superficie esterna liscia ed atraumatica, in nylon o altro materiale simile,

Lotto n.: 40

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Catetere angiografico armato per angiografia diagnostica e selettiva. Catetere armato, rinforzato con maglia in acciaio, superficie esterna liscia ed atraumatica, in nylon o altro materiale simile, ampio lume interno, estremità prossimale con attacco Luer, marcatura radiopaca. Lunghezza da cm 65 a cm 125 circa - diametro da 4-5Fr circa. Compatibili con guida inferiore o uguale a .038 ampia gamma di curve, compreso curva tipo spermatica e tipo Simmons modificato, adeguate alle varie anatomie.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 28 200.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari**II.2) Descrizione****II.2.1) Denominazione:**

Cateteri in Nylon armato dotati di markers rx opachi multipli su un tratto di almeno 20cm per misurazioni periferiche ed aortiche Punta pig-tail e dritta. Diametro catetere 5Fr. Lunghezza da 65 a 110
Lotto n.: 41

II.2.2) Codici CPV supplementari

33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Cateteri in Nylon armato dotati di markers rx opachi multipli su un tratto di almeno 20cm per misurazioni periferiche ed aortiche Punta pig-tail e dritta. Diametro catetere 5Fr. Lunghezza da 65 a 110cm circa.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 51 750.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici**II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari**II.2) Descrizione****II.2.1) Denominazione:**

Microspirale libera a diversa morfologia

Lotto n.: 42

II.2.2) Codici CPV supplementari

33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Microspirale libera a diversa morfologia

- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 90 300.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Spirali per embolizzazioni vascolari adatte a vasi ad alto flusso
Lotto n.: 43
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Spirali per embolizzazioni vascolari adatte a vasi ad alto flusso
Spirale libera in materiale RM-compatibile ad elevata forza radiale, con fibre sintetiche superficiali, compatibili con cateteri il cui diametro interno è compreso tra. 035 e. 038 inch.
Lunghezze della spirale estesa variabili
Diametri dell'embolo arrotolato variabili, comprendenti almeno le misure da mm 3 a mm 15 ca.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 90 000.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Spirale per embolizzazioni vascolari.

Lotto n.: 44

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Spirale per embolizzazioni vascolari.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 77 625.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Spirale cava per embolizzazioni vascolari.

Lotto n.: 45

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Spirale cava per embolizzazioni vascolari.

Spirale libera a doppia elica in platino o altro materiale, radiopaca, RM compatibile, con raddrizzatore in acciaio.

Corpo della spirale dimensione fino a 0,38 Inch circa,

Diametro spirale da mm 2 a mm 16 circa.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 38 475.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Spirale a distacco controllato da 0.035" completamente retraibile in platino, con fibre sintetiche, MR compatibile.

Lunghezza delle spirali da 7 a 14 cm ca., diametri da 4 a 20 mm ca.

Lotto n.: 46

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Spirale a distacco controllato da 0.035" completamente retraibile in platino, con fibre sintetiche, MR compatibile.

Lunghezza delle spirali da 7 a 14 cm ca., diametri da 4 a 20 mm ca.

- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 34 200.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Microspirale a rilascio controllato in materiale RM compatibile, con fibre sintetiche superficiali o materiale con analoga funzione trombigena, compatibili con microcateteri con lume interno compreso
Lotto n.: 47
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Microspirale a rilascio controllato in materiale RM compatibile, con fibre sintetiche superficiali o materiale con analoga funzione trombigena, compatibili con microcateteri con lume interno compreso tra 016 e 025 inch.
Lughezza embolo esteso: almeno fino a 15 cm circa
Diametri embolo arrotondato: comprendenti le seguenti misure: da mm 3 a mm 18 circa.
Relativo sistema di rilascio che non richiede fonti di alimentazione esterna.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 88 350.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Spirali per embolizzazione ad alto riempimento in platino con distacco controllato attivo. Diametro del corpo della spirale tra .018" e .020". Diametro della spirale da 2 mm a 20 mm circa. Lunghezza

Lotto n.: 48

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Spirali per embolizzazione ad alto riempimento in platino con distacco controllato attivo. Diametro del corpo della spirale tra .018" e .020". Diametro della spirale da 2 mm a 20 mm circa. Lunghezza della spirale non inferiore a 30 cm circa. Compatibile con microcateteri con lume interno tra .020" e .027".

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 144 000.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari**II.2) Descrizione****II.2.1) Denominazione:**

Vascular Plug per occlusione definitiva di vasi

Lotto n.: 49

II.2.2) Codici CPV supplementari

33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Vascular Plug per occlusione definitiva di vasi

Dispositivo vascolare cilindrico autoespandibile, costituito da un'armatura in rete di nitinol. Fornito con sistema per il rilascio controllato e il riposizionamento prima del definitivo distacco.

Diametri da circa 4 a circa 24 mm.

Lunghezza da circa 7 a circa 15 mm

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 59 250.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici**II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari**II.2) Descrizione****II.2.1) Denominazione:**

Sistema per occlusione dei vasi forma ovoidale composto da plug in nitinol parzialmente rivestito in PTFE, autoespandibile con markers all'estremità, con diametri che vanno da 1,5 a 5 mm, lunghezza 1

Lotto n.: 50

II.2.2) Codici CPV supplementari

33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Sistema per occlusione dei vasi forma ovoidale composto da plug in nitinol parzialmente rivestito in PTFE, autoespandibile con markers all'estremità, con diametri che vanno da 1,5 a 5 mm, lunghezza 12 mm circa, compatibile con microcatetere da .021" e .027", introduttore e guida di rilascio. Sistema di distacco elettrolitico o meccanico.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 60 000.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Materiale embolizzante costituito da idonee particelle di polivinil alcol (PVA) per trattamento occlusivo a lungo termine dei vasi.

Lotto n.: 51

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Materiale embolizzante costituito da idonee particelle di polivinil alcol (PVA) per trattamento occlusivo a lungo termine dei vasi.

Dimensione da 150 a 1000 micron circa.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 38 250.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Microsfere per embolizzazione in glicole polietilenico (PEG), idrofiliche, biocompatibili, comprimibili, calibrate ad alta precisione, non riassorbibili. Pronte per l'uso in siringhe da 20 mL sterili
Lotto n.: 52
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Microsfere per embolizzazione in glicole polietilenico (PEG), idrofiliche, biocompatibili, comprimibili, calibrate ad alta precisione, non riassorbibili. Pronte per l'uso in siringhe da 20 mL sterili monouso. Misure da 45 a 1200 micron.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 15 000.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Microsfere per embolizzazione in glicole polietilenico (PEG), idrofiliche, biocompatibili, comprimibili, calibrate ad alta precisione in grado di caricare e rilasciare farmaci chemioterapici (es. doxo

Lotto n.: 53

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Microsfere per embolizzazione in glicole polietilenico (PEG), idrofiliche, biocompatibili, comprimibili, calibrate ad alta precisione in grado di caricare e rilasciare farmaci chemioterapici (es. doxorubicina e irinotecan) in modo controllato fino a 75 mg/ml. Misure non inferiori a 50 micron. Tempo di rilascio del farmaco non inferiore ai 10 giorni. Tempo di sospensione maggiore di 2 minuti, in siringhe da 20 mL.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 123 750.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Liquido embolizzante non adesivo, radiopaco e iniettabile formato da copolimero a base di alcol etilvinilico, dimetilsolfossido e tantalio in polvere micronizzata, adatto per l'embolizzazione di lesio

Lotto n.: 54

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Liquido embolizzante non adesivo, radiopaco e iniettabile formato da copolimero a base di alcol etilvinilico, dimetilsolfossido e tantalio in polvere micronizzata, adatto per l'embolizzazione di lesioni vascolari periferiche e neurovascolari, incluse le malformazioni arterovenose e le neoplasie ipervascolari con diverse viscosità. L'iniezione può avvenire in un ampio intervallo di tempo. IL PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA E' RIFERITO A 1ML. LE QUANTITA' RICHIESTE SONO RIFERITE A ML.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 75 600.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Microcateteri armati, a rivestimento idrofilico almeno nella parte distale e con diverse angolature della punta, con parte prossimale da 3 a 2.5 F circa parte distale da 2.7 a 2F circa per guida 0.014

Lotto n.: 55

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Microcateteri armati, a rivestimento idrofilico almeno nella parte distale e con diverse angolature della punta, con parte prossimale da 3 a 2.5 F circa parte distale da 2.7 a 2F circa per guida 0.014" circa. Lunghezza da

150 cm circa con 1 o 2 marker radiopachi. idoneo all'infusione di vari materiali: diagnostici, embolizzanti e terapeutici (dichiarare).

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 72 000.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Microcatetere superselettivo, armato, superficie esterna liscia e atraumatica, parete ultrasottile, ricoperto in PTFE o altro materiale idoneo all'infusione di vari materiali: diagnostici, embolizzanti

Lotto n.: 56

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Microcatetere superselettivo, armato, superficie esterna liscia e atraumatica, parete ultrasottile, ricoperto in PTFE o altro materiale idoneo all'infusione di vari materiali: diagnostici, embolizzanti e terapeutici (dichiarare). Punta atraumatica, marker distale radiopaco, estremità distale flessibile ed estremità prossimale con attacco luer lock. Diametro prossimale 3F circa, diametro distale 2.8F circa, lunghezza 110-150 cm circa lume interno compatibile con guida fino a 0.021" circa. ed estremità prossimale con attacco luer lock. Il microcatetere deve permettere infusioni superiori a 500 PSI

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 121 500.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Kit composto da: microcatetere periferico ad alto flusso di iniezione con guida e raccordo a Y. superselettivo, armato, superficie esterna liscia e atraumatica, parete ultrasottile, ricoperto in PTFE

Lotto n.: 57

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Kit composto da: microcatetere periferico ad alto flusso di iniezione con guida e raccordo a Y. superselettivo, armato, superficie esterna liscia e atraumatica, parete ultrasottile, ricoperto in PTFE o altro materiale idoneo all'infusione di vari materiali: diagnostici, embolizzanti e terapeutici (dichiarare). Punta atraumatica, marker distale radiopaco, estremità distale flessibile ed estremità prossimale con attacco luer lock. Il microcatetere deve permettere infusioni superiori a 500 PSI. Diametro microcatetere prossimale 3F circa diametro microcatetere distale 2.8 circa, lunghezza 110-150 cm circa. Guida idrofilica con punta preformabile.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 38 700.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Kit composto da: Microcatetere idrofilico, con guida idrofilica. Parete interna in PTFE. Armatura interna. Radiopaco per tutta la lunghezza. Compatibile con l'infusione di vari materiali diagnostici, Lotto n.: 58

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Kit composto da: Microcatetere idrofilico, con guida idrofilica. Parete interna in PTFE. Armatura interna. Radiopaco per tutta la lunghezza. Compatibile con l'infusione di vari materiali diagnostici, embolizzanti e terapeutici (dichiarare) . Diametro prossimale da 2.7 F circa, lunghezza 110-130 cm ca. ed estremità prossimale con attacco luer lock. Il microcatetere deve permettere infusioni superiori a 800 PSI circa. Guida idrofilica di calibro 0.021 circa.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 52 500.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

- II.2.1) **Denominazione:**
Catetere per infusione di farmaci (dichiarare). Diametro del catetere non superiore a 5 Fr, lunghezza del catetere da circa 50cm a circa 140 cm. Presenza di fori laterali sui segmenti di infusione di
Lotto n.: 59
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Catetere per infusione di farmaci (dichiarare). Diametro del catetere non superiore a 5 Fr, lunghezza del catetere da circa 50cm a circa 140 cm. Presenza di fori laterali sui segmenti di infusione di diversa lunghezza, da 4 cm circa a 20 cm circa.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 24 750.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Catetere di supporto per interventistica periferica
Lotto n.: 60
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Catetere di supporto per interventistica periferica

Catetere per attraversamento di steno-ostruzioni difficili, a basso profilo, flessibile, armato e resistente al kinking, con rivestimento idrofilo distale per favorirne la scorrevolezza e dotato di markers radiopachi nel tratto distale. Punta dritta ed angolata.

compatibile con guida 0.014, 0.018 e 0.035 inch.

lunghezza da cm.90 a cm.150 circa

diametro da 2,3 a 4 Fr

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 39 150.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Catetere a palloncino per PTA, OTW, semicompiante, compatibile con guida 0 .035" a basso profilo e punta rastremata, con elevate pressioni di insufflaggio da 9 atm circa a 18 atm circa, con markers

Lotto n.: 61

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Catetere a palloncino per PTA, OTW, semicompiante, compatibile con guida 0 .035" a basso profilo e punta rastremata, con elevate pressioni di insufflaggio da 9 atm circa a 18 atm circa, con markers radiopachi.

Diametro pallone da 3 a 13 mm circa, lunghezza del pallone da 20 a 120 mm circa. Shaft del catetere da 80 cm circa a 135 cm circa.

diametro da 2,3 a 4 Fr

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 78 000.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Cateteri a palloncino per PTA, OTW, non complianti per dilatazione di lesioni vascolari calcifiche utilizzabili anche in distretti non vascolari compatibile con guida da 0.035". Palloncino resistente

Lotto n.: 62

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Cateteri a palloncino per PTA, OTW, non complianti per dilatazione di lesioni vascolari calcifiche utilizzabili anche in distretti non vascolari compatibile con guida da 0.035". Palloncino resistente a pressioni di insufflaggio non inferiore a 20 atm. Diametri palloncino da 4 a 12 mm circa. Lunghezza palloncino da 20 mm circa fino a 200 mm circa. Lunghezza catetere da 40 a 135 cm circa.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 48 000.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Catetere a palloncino non conforme a doppio marker Rx opaco resistente ad atmosfere uguali o superiori a 20 atm, compatibile con guida da 0.035". Diametro del palloncino da 5 a 12 mm circa. Lunghezza del palloncino da 20 a 80 mm circa. Lunghezza dello shaft da 50 a 75cm circa.
Lotto n.: 63

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Catetere a palloncino non conforme a doppio marker Rx opaco resistente ad atmosfere uguali o superiori a 20 atm, compatibile con guida da 0.035". Diametro del palloncino da 5 a 12 mm circa. Lunghezza del palloncino da 20 a 80 mm circa. Lunghezza dello shaft da 50 a 75cm circa.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 34 500.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Catetere a palloncino non conforme a doppio marker Rx opaco resistente ad ATM non inferiori a 10 circa,, compatibile con guida da 0.035". Diametro del palloncino da 12 a 20 mm Lunghezza del pallon
Lotto n.: 64

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Catetere a palloncino non conforme a doppio marker Rx opaco resistente ad ATM non inferiori a 10 circa,, compatibile con guida da 0.035". Diametro del palloncino da 12 a 20 mm Lunghezza del palloncino da 2 a 6 cm circa. Lunghezza dello shaft 75 e 120 cm.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 26 250.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Catetere a palloncino semicompiante per vasi di calibro ridotto a doppio marker rx opaco, OTW per guida 0,018", idrofilico interno/esterno , punta corta atraumatica , utilizzabile con introducttori 4

Lotto n.: 65

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Catetere a palloncino semicompiante per vasi di calibro ridotto a doppio marker rx opaco, OTW per guida 0,018", idrofilico interno/esterno , punta corta atraumatica , utilizzabile con introducttori 4 o 5 F. Lunghezza

catetere da 80 a 135 cm circa. Lunghezza palloncino da 15 mm a 200 mm circa. Diametri palloncino da 2 mm circa a 7 mm circa.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 150 150.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Catetere a palloncino non conforme per vasi di calibro ridotto a doppio marker rx opaco, OTW per guida 0,018", idrofilico interno/esterno , punta corta atraumatica , utilizzabile con introduttori 4

Lotto n.: 66

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Catetere a palloncino non conforme per vasi di calibro ridotto a doppio marker rx opaco, OTW per guida 0,018", idrofilico interno/esterno , punta corta atraumatica , utilizzabile con introduttori 4 o 5 F. Lunghezza catetere da 80 a 135 cm circa. Lunghezza palloncino fino a 10 cm circa. Diametri palloncino da 2 mm circa a 7 mm circa.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 23 400.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Catetere a palloncino monorail a basso profilo per PTA di vasi periferici. Guida 0,018". Diametri palloncino da 2 mm circa a 8 mm circa. Lunghezza palloncino da 2 a 15 cm circa.

Lotto n.: 67

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Catetere a palloncino monorail a basso profilo per PTA di vasi periferici. Guida 0,018". Diametri palloncino da 2 mm circa a 8 mm circa. Lunghezza palloncino da 2 a 15 cm circa.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 24 750.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari**II.2) Descrizione****II.2.1) Denominazione:**

Catetere a palloncino monorail per guida 0,014", punta morbida atraumatica, resistente sino a 14 ATM.
Lunghezza catetere da 80 a 135 cm circa. Diametro palloncino da 4 a 7 mm circa con possibilità di
Lotto n.: 68

II.2.2) Codici CPV supplementari

33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Catetere a palloncino monorail per guida 0,014", punta morbida atraumatica, resistente sino a 14 ATM.
Lunghezza catetere da 80 a 135 cm circa. Diametro palloncino da 4 a 7 mm circa con possibilità di misure
intermedie. Lunghezza palloncino da 15 mm circa a 30 mm circa.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 37 800.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici**II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari**II.2) Descrizione****II.2.1) Denominazione:**

Catetere a palloncino OTW per la dilatazione di distretti vascolari periferici compatibile con guida 0,014".
Lunghezza catetere fino a 135 cm circa. Diametro del palloncino fino a 5 mm circa. Lunghez
Lotto n.: 69

II.2.2) Codici CPV supplementari

33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD58

- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Catetere a palloncino OTW per la dilatazione di distretti vascolari periferici compatibile con guida 0,014".
Lunghezza catetere fino a 135 cm circa. Diametro del palloncino fino a 5 mm circa. Lunghezza del palloncino da 15 mm a 40 mm circa.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 48 750.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
CCatetere a palloncino semicompiante flessibile OTW per la dilatazione di distretti vascolari periferici compatibile con guida 0,014". Lunghezza catetere da 80 a 135 cm circa. Pressione di insufflaggio
Lotto n.: 70
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Catetere a palloncino semicompiante flessibile OTW per la dilatazione di distretti vascolari periferici compatibile con guida 0,014". Lunghezza catetere da 80 a 135 cm circa. Pressione di insufflaggio di 12 atm circa. Diametro del palloncino da 1,5 mm a 4 mm circa. Lunghezza del palloncino fino a 220 mm circa.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 79 950.00 EUR

- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Catetere per occlusione temporanea vascolare, con palloncino in lattice, utilizzabile anche per procedure non vascolari. Catetere a 2 lumi. Compatibili con introduttori 14 F circa e con guida 0.035".
Lotto n.: 71
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Catetere per occlusione temporanea vascolare, con palloncino in lattice, utilizzabile anche per procedure non vascolari. Catetere a 2 lumi. Compatibili con introduttori 14 F circa e con guida 0.035". Palloncino con massimo volume di insufflaggio 30 cc circa. Diametro del palloncino gonfio da 20 a 40 mm circa. Lunghezza catetere circa 100 cm.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 31 500.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no

- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Catetere a palloncino per occlusione vasale temporanea a due lumi paralleli compatibile con guida da 0.038".
Calibro catetere da 6 F, lunghezza catetere 80 cm circa, diametro palloncino da 8,5 a 11,5
Lotto n.: 72
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Catetere a palloncino per occlusione vasale temporanea a due lumi paralleli compatibile con guida da 0.038".
Calibro catetere da 6 F, lunghezza catetere 80 cm circa, diametro palloncino da 8,5 a 11,5 mm circa.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 24 000.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Catetere a palloncino semicompiante per angioplastica periferica, OTW dotato di elevata forza radiale anche in lesioni fortemente calcifiche. Per guide .014.-.018 Diametri del palloncino da 3 a 6m
Lotto n.: 73
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000

- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Catetere a palloncino semicompiante per angioplastica periferica, OTW dotato di elevata forza radiale anche in lesioni fortemente calcifiche. Per guide .014.-.018 Diametri del palloncino da 3 a 6mm circa; Lunghezza pallone da 4 a 15cm circa. Lunghezza catetere 135 cm ca. RPB non inferiore a 12 ATM.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 18 000.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Catetere a palloncino per angioplastica periferica indicato anche nel trattamento di fistole atero-venose, OTW fornito di elementi idonei ad aumentare focalmente la forza radiale anche in lesioni f
Lotto n.: 74
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Catetere a palloncino per angioplastica periferica indicato anche nel trattamento di fistole atero-venose, OTW fornito di elementi idonei ad aumentare focalmente la forza radiale anche in lesioni fortemente calcifiche. Idoneo per guide 0.035 Diametri del palloncino da 5mm ca a 10mm circa. Lunghezza del palloncino di 5 cm ca.lunghezza del catetere da 60 cm ca a 120 cm ca.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 37 500.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Catetere a palloncino con sistema tagliente sulla superficie del pallone per la ricanalizzazione di vasi a pareti calcifiche e per la ricanalizzazione di stent in vasi periferici. Compatibile con guid

Lotto n.: 75

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Catetere a palloncino con sistema tagliente sulla superficie del pallone per la ricanalizzazione di vasi a pareti calcifiche e per la ricanalizzazione di stent in vasi periferici. Compatibile con guida da 0.014" e 0.018". Lunghezza pallone a partire da 2 cm circa. Diametri palloncino da 2 a 8 mm circa.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 59 400.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici**II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari**II.2) Descrizione****II.2.1) Denominazione:**

CATERERE DILATATORE A RILASCIO DI FARMACO PARTICOLARMENTE INDICATO PER IL TRATTAMENTO DEL DISTRETTO ILIACO-FEMORALE.

Lotto n.: 76

II.2.2) Codici CPV supplementari

33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

CATERERE DILATATORE A RILASCIO DI FARMACO PARTICOLARMENTE INDICATO PER IL TRATTAMENTO DEL DISTRETTO ILIACO-FEMORALE.

Catetere Dilatatore per PTA semicompiante a rilascio di farmaco antiproliferativo di tipo OTW compatibile con guida 0.035 inch. Caratteristiche: 1. Farmaco Eluito: Paclitaxel – 2. Dose di farmaco non inferiore a 2 microg/mm quadrato 3. Quantità di farmaco eluita nella prima ora non inferiore a 200 micromol/ml – 4. Sistema di ritenzione del farmaco con minima dispersione durante la manipolazione del catetere.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 117 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici**II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari**II.2) Descrizione**

- II.2.1) **Denominazione:**
CATERERE DILATATORE A RILASCIO DI FARMACO PARTICOLARMENTE INDICATO PER IL TRATTAMENTO DEL DISTRETTO FEMORO-POPLITEO E SOTTOPOPLITEO.
Lotto n.: 77
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
CATERERE DILATATORE A RILASCIO DI FARMACO PARTICOLARMENTE INDICATO PER IL TRATTAMENTO DEL DISTRETTO FEMORO-POPLITEO E SOTTOPOPLITEO.
Catetere Dilatatore per PTA semicompiante a rilascio di farmaco antiproliferativo di tipo OTW compatibile con guida 0.018 inch. Caratteristiche: 1. Farmaco Eluito: Paclitaxel – 2. Dose di farmaco non inferiore a 2 microg/mm quadrato 3. Quantità di farmaco eluita nella prima ora non inferiore a 200 micromol/ml – 4. Sistema di ritenzione del farmaco con minima dispersione durante la manipolazione del catetere.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 168 000.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
CATERERE DILATATORE A RILASCIO DI FARMACO PARTICOLARMENTE INDICATO PER IL TRATTAMENTO DEL DISTRETTO SOTTOPOPLITEO.
Lotto n.: 78
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

CATERERE DILATATORE A RILASCIO DI FARMACO PARTICOLARMENTE INDICATO PER IL TRATTAMENTO DEL DISTRETTO SOTTOPOPLITEO.

Catetere Dilatatore per PTA semicompiante a rilascio di farmaco antiproliferativo di tipo OTW compatibile con guida 0.014 inch. Caratteristiche: 1. Farmaco Eluito: Paclitaxel – 2. Dose di farmaco non inferiore a 2 microg/mm quadrato 3. Quantità di farmaco eluita nella prima ora non inferiore a 200 micromol/ml – 4. Sistema di ritenzione del farmaco con minima dispersione durante la manipolazione del catetere.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 97 200.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Sistema di protezione cerebrale a filtro con guida indipendente.

Lotto n.: 79

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Sistema di protezione cerebrale a filtro con guida indipendente.

Sistema percutaneo di protezione cerebrale a scambio rapido (Rapid Exchange) che consenta sia un efficace contenimento di particelle embolizzanti che una adeguata apposizione alle pareti anche per vasi di differenti diametri. Caratteristiche: 1. membrana interna porosa 2. compatibilità con filo guida 0.014" 3. struttura del cestello in nitinol radiopaco

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 199 500.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Sistema di protezione cerebrale a filtro con guida consensuale.

Lotto n.: 80

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Sistema di protezione cerebrale a filtro con guida consensuale.

Sistema percutaneo di protezione cerebrale a scambio rapido (Rapid Exchange) che consenta sia un efficace contenimento di particelle embolizzanti che una adeguata apposizione alle pareti anche per vasi di differenti diametri. Caratteristiche: 1. membrana interna porosa 2. compatibilità con filo guida 0.014" 3. struttura del cestello in nitinol radiopaco.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 86 400.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Sistema di protezione cerebrale con blocco di flusso.

Lotto n.: 81

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Sistema di protezione cerebrale con blocco di flusso.

Sistema percutaneo di protezione cerebrale che consenta un blocco del flusso prossimale sulla carotide interna.

Caratteristiche: 1. blocco di flusso mediante sistema occlusivo con pallone compliant – 2. sistema compatibile con introduttore non superiore a 9 Fr – 3. sistema di filtraggio del flusso refluo

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 48 000.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

- II.2.1) **Denominazione:**
Sistema di protezione periferica a filtro con guida consensuale.
Lotto n.: 82
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Sistema di protezione periferica a filtro con guida consensuale.
Sistema percutaneo di protezione periferica a scambio rapido (Rapid Exchange) che consenta sia un efficace contenimento di particelle embolizzanti che una adeguata apposizione alle pareti anche per vasi di differenti diametri. Caratteristiche: 1. membrana interna porosa 2. compatibilità con filo guida 0.014" 3. struttura del cestello in nitinol radiopaco.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 31 200.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Stent vascolare autoespandibile per il trattamento delle stenosi carotidee.
Lotto n.: 83
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Stent vascolare autoespandibile per il trattamento delle stenosi carotidee.

Stent autoespandibile con disegno a celle aperte. Caratteristiche: 1. Sistema di rilascio monorail a scambio rapido (Rapid Exchange) – 2. Architettura a celle aperte (area cella >10 mm quad) – 3. Compatibilità con introduttore 6Fr e Catetere Guida 8 Fr – 4. Compatibilità con filo guida 0.014 inch

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 122 550.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Stent vascolare autoespandibile per il trattamento delle stenosi carotidee.

Lotto n.: 84

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Stent vascolare autoespandibile per il trattamento delle stenosi carotidee.

Stent autoespandibile con disegno a celle chiuse. Caratteristiche: 1. Sistema di rilascio monorail a scambio rapido (Rapid Exchange) – 2. Architettura a celle chiuse (area cella < 5 mm quad) – 3. Compatibilità con introduttore 6Fr e Catetere Guida 8 Fr – 4. Compatibilità con filo guida 0.014 inch

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 86 400.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Stent vascolare autoespandibile per il trattamento delle stenosi carotidee.

Lotto n.: 85

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Stent vascolare autoespandibile per il trattamento delle stenosi carotidee.

Stent autoespandibile con disegno ad alto contenimento di placca. Caratteristiche: 1. Sistema di rilascio monorail a scambio rapido (Rapid Exchange) – 2. Architettura a doppio strato di maglie o ricopertura per una massima contenzione (scaffolding) di placca – 3. Compatibilità con introduttore 6Fr e Catetere Guida 8 Fr – 4. Compatibilità con filo guida 0.014 inch

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 105 000.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari**II.2) Descrizione****II.2.1) Denominazione:**

Stent autoespandibile per femorali a celle aperte in nitinol a elevata flessibilità e conformabilità, con sistema di rilascio OTW 0.035, meccanismo di rilascio controllato. Marker prossimali e distali

Lotto n.: 86

II.2.2) Codici CPV supplementari

33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Stent autoespandibile per femorali a celle aperte in nitinol a elevata flessibilità e conformabilità, con sistema di rilascio OTW 0.035, meccanismo di rilascio controllato. Marker prossimali e distali. Compatibile con introduttori fino a 6 F. Diametri stent da 4 a 10 mm circa. Lunghezza stent da 30 a 200 mm circa. Lunghezza shaft da 80 a 120 cm circa.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 136 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici**II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari**II.2) Descrizione****II.2.1) Denominazione:**

Stent autoespandibile per arterie iliache a celle aperte in nitinol a elevata flessibilità e conformabilità, con sistema di rilascio OTW 0.035, meccanismo di rilascio controllato. Marker prossimali e

Lotto n.: 87

II.2.2) Codici CPV supplementari

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Stent autoespandibile per arterie iliache a celle aperte in nitinol a elevata flessibilità e conformabilità, con sistema di rilascio OTW 0.035, meccanismo di rilascio controllato. Marker prossimali e distali. Compatibile con introduttori fino a 8 F. Diametri stent da 10 a 14 mm circa. Lunghezza stent da 20 a 120 mm circa. Lunghezza shaft da 80 a 120 cm circa.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 138 600.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Stent autoespandibile per distretto arterioso periferico a celle chiuse in nitinol a elevata flessibilità e conformabilità, con sistema di rilascio OTW 0.035, meccanismo di rilascio controllato. Marke
Lotto n.: 88

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Stent autoespandibile per distretto arterioso periferico a celle chiuse in nitinol a elevata flessibilità e conformabilità, con sistema di rilascio OTW 0.035, meccanismo di rilascio controllato. Marker prossimali e distali. Compatibile con introduttori da 6 F. Diametri stent da 6 a 12 mm circa. Lunghezza stent da 30 ad almeno 100 mm circa. Lunghezza shaft da 75 a 120 cm circa.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 71 100.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Stent auto espandibile flessibile a celle chiuse e con possibilità di recupero e riposizionamento prima del rilascio definitivo. Sistema di rilascio OTW 0.035, meccanismo di rilascio controllato. Mark

Lotto n.: 89

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Stent auto espandibile flessibile a celle chiuse e con possibilità di recupero e riposizionamento prima del rilascio definitivo. Sistema di rilascio OTW 0.035, meccanismo di rilascio controllato. Marker prossimali e distali. Compatibile con introduttori fino a 9 Fr circa. Diametri dello stent da 5 a 15 mm circa e lunghezza da 40 a 90 mm circa. Indicato per l'impiego nel distretto arterioso, venoso e nello shunt portosistemico intraepatico transgiugulare (TIPS)

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 50 700.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Stent non ricoperto ad elevata flessibilità, per distretto femoro-popliteo, con struttura a doppia componente (nitinol e PTFE).Compatibile con guida 0.035 ed introduttore di Fr. 6. Diametri dello sten

Lotto n.: 90

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Stent non ricoperto ad elevata flessibilità, per distretto femoro-popliteo, con struttura a doppia componente (nitinol e PTFE).Compatibile con guida 0.035 ed introduttore di Fr. 6. Diametri dello stent da mm 5 a 8 mm ca; lunghezza dello stent da 30 a 100 mm ca.Lunghezza Shaft fino a 120 cm ca.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 112 500.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) Descrizione**II.2.1) Denominazione:**

Stent autoespandibile per distretto venoso ad alta forza radiale con preciso sistema di rilascio che minimizzi la possibilità di accorciamento e scivolamento. Marker prossimali e distali. Compatibile

Lotto n.: 91

II.2.2) Codici CPV supplementari

33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Stent autoespandibile per distretto venoso ad alta forza radiale con preciso sistema di rilascio che minimizzi la possibilità di accorciamento e scivolamento. Marker prossimali e distali. Compatibile con introduttori da 8-10 Fr circa. Diametro dello stent da 10 a 20 mm circa. Lunghezza dello stent da 60 a 120 mm circa. Lunghezza shaft fino 120 cm circa.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 97 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici**II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari**II.2) Descrizione****II.2.1) Denominazione:**

Stent autoespandibile per grossi vasi (aorta, vena cava) ad alta forza radiale con preciso sistema di rilascio che minimizzi la possibilità di accorciamento e scivolamento. Marker prossimali e distali

Lotto n.: 92

II.2.2) Codici CPV supplementari

33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD58

- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Stent autoespandibile per grossi vasi (aorta, vena cava) ad alta forza radiale con preciso sistema di rilascio che minimizzi la possibilità di accorciamento e scivolamento. Marker prossimali e distali. Compatibile con introduttori da 10 Fr circa. Diametro dello stent da 15 a 35 mm circa. Lunghezza dello stent da 30 a 100 mm circa. Lunghezza shaft fino 120 cm circa.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 48 000.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Stent renale in lega cromo cobalto ad alta forza radiale premontato su palloncino , a scambio rapido, compatibile con guida da 0.014". Diametro da 4 a 7mm comprese misure intermedie Lunghezza da 12 a 18 mm
Lotto n.: 93
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Stent renale in lega cromo cobalto ad alta forza radiale premontato su palloncino , a scambio rapido, compatibile con guida da 0.014". Diametro da 4 a 7mm comprese misure intermedie Lunghezza da 12 a 18 mm circa. Lunghezza catetere 80-130 cm circa.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 56 700.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Stent in lega cromo cobalto espandibile su palloncino OTW per guida non inferiore a 0.018. Diametri da 5 a 10mm circa. Lunghezza da circa 20 a circa 60 mm. Lunghezza catetere 80-130 cm circa. Compatib
Lotto n.: 94

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Stent in lega cromo cobalto espandibile su palloncino OTW per guida non inferiore a 0.018. Diametri da 5 a 10mm circa. Lunghezza da circa 20 a circa 60 mm. Lunghezza catetere 80-130 cm circa. Compatibile con
introduttori non superiori a 7Fr.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 70 200.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici**II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari**II.2) Descrizione****II.2.1) Denominazione:**

Stent premontato per arterie tibiali in cromo-cobalto a elevata flessibilità e conformabilità, con sistema di rilascio 0.014. Marker prossimali e distali. Compatibile con introduttori da 4 F. Diametri
Lotto n.: 95

II.2.2) Codici CPV supplementari

33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Stent premontato per arterie tibiali in cromo-cobalto a elevata flessibilità e conformabilità, con sistema di rilascio 0.014. Marker prossimali e distali. Compatibile con introduttori da 4 F. Diametri stent da 2 a 4 mm circa. Lunghezza stent da 10 a 30 mm circa.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 49 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici**II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari**II.2) Descrizione****II.2.1) Denominazione:**

Stent autoespandibile in nitinol con rivestimento interno in PTFE la cui superficie è possibilmente legata ad anticoagulante . Compatibile con introduttore da 6 a 12 Fr.

Lotto n.: 96

II.2.2) Codici CPV supplementari

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Stent autoespandibile in nitinol con rivestimento interno in PTFE la cui superficie è possibilmente legata ad anticoagulante . Compatibile con introduttore da 6 a 12 Fr.

Diametri dello stent da 5 a 12 mm circa.

Lunghezza da 20 a 220 mm circa.

Lunghezza catetere 80 /120 cm. Compatibilità con guida 0,18 e 0,35.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 409 500.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Stent vascolare autoespandibile ricoperto in PTFE.

Lotto n.: 97

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Stent vascolare autoespandibile ricoperto in PTFE.

Con elevata forza radiale. Compatibile con introduttore da 6 a 10 Fr circa. Diametri da 5 a 10mm circa.

Lunghezza dello stent da 20 a 70mm circa. Lunghezza catetere 80/120 cm.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 79 200.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Stent periferico in acciaio premontato su palloncino, inglobato in PTFE , alta forza radiale , basso profilo resistente ad alta pressione , punta morbida e flessibile , Compatibile con introduttore 6-7

Lotto n.: 98

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Stent periferico in acciaio premontato su palloncino, inglobato in PTFE , alta forza radiale , basso profilo resistente ad alta pressione , punta morbida e flessibile , Compatibile con introduttore 6-7 Fr. Diametri da 5 a 10mm. ca. Lunghezza da 15 a 60mm circa. Lunghezza catetere 80/120cm.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 64 800.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Stent vascolare autoespandibile ricoperto in PTFE a morfologia cilindrica e conica .
Lotto n.: 99

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Stent vascolare autoespandibile ricoperto in PTFE a morfologia cilindrica e conica .
Con elevata forza radiale. Compatibile con introduttore da 8 Fr. circa. Diametri da 5 a 10mm circa. Lunghezza dello stent da 30 a 100 mm circa. Lunghezza catetere da 80 cm ca .Per fistole dialitiche.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 75 000.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Stent vascolare autoespandibile in nitinol ad eluizione di farmaco antiproliferativo per il trattamento della arteria femorale superficiale. Farmaco eluito: Paclitaxel. Compatibilità con introduttore

Lotto n.: 100

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Stent vascolare autoespandibile in nitinol ad eluizione di farmaco antiproliferativo per il trattamento della arteria femorale superficiale. Farmaco eluito: Paclitaxel. Compatibilità con introduttore 6Fr. Marker radiopachi alle estremità. Compatibilità filo guida da 0.035 inch.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 99 900.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Stent vascolare metallico premontato su pallone ad eluizione di farmaco antiproliferativo per il trattamento del distretto arterioso infrapopliteo. Compatibilità con introduttore 5Fr. Compatibilità

Lotto n.: 101

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Stent vascolare metallico premontato su pallone ad eluizione di farmaco antiproliferativo per il trattamento del distretto arterioso infrapopliteo. Compatibilità con introduttore 5Fr. Compatibilità filo guida da 0.014 inch.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 16 500.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Filtro cavale definitivo/ temporaneo a lunga permanenza, con accesso Femorale/Giugulare

Lotto n.: 102

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Filtro cavale definitivo/ temporaneo a lunga permanenza, con accesso Femorale/Giugulare

Il set è costituito da :

-Filtro cavale in acciaio/nitinol od altro idoneo materiale amagnetico, RMN compatibile, lunghezza massima mm 50/55 circa, diametro massimo mm 32 circa, rimovibile anche dopo 30 gg dal posizionamento.

-Sistema di posizionamento compatibile con introduttore di diametro 8 Fr circa.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 36 300.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Filtro cavale definitivo /temporaneo a breve permanenza, con accesso Femorale/Giugulare
Lotto n.: 103
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Filtro cavale definitivo /temporaneo a breve permanenza, con accesso Femorale/Giugulare
Il set è costituito da :
-Filtro cavale in acciaio/nitinol od altro idoneo materiale amagnetico, RMN compatibile, lunghezza massima mm 50/55 circa, diametro massimo mm 32 circa, rimovibile entro 15 gg circa dal posizionamento
-Sistema di posizionamento compatibile con introduttore di diametro 6/8 Fr circa.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 90 000.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**

- II.2.1) **Denominazione:**
Sistema completo di aterectomia meccanica per la rimozione endovasale di placche ateromasiche nel distretto femoro-popliteo. Sistema di recupero o di aspirazione dei frammenti di placca. Compatibilità
Lotto n.: 104
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Sistema completo di aterectomia meccanica per la rimozione endovasale di placche ateromasiche nel distretto femoro-popliteo. Sistema di recupero o di aspirazione dei frammenti di placca. Compatibilità con guida 0.014 pollici. Se prevista una console per l'utilizzo del sistema dovrà essere fornita in comodato d'uso gratuito.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 37 800.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Sistema completo di aterectomia meccanica per la rimozione endovasale di placche ateromasiche nel distretto infrapopliteo. Utilizzabile in vasi di piccolo calibro (<2,5 mm circa). Compatibilità con gu
Lotto n.: 105
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Sistema completo di aterectomia meccanica per la rimozione endovasale di placche ateromasiche nel distretto infrapopliteo. Utilizzabile in vasi di piccolo calibro (<2,5 mm circa). Compatibilità con guida 0.014 pollici. Se prevista una console per l'utilizzo del sistema dovrà essere fornita in comodato d'uso gratuito.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 30 240.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Catetere per aspirazione manuale di trombi, piattaforma Rapid Exchange con guida da 0.014 pollici, compatibilità con cateteri guida fino a 7Fr. Marker radiopaco in prossimità della punta.

Lotto n.: 106

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Catetere per aspirazione manuale di trombi, piattaforma Rapid Exchange con guida da 0.014 pollici, compatibilità con cateteri guida fino a 7Fr. Marker radiopaco in prossimità della punta.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 12 000.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Sistema completo di trombectomia meccanica utilizzabile sui distretti periferici venoso ed arterioso
Lotto n.: 107

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Sistema completo di trombectomia meccanica utilizzabile sui distretti periferici venoso ed arterioso

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 127 500.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

- II.2.1) **Denominazione:**
Sistema miniinvasivo completo per trombolisi meccanica e farmacologica, utilizzabile sui distretti periferici venoso ed arterioso
Lotto n.: 108
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Sistema miniinvasivo completo per trombolisi meccanica e farmacologica, utilizzabile sui distretti periferici venoso ed arterioso
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 52 500.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Sistema endovascolare di rientro nel lume vero per procedure di ricanalizzazione arteriosa subintimale.
Compatibilità con guida 0,014 pollici. Compatibilità introduttore 6Fr.
Lotto n.: 109
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Sistema endovascolare di rientro nel lume vero per procedure di ricanalizzazione arteriosa subintimale.
Compatibilità con guida 0,014 pollici. Compatibilità introduttore 6Fr.

- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 49 500.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Kit per drenaggio biliare esterno, ascesso e nefrostomia. Il kit comprende:
Lotto n.: 110
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Kit per drenaggio biliare esterno, ascesso e nefrostomia. Il kit comprende:
- catetere con conformazione a pig-tail e rivestimento idrofilo esterno in idoneo materiale plastico, radiopaco, punta flessibile e fori laterali su tutto il pig tail, con filo interno o altro sistema di fissaggio della conformazione a pig-tail della punta;
- cannula in plastica flessibile per l'introduzione del catetere;
- cannula metallica rigida per l'introduzione del catetere;
- catetere stiletto trocar.
Diametro del catetere da 6 Fr circa a 14 Fr circa.
Lunghezza del catetere da almeno 25 cm.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 171 000.00 EUR

- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Kit per drenaggio biliare interno ed esterno. Il kit comprende:
Lotto n.: 111
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Kit per drenaggio biliare interno ed esterno. Il kit comprende:
- catetere con rivestimento idrofilo esterno in idoneo materiale plastico, con banda radiopaca, punta flessibile e fori laterali per circa metà della sua lunghezza, con filo interno o altro sistema di fissaggio della conformazione della punta. La conformazione della punta deve permettere un ottimo ancoraggio;
- cannula in plastica flessibile per l'introduzione del catetere;
- cannula metallica rigida per l'introduzione del catetere.
Diametro del catetere da 8 Fr circa e 14 Fr circa.
Lunghezza del catetere da 40 cm circa.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 66 000.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici**II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari**II.2) Descrizione****II.2.1) Denominazione:**

Kit per drenaggio biliare interno ed esterno. Il kit comprende:

Lotto n.: 112

II.2.2) Codici CPV supplementari

33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Kit per drenaggio biliare interno ed esterno. Il kit comprende:

- catetere con rivestimento idrofilo esterno in idoneo materiale plastico, con banda radiopaca, punta flessibile e fori laterali per circa metà della sua lunghezza, filo interno o altro sistema di fissaggio della conformazione della punta;

- idoneo sistema di fissaggio atraumatico alla cute;

- cannula in plastica flessibile per l'introduzione del catetere;

- cannula metallica rigida per l'introduzione del catetere.

Diametro del catetere da 8 Fr circa e 14 Fr circa.

Lunghezza del catetere da 40 cm circa.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 31 200.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici**II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari**II.2) Descrizione****II.2.1) Denominazione:**

Kit per drenaggio con aspirazione a doppia via. Il kit comprende:

Lotto n.: 113

II.2.2) Codici CPV supplementari

33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Kit per drenaggio con aspirazione a doppia via. Il kit comprende:

- catetere grosso calibro con punta retta e altre conformazioni di punta in idoneo materiale plastico, radiopaco, con rivestimento idrofilo esterno, punta flessibile e fori laterali a livello della punta;

- ago trocar.

Diametro del catetere da 12 Fr circa a 16 Fr circa.

Lunghezza del catetere da 20 cm circa a 30 cm circa.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 22 800.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici**II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari**II.2) Descrizione****II.2.1) Denominazione:**

Catetere per drenaggio biliare interno ed esterno.

Lotto n.: 114

II.2.2) Codici CPV supplementari

33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Catetere per drenaggio biliare interno ed esterno.

Catetere in polietilene od altro idoneo materiale altamente biocompatibile, superficie liscia, radiopaco con estremità distale tipo ring, punta atraumatica e fori laterali multipli ed estesi non solo nella punta. Dotato di anello radiopaco ad inizio fori laterali. Sistema di ancoraggio con filo ad uscita laterale. Dotato di cannule plastica e metallica di raddrizzamento.

Estremità prossimale provvista di attacco L/L.

Diametro da 8 Fr circa a 14 Fr.

Lunghezza almeno 35 cm circa.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 41 850.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Set Introduttore per accesso biliare. Il kit comprende:

Lotto n.: 115

II.2.2) Codici CPV supplementari

33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Set Introduttore per accesso biliare. Il kit comprende:

- ago per biopsia citologica tipo Chiba calibro 22G circa, lunghezza 20 cm circa;

- dilatatore in idoneo materiale plastico medical grade, diametro 3 Fr circa;

- camicia con connettore L/L , di diametro 5 Fr circa e lunghezza 30 cm circa;

- guida in acciaio o altro materiale con punta flessibile radiopaca, di diametro 0.018 inch circa e lunghezza cm 60 circa.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 82 500.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Set per accesso percutaneo. Costituito da:

Lotto n.: 116

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Set per accesso percutaneo. Costituito da:

- ago tipo chiba per accesso percutaneo calibro 21 G circa, lunghezza 15 cm circa;

- guida in acciaio o altro materiale con punta flessibile radiopaca, di diametro 0.018 inch circa e lunghezza cm 60 circa.

- introduttore coassiale da 5 Fr circa, lunghezza 18 cm circa in grado di facilitare il posizionamento di una guida 0.038"; costituito da: dilatatore metallico, dilatatore plastico e cannula.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 64 800.00 EUR

- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Kit di drenaggio multiuso di grosso calibro con conformazione J della punta
Lotto n.: 117
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Kit di drenaggio multiuso di grosso calibro con conformazione J della punta
Catetere in idoneo materiale plastico, radiopaco, con rivestimento idrofilo esterno, punta flessibile e fori laterali a livello della punta.
Compreso di sistema trocar (stiletto metallico + ago), per puntura diretta ascessi e raccolte. Diametro da 12 a 28 Fr circa. Lunghezza cm 40 circa.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 33 000.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici**II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari**II.2) Descrizione****II.2.1) Denominazione:**

Catetere per drenaggio nefrostomico in silicone o materiale plastico latex free con punta tipo Malecot con cannula di raddrizzamento. Diametro da 8 a 14F circa. Lunghezza superiore a 25cm.

Lotto n.: 118

II.2.2) Codici CPV supplementari

33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Catetere per drenaggio nefrostomico in silicone o materiale plastico latex free con punta tipo Malecot con cannula di raddrizzamento. Diametro da 8 a 14F circa. Lunghezza superiore a 25cm.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 5 775.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici**II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari**II.2) Descrizione****II.2.1) Denominazione:**

Connettore a cono con serraggio a luer lock per sacca di raccolta.

Lotto n.: 119

II.2.2) Codici CPV supplementari

33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Connettore a cono con serraggio a luer lock per sacca di raccolta.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Prezzo

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 4 500.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Protesi biliare in idoneo materiale plastico biocompatibile RX opaco, con idoneo sistema di ancoraggio e multipli fori lungo tutta la lunghezza. Diametro 12 Fr circa, lunghezza di almeno 7,5 cm. Dotat

Lotto n.: 120

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Protesi biliare in idoneo materiale plastico biocompatibile RX opaco, con idoneo sistema di ancoraggio e multipli fori lungo tutta la lunghezza. Diametro 12 Fr circa, lunghezza di almeno 7,5 cm. Dotato di adeguato sistema coassiale di posizionamento.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Prezzo

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 27 000.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Stent per uso biliare, autoespandibile, non ricoperto, con estremità atraumatiche, reperi radiopachi almeno all'estremità distale e prossimale, elevata flessibilità e conformabilità, sistema di rilasc

Lotto n.: 121

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Stent per uso biliare, autoespandibile, non ricoperto, con estremità atraumatiche, reperi radiopachi almeno all'estremità distale e prossimale, elevata flessibilità e conformabilità, sistema di rilascio OTW 0.035 e meccanismo di rilascio controllato. Diametri stent da 6 a 10 mm circa. Lunghezza stent da 4 a 10 cm circa.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 180 000.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Stent per uso biliare, autoespandibile, ricoperto in PTFE o altro materiale a norma, non rimovibile, con estremità atraumatiche, reperi radiopachi almeno all'estremità distale e prossimale, elevata fl
Lotto n.: 122
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Stent per uso biliare, autoespandibile, ricoperto in PTFE o altro materiale a norma, non rimovibile, con estremità atraumatiche, reperi radiopachi almeno all'estremità distale e prossimale, elevata flessibilità e conformabilità, sistema di rilascio OTW 0.035 e meccanismo di rilascio controllato. Diametri stent da 6 a 10 mm circa.
Lunghezza stent da 4 a 10 cm circa.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 67 500.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Stent per uso biliare, autoespandibile, ricoperto esternamente in silicone ed internamente in PTFE o altro materiale a norma, rimovibile per accesso percutaneo, con estremità atraumatiche, reperi radi
Lotto n.: 123
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58

- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Stent per uso biliare, autoespandibile, ricoperto esternamente in silicone ed internamente in PTFE o altro materiale a norma, rimovibile per accesso percutaneo, con estremità atraumatiche, reperi radiopachi almeno all'estremità distale e prossimale, elevata flessibilità e conformabilità, sistema di rilascio OTW 0.035 e meccanismo di rilascio controllato. Diametri stent da 6 a 12 mm circa. Lunghezza stent da 4 a 12 cm circa. La ditta deve indicare oltre al prezzo dello stent anche il prezzo del sistema di recupero, che non verrà considerato nella determinazione del prezzo del lotto.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60
Prezzo - Ponderazione: 40
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 67 500.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Doppio stent per uso biliare a livello dell'ilo epatico, autoespandibile, non ricoperto, con estremità atraumatiche, reperi radiopachi almeno all'estremità distale e prossimale, elevata flessibilità e
Lotto n.: 124
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Doppio stent per uso biliare a livello dell'ilo epatico, autoespandibile, non ricoperto, con estremità atraumatiche, reperi radiopachi almeno all'estremità distale e prossimale, elevata flessibilità e conformabilità, sistema di rilascio OTW 0.035 e meccanismo di rilascio controllato. Uno stent dotato di maglia larga nella porzione centrale e uno stent dotato di maglia uniforme. Diametri stent da 8 a 10 mm circa. Lunghezza stent da 4 a 10 cm circa.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 60 000.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Stent metallico autoespandibile, non ricoperto, con estremità atraumatiche, reperi radiopachi almeno all'estremità distale e prossimale, elevata forza radiale e resistente alla rottura, sistema di ril
Lotto n.: 125

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Stent metallico autoespandibile, non ricoperto, con estremità atraumatiche, reperi radiopachi almeno all'estremità distale e prossimale, elevata forza radiale e resistente alla rottura, sistema di rilascio OTW 0.035 e meccanismo di rilascio controllato. Diametri stent da 8 a 14 mm circa. Lunghezza stent da 8 a 10 cm circa.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 24 000.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici**II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari**II.2) Descrizione****II.2.1) Denominazione:**

Stent per shunt porto-sistemico, autoespandibile, doppia copertura in PTFE, estremità distale non ricoperta di 2 cm di lunghezza, non rimovibile, con estremità atraumatiche, reperi radiopachi almeno a
Lotto n.: 126

II.2.2) Codici CPV supplementari

33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Stent per shunt porto-sistemico, autoespandibile, doppia copertura in PTFE, estremità distale non ricoperta di 2 cm di lunghezza, non rimovibile, con estremità atraumatiche, reperi radiopachi almeno all'estremità distale e prossimale e al passaggio tra porzione ricoperta e scoperta, sistema di rilascio OTW 0.035 e meccanismo di rilascio controllato. Diametri stent da 8 a 10 mm circa. Lunghezza stent da 2/4 a 2/8 cm circa.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 89 100.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici**II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari**II.2) Descrizione****II.2.1) Denominazione:**

Set per TIPS

Lotto n.: 127

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Set per TIPS

Il kit comprende:

-introduttore angiografico valvolato, armato, con dilatatore interno, di diametro 10 Fr e lunghezza di 40 cm circa

-dilatatore di 12 Fr

-catetere di 10 Fr di calibro, lunghezza circa 50 cm, con cannula metallica di irrigidimento di 14 G, con parte finale orientata a J ed estremo prossimale dotato di freccia di orientamento

-catetere di calibro di 5 Fr circa con mandrino interno trocar.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Prezzo

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 12 600.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Set per TIPS

Lotto n.: 128

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Set per TIPS

Il kit deve comprendere almeno:

-introdotto angiografico valvolato, con dilatatore interno, di diametro 10 Fr e lunghezza di 40 cm circa
-sistema ago-catetere di 16 gauge di calibro, dotato di freccia di orientamento al suo estremo prossimale

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Prezzo

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 10 800.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Catetere per manipolazione di guide: catetere in nylon con struttura in acciaio inossidabile, punta rastremata con almeno 3 configurazioni, morbida ed atraumatica altamente radiopaca, estremità prossimi

Lotto n.: 129

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Catetere per manipolazione di guide: catetere in nylon con struttura in acciaio inossidabile, punta rastremata con almeno 3 configurazioni, morbida ed atraumatica altamente radiopaca, estremità prossimale con attacco Luer. Diametro da 4 a 6 Fr. Lunghezza catetere da cm 40 a cm 65 circa.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 15 750.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Guida angiografica tipo Cope Corpo in nickel-titanio senza saldature, radiopaco, estremità distale spiralata in Platino, punta morbida, atraumatica ed arrotondata.

Lotto n.: 130

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Guida angiografica tipo Cope Corpo in nickel-titanio senza saldature, radiopaco, estremità distale spiralata in Platino, punta morbida, atraumatica ed arrotondata.

Diametro mm. 0,46 (inch 0,018) circa; lunghezza fino a cm.120 circa. Confezione monouso sterile

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 39 375.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) Descrizione**II.2.1) Denominazione:**

Kit per biopsia percutanea transluminale. Il kit comprende: introduttore armato con via laterale di circa 7 Fr e lunghezza circa 30 cm ; pinza bioptica flessibile di circa 5 Fr e lunghezza 60 cm circ

Lotto n.: 131

II.2.2) Codici CPV supplementari

33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Kit per biopsia percutanea transluminale. Il kit comprende: introduttore armato con via laterale di circa 7 Fr e lunghezza circa 30 cm ; pinza bioptica flessibile di circa 5 Fr e lunghezza 60 cm circa.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 22 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici**II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari**II.2) Descrizione****II.2.1) Denominazione:**

Sistema per recupero corpi estranei e per rimozione dei calcoli biliari e renali. Il kit deve comprendere almeno un cestello di lunghezza di circa 2 cm, costituito da un minimo di 4 fili in materiale

Lotto n.: 132

II.2.2) Codici CPV supplementari

33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Sistema per recupero corpi estranei e per rimozione dei calcoli biliari e renali. Il kit deve comprendere almeno un cestello di lunghezza di circa 2 cm, costituito da un minimo di 4 fili in materiale metallico, resistente al kinking, atraumatico, dotato di ottima forza di trazione e resistenza alla rottura. Dotato di manipolo prossimale ergonomico. Lunghezza del sistema (cestello e manipolo) superiore a 50 cm.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 15 750.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Set per biopsia transgiugulare renale

Lotto n.: 133

II.2.2) Codici CPV supplementari

33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Set per biopsia transgiugulare renale

Il kit comprende:

-introdotto angiografico valvolato, armato, con dilatatore interno, di diametro 7 Fr e lunghezza di 50 cm circa

-dilatatore di 9 Fr

-due cateteri di 5 Fr di calibro, uno a punta dritta e uno a punta J

-cannula di irrigidimento in acciaio di 14 G con punta J ed indicatore di direzione nell'estremità prossimale..

-ago tranciante semiautomatico da 19 G, lunghezza 70 cm con escursione di 20 mm e punta smossa atraumatica

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 19 800.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Set per biopsia transgiugulare epatica

Lotto n.: 134

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

33190000

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Set per biopsia transgiugulare epatica

Il kit comprende:

-introduttore angiografico valvolato, armato, con dilatatore interno, di diametro 7 Fr e lunghezza di 55 cm circa

-due cateteri di 5 Fr di calibro uno a punta dritta e uno a punta J

-cannula di irrigidimento in acciaio di 14 G con punta J ed indicatore di direzione nell'estremità prossimale.

-ago tranciante semiautomatico da 18 o 19 G, lunghezza 60 cm con escursione di 20 mm

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: 60 / Ponderazione: 60

Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.6) **Valore stimato**

Valore, IVA esclusa: 16 200.00 EUR

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Sistemi di chiusura accesso arterioso femorale. Sistema di chiusura vascolare per emostasi di puntura femorale, completamente extravascolare, costituito
Lotto n.: 135
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
33190000
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITD58
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Sistemi di chiusura accesso arterioso femorale. Sistema di chiusura vascolare per emostasi di puntura femorale, completamente extravascolare, costituito da tappo (o plug) di materiale riassorbibile, idoneo per uso di introduttori da 5 a 7 Fr.
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Prezzo
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 29 700.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
24 MESI
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: no
- II.2.12) **Informazioni relative ai cataloghi elettronici**
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**

Disco topico esterno temporaneo per controllo sanguinamenti dopo rimozione di cateteri e guinee artevenose anche di grosso calibro contenente polimero in grado di favorire il processo emostatico.

Lotto n.: 136

II.2.2) Codici CPV supplementari

33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Disco topico esterno temporaneo per controllo sanguinamenti dopo rimozione di cateteri e guinee artevenose anche di grosso calibro contenente polimero in grado di favorire il processo emostatico.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Prezzo

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 17 550.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

24 MESI

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

Elenco e breve descrizione delle condizioni:

art. 83 c. 1 lett. a): Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Agli operatori economici di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

art. 83 c.

1 lett. b) e c): le ditte concorrenti devono avere realizzato, presso strutture sanitarie pubbliche o private, nel triennio 01/11/2013 – 30/11/2016, forniture di materiale analogo per un fatturato, non inferiore all'importo del/dei lotti per i quali si partecipa (ai sensi dell'art. 83 commi 4 e 5 D.Lgs. 50/2016), a pena di esclusione. Pertanto la ditta dovrà elencare le forniture di materiale analogo effettuate e fatturate nel periodo indicato, fino alla concorrenza dell'importo minimo richiesto, indicando per ciascuna fornitura: l'esatta ragione sociale del committente, l'oggetto della fornitura, l'importo (IVA esclusa), la data in cui esse sono state effettuate (possibilmente indicare gli estremi delle fatture). In caso di dimostrato inizio dell'attività inferiore a 3 anni il requisito di fatturato richiesto è ridotto del 50% dell'importo sopra indicato. In caso di RTI/Consorzio il requisito deve essere posseduto cumulativamente, fermo restando che la mandataria o il consorzio/consorziata (almeno una) deve possedere almeno il 60% del fatturato richiesto.

III.1.5) **Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati**

III.2) **Condizioni relative al contratto d'appalto**

III.2.2) **Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:**

III.2.3) **Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto**

Sezione IV: Procedura

IV.1) **Descrizione**

IV.1.1) **Tipo di procedura**

Procedura aperta

IV.1.3) **Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione**

IV.1.4) **Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo**

IV.1.6) **Informazioni sull'asta elettronica**

IV.1.8) **Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) **Informazioni di carattere amministrativo**

IV.2.1) **Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura**

IV.2.2) **Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione**

Data: 20/01/2017

Ora locale: 13:00

IV.2.3) **Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare**

IV.2.4) **Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:**

Italiano

IV.2.6) **Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta**

IV.2.7) **Modalità di apertura delle offerte**

Data: 25/01/2017

Ora locale: 09:00

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) **Informazioni relative alla rinnovabilità**

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

24 MESI

- VI.2) **Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici**
- VI.3) **Informazioni complementari:**
- VI.4) **Procedure di ricorso**
- VI.4.1) **Organismo responsabile delle procedure di ricorso**
TAR EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA
Italia
- VI.4.2) **Organismo responsabile delle procedure di mediazione**
- VI.4.3) **Procedure di ricorso**
- VI.4.4) **Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso**
- VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**