

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Economico e Gestionale

U.O. Acquisti Aziendali

Direttore ad interim: Dott.ssa Paola Lombardini

A.U.S.L. della Romagna

Prot: 2019/0059328/P

del 07/03/2019



AVVISO DI INVITO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA TELEMATICA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENTER PER: FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI COMPLETI PER IPOTERMIA TERAPEUTICA COMPRESIVI DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO SUDDIVISO IN DUE LOTTI

L'Azienda USL della Romagna con sede legale in via De Gasperi nr. 8 – 48121 Ravenna, rende noto che sta valutando la possibilità di procedere alla stipulazione di un contratto per la fornitura **IN NOLEGGIO DI SISTEMI COMPLETI PER IPOTERMIA TERAPEUTICA COMPRESIVI DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO** per una durata biennale di € 177.300,00 (iva esclusa)

Si comunica, pertanto che, con la presente si intende espletare indagine conoscitiva per la fornitura di quanto in oggetto, al fine di acquisire, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di imparzialità, parità di trattamento, pubblicità e nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, la conoscenza e la disponibilità di operatori economici presenti nel mercato, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Requisiti minimi richiesti all'Operatore Economico:

- non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurino motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non sussistono ulteriori impedimenti alla partecipazione alla procedura né ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
- **Iscrizione alla Camera di Commercio per attività compatibile per la fornitura in oggetto;**
- **di avere abilitazione attiva per la partecipazione alle procedure SATER sul Portale Intercent-Er ed essere iscritti alla classe di iscrizione K0199 - DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA - ALTRI - chi non lo fosse deve fare domanda di iscrizione alla classe indicata per essere invitato alla procedura in oggetto.**

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda USL della Romagna (<https://www.auslromagna.it>) sezione Gare ed Appalti – Avvisi e Bandi per forniture sottosoglia comunitaria.

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, redatta in conformità al modello Allegato dovrà pervenire come indicato in piattaforma

ENTRO LE ORE 18:00 del giorno 21 Marzo 2019

La suddetta manifestazione di interesse dovrà avvenire inviando il modulo alla seguente e-mail: **marzia.maldini@auslromagna.it** entro il termine sopra indicato (Tel. 0547/352243-0543-731946).

La manifestazione di interesse dovrà essere firmata dal Legale Rappresentante dell'OE o da altro soggetto dotato di idonei poteri di firma e corredata di fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Nella manifestazione di interesse, l'OE dovrà dichiarare di possedere i titoli e requisiti richiesti e comunicare l'indirizzo PEC.

Infine si precisa che:

1. l'acquisizione delle candidature non comporta l'assunzione di impegni specifici da parte dell'Azienda USL della Romagna, che non si assume alcun obbligo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né l'attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine all'assegnazione della fornitura.
2. non sono previste graduatorie, né punteggi, né classifiche in merito essendo la finalità del presente avviso, unicamente quella di acquisire la conoscenza e la disponibilità degli operatori economici a fornire la tecnologia sopra indicata con i requisiti richiesti.

In esito all'indagine di mercato di cui al presente avviso, l'AUSL della Romagna U.O. Acquisti Aziendali, procederà ad indire mediante pubblicazione sul portale SATER di Intercent-Er apposita procedura di gara

Il presente avviso è finalizzato ad una semplice manifestazione di interesse, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione. La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per

Area Dipartimentale Economico e Gestionale

U.O. Acquisti Aziendali

Viale 1° Maggio, 280 - 47522 Pievesestina di Cesena (FC) .

Direttore ad interim: dott.ssa Paola Lombardini

Tel. 0547.394452 – Fax 0547.610948

e-mail: acquisti@auslromagna.it


Pec acquisti@pec.auslromagna.it

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Sede legale: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)

C.F. e P.IVA 02483810392

Sito WEB: www.auslromagna.it



ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

OGGETTO DELL'APPALTO

La procedura di gara avrà per oggetto la seguente fornitura di:

Lotto 1: Sistema INVASIVO per l'ipotermia terapeutica per via intravascolare comprensivo del relativo del materiale di consumo .

rif. 1.1: caratteristiche minimali del sistema:

- sistema di gestione della temperatura del paziente costituito da un'unità di raffreddamento-riscaldamento del paziente a fluido;
- regolazione della temperatura corporea compresa tra 32° e 37° C;
- range di temperatura del fluido compreso almeno tra 5° e 40° C;
- impostazione della temperatura di riscaldamento del paziente graduale con precisione impostata compresa almeno tra 0,1 ° e 0,5°C
- controllo della temperatura del paziente;
- allarmi visivi ed acustici a garanzia dell'efficacia del trattamento e della sicurezza del paziente;
- funzionamento in modalità manuale;
- Test di regolare funzionamento prima dell'utilizzo;
- Completo di tutto il materiale necessario per l'utilizzo;

rif. 1.2: caratteristiche di qualità del sistema:

- semplice interfaccia per l'utente: ampio display, facilità di impostazione dei parametri;
- facilità di trasporto;
- caratteristiche fisiche di ridotte dimensioni per agevolare l'accesso al paziente;

rif. 1.3: caratteristiche minimali del materiale di consumo:

- Cateteri RM compatibili;
- Dimensioni dei cateteri per utilizzo adulto ed utilizzo pediatrico;
- Presenza di relativo kit per l'introduzione del catetere;

rif. 1.4: caratteristiche di qualità del materiale di consumo:

- Cateteri dotati di più lumi utilizzabili per infusione endovenosa;
- Compatibilità delle sonde di temperatura con cateteri esofagei e vescicali anche di altre ditte (da specificare i modelli compatibili);
- Possibilità di posizionamento dei cateteri in più sedi di inserzione (femorale, giugulare, succlavia);


Lotto 2: Sistema NON INVASIVO per l'ipotermia terapeutica comprensivo del relativo del materiale di consumo .

rif. 2.1: caratteristiche del sistema:

- sistema di gestione della temperatura del paziente costituito da un'unità di raffreddamento-riscaldamento a fluido del paziente;
- regolazione della temperatura corporea compresa tra 32° e 37° C;
- range di temperatura del fluido compreso almeno tra 5° e 40° C;
- impostazione della temperatura di riscaldamento del paziente graduale con precisione impostata compresa almeno tra 0,1 ° e 0,5°C
- controllo della temperatura del paziente;
- allarmi visivi ed acustici a garanzia dell'efficacia del trattamento e della sicurezza del paziente;
- funzionamento in modalità manuale;
- Test di regolare funzionamento prima dell'utilizzo;
- Completo di tutto il materiale necessario per l'utilizzo

rif. 2.2: caratteristiche di qualità del sistema:

- semplice interfaccia per l'utente: ampio display, facilità di impostazione dei parametri;



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

- facilità di trasporto;
- caratteristiche fisiche di ridotte dimensioni per agevolare l'accesso al paziente;
- possibilità di utilizzo tramite protocolli già predefiniti;

rif. 2.3: caratteristiche minimali del materiale di consumo:

- Sistema che garantisca la non fuoriuscita d'acqua dal circuito anche in seguito a tagli accidentali su materassini/placche;
- Disponibilità di set di materassini e placche per utilizzo con pazienti di varie dimensioni sia adulti sia pediatrici;
- Materassini/placche latex free e privi di ftalati radiotrasparenti e compatibili con TC e RM;
- Possibilità di defibrillare in totale sicurezza il paziente durante il trattamento;
- Minima superficie coprente per rendere disponibili eventuali accessi in zone del corpo critiche;

rif. 2.4: caratteristiche di qualità del materiale di consumo:

- Ottimale aderenza dei materassini/placche a diretto contatto con la cute del paziente (descrizione della modalità di adesione del materassino/placca del materiale utilizzato);
- Descrizione dei diversi set di materassini e placche per utilizzo con pazienti di varie dimensioni sia adulti sia pediatrici;
- Facilità di applicazione e rimozione dei materiali di consumo;
- Compatibilità delle sonde di temperatura con cateteri esofagei e vescicali anche di altre ditte (da specificare i modelli compatibili);
- Ingombro limitato del circuito paziente.

I quantitativi sono indicate nella tabella sotto riportata:

	CESENA	FORLI	RAVENNA	RIMINI	TOTALE
N° TRATTAMENTI (lotto 1)	0	0	20	0	20
N° APPARECCHI (lotto 1) 1 DI SCORTA	0	0	1	0	1
N° TRATTAMENTI (lotto 2)	30	13	0	20	63
N° APPARECCHI 3DI SCORTA	2	1	0	2	5

Il Responsabile del Procedimento

Marzia Maldini

Il Direttore ad interim

U.O. Acquisti Aziendali

P. Paola Lombardini

Allegato: Fac-simile di domanda

Area Dipartimentale Economico e Gestionale

U.O. Acquisti Aziendali

Viale 1° Maggio, 280 - 47522 Pievesestina di Cesena (FC)

Direttore ad interim: dott.ssa Paola Lombardini

Tel. 0547.394452 - Fax 0547.610948

e-mail: acquisti@auslromagna.it

Pec acquisti@pec.auslromagna.it

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Sede legale: via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna (RA)

C.F. e P.IVA 02483810392

Sito WEB: www.auslromagna.it

