Lotto	rif. Lotto	DESCRIZIONE PRODOTTI Caratteristiche tecniche richieste a pena di esclusione	Campionatura	Valore triennale a BASE D'ASTA iva esclusa	Criterio di aggiudicazione	Modalità esecuzione prova	Q.tà Totale Triennale	
		KIT CATETERI VENOSI CENTRALI (CVC) A PERMANENZACATETERI VENOSI						
1		**Kit completo CVC a permanenza doppio catetere (dual cath) a tunnelizzazione retrograda** in materiale morbido biocompatibile, per vena giugulare con approcci lato destro e sinistro, e per vena femorale, con cuffia di ancoraggio ad idonea distanza. ; il kit deve contenere apposito tunnellizzatore e sistema di introduzione con guaina peel away valvolata.	**n 1 kit completo sterile per giugulare destra per ogni tipo di cvc, più kit non sterili a richiesta**	**4.185,00**	**qualità**	**2^ prova in reparto**	**15**	
2		**Kit completo CVC a permanenza bilume a tunnellizzazione anterograda**, di diametro fra 13,5 e 15 Fr, in materiale morbido biocompatibile, con cuffia di ancoraggio in dacron a distanza variabile dalla punta per approcci giugulare dx e sx e per vena femorale; il kit deve contenere apposito tunnellizzatore e sistema di introduzione con guaina peel away valvolata.		**4.263,00**	**qualità**	**2^ prova in reparto**	**30**	
3	3A	**KIT completo CVC a permanenza bilume di calibro 15 Fr**, **a tunnelizzazione retrograda** in materiale morbido biocompatibile, radioopaco, con cuffia di ancoraggio in dacron a distanza variabile dalla punta, punta con geometria antiricircolo, per approccio in vena giugulare ,succlavia e femorale dx e sin.. Il Kit deve contenere apposito tunnellizatore per posizionamento retrogrado, e sistema di introduzione con guaina peel-away dotata di sistema a valvola antireflusso. Il catetere deve avere le estensioni sostituibili e **devono essere disponibili appositi kit di sostituzione delle estensioni**		**89.775,00**	**qualità**	**2^ prova in reparto**	**315**	
3	3B	**Kit di sostituzione estensione catetere a permanenza (lotto 3)**		**9.267,00**	**qualità**	**2^ prova in reparto**	**81**	
		KIT CATETERI VENOSI CENTRALI (CVC) TEMPORANEI						
4		**Kit CVC temporaneo monolume** in poliuretano radiopaco, di calibro 8 Fr e di lunghezza variabile per approcci su vena giugulare tra 15 e 17,5cm, succlavia tra 17,5 e 20 cm e femorale tra 2 e 25 cm; il kit deve contenere ago introduttore e guida metallica J/flex centimetrata	**n. 1 kit completo sterile per vena giugulare destra**	**1.810,00**	**qualità**	**2^ prova in reparto**	**135**	
5		**Kit CVC temporaneo bilume per pazienti acuti,** in poliuretano radiopaco di calibro compreso tra 12-13 Fr , **lineare**, di lunghezza variabile per approcci su vena giugulare (15-17,5cm), succlavia 17,5-20 cm) e femorale (24-25 cm) con estensioni diritte; il kit deve contenere ago introduttore, dilatatore e guida metallica J/flex centimetrata	**n. 2 kit completo sterile per vena femorale**	**61.290,00**	**qualità**	**2^ prova in reparto**	**2.700**	

Lotto	rif. Lotto	DESCRIZIONE PRODOTTI Caratteristiche tecniche richieste a pena di esclusione	Campionatura	Valore triennale a BASE D'ASTA iva esclusa	Criterio di aggiudicazione	Modalità esecuzione prova	Q.tà Totale Triennale	
6		**Kit CVC temporaneo bilume a lunga permanenza e ad alti flussi per approccio giugulare, di diametro** compreso tra 12-14 Fr **,** di lunghezza variabile tra 15 e 20 cm , precurvato e rivestito di antisettico, per pazienti cronici con indisponibilità temporanea dell'accesso	**n. 1 kit completo sterile per vena giugulare destra**	**9.450,00**	**qualità**	**2^ prova in reparto**	**135**	
7		**Kit CVC temporaneo bilume a lunga permanenza e ad alti flussi per approccio giugulare,** di diametro compreso tra 13-14 Fr , di lunghezza variabile tra 15 e 20 cm , precurvato e completamente in silicone, per pazienti cronici con indisponibilità temporanea dell'accesso	**n. 1 kit completo sterile per vena giugulare destra**	**12.825,00**	**qualità**	**2^ prova in reparto**	**135**	
		ACCESSORI VARI						
8		**Aghi introduttore per Seldingher** 18 Ga di diametro e 7 cm di lunghezza	**n. 1 ago introduttore per Seldingher**	**1.260,00**	**prezzo**	**1^ prova commissione**	**600**	
9		**Guide** in acciaio inox graduato J/flex 70 cm centimetrate	**n. 1 guida**	**741,00**	**prezzo**	**1^ prova commissione**	**195**	
10		**Raccordo set "a Y"** per monoago sterile con attacco luer lock e relativo tappo di chiusura; clamp su ogni linea; sterilizzato non ETO. Latex Free.	**n. 1 raccordo set a "Y"**	**2.700,00**	**prezzo**	**1^ prova commissione**	**2.700**	
11		**Sistema di accesso al CVC** senza ago tipo "split septum" che possa rimanere in sede almeno una settimana senza doverlo sostituire, che consenta flussi ematici sempre elevati e maggiori di 300ml/min, che consenta l'accesso con sistemi a cono e con sistemi luer lock. Il setto deve essere in silicone privo di interstizi e facilmente disinfettabile. Deve essere latex free.	**n. 40 sistemi di accesso**	**5.760,00**	**prezzo**	**2^ prova in reparto**	**14.400**	
		KIT ATTACCO-STACCO PAZIENTE						

Lotto	rif. Lotto	DESCRIZIONE PRODOTTI Caratteristiche tecniche richieste a pena di esclusione	Campionatura	Valore triennale a BASE D'ASTA iva esclusa	Criterio di aggiudicazione	Modalità esecuzione prova	Q.tà Totale Triennale	
12		**KIT ATTACCO-STACCO FISTOLA ARTERO VENOSA** Il kit deve contenere: ATTACCO - 1 traversa assorbente 60x60 cm - 2 salviette disinfettanti a base di clorexidina 2% - 1 klemmerina stringitubo - 1 cerotto in rocchetto tipo micropore cm 2,.5 x 150 circa - 2 conf da 2 garze cotone cm 10x10 - a 8 strati - 1 laccio emostatico nitrile nuovo STACCO - confezione con 2 tamponi in poliestere 2,6 cm - confezione con 2 cerotti premifistola con tampone - confezione con 2 bende premifistola con tampone - 2 premifistola monouso regolabili	**n. 40 kit attacco stacco per fistola**	**846.000,00**	**qualità**	**2^ prova reparto**	**282.000**	
13		**KIT ATTACCO-STACCO CATETERE VENOSO CENTRALE** Il kit deve contenere in buste separate: ATTACCO - 1 telo TNT 60x50 con taglio e foro e adesivo - 2 conf da 2 garze cotone cm 10x10 - a 8 strati - 2 siringhe da 5 cc senza ago, con attacco luer lock - 2 salviette clorexidina 2% in alcol isopropilico (MD) - 1 klemmer stringitubo STACCO - 1 telo TNT 60x50 con taglio e foro e adesivo - 2 siringhe da 2,5 cc con ago centrale - 1 tasca protezione cm 24x21x8 completa di cerotti - 1 conf da 2 garze cotone cm 10x10 - a 8 strati - 2 salviette clorexidina 2% in alcol isopropilico (MD)	**n. 40 kit attacco stacco per cvc**	**288.000,00**	**qualità**	**2^ prova reparto**	**96.000**	
		DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER CATETERI VENOSI CENTRALI **Dispositivi che consentono di ridurre i rischi di contaminazione accidentale dei CVC per emodialisi e per l'ottimizzazione delle procedure di accesso e di lavaggio del catetere.**						
14		**Siringhe** da 10cc contenenti soluzione fisiologica sterile imbustate singolarmente per il lavaggio dei CVC con attacco luer lock.	**n. 40 siringhe**	**135.000,00**	**prezzo**	**2^ prova in reparto**	**450.000**	
15		Tasca o copertura da doccia di materiale idrorepellente con bordo adesivo per la protezione del CVC e della sua medicazione circa 20x30 in confezione singola	**n. 40 tasche**	**67.500,00**	**qualità**	**2^ prova in reparto**	**22.500**	
16		Medicazione con garza a captazione batterica - con taglio e foro per exit site CVC	**n. 40 medicazioni**	**99.000,00**	**prezzo**	**2^ prova in reparto**	**33.000**	
		FILTRI						

Lotto	rif. Lotto	DESCRIZIONE PRODOTTI Caratteristiche tecniche richieste a pena di esclusione	Campionatura	Valore triennale a BASE D'ASTA iva esclusa	Criterio di aggiudicazione	Modalità esecuzione prova	Q.tà Totale Triennale	
17		Filtro in Triacetato di Cellulosa - per pazienti allergici con precedenti reazioni da ipersensibilità alle fibre sintetiche. Superfici variabili tra 1,5 e oltre 2,0 metri con clearance dell'urea di almeno 170 ml/min a 200cc/h di flusso sangue. Sterilizzati gamma	**n. 4 filtri**	**95.175,00**	**qualità**	**2^ prova in reparto**	**4.050**	
18		Filtro con membrana in PoliMetilMetacrilato (PMMA) con caratteristiche di elevata biocompatibilità , elevate prestazioni diffusive cui si aggiunge una quota adsorbitiva per rimuovere sostanza ad alto peso molecolare. Superfici variabili tra 1,5 e oltre 2 metri quadrati. clearance dell'urea di almeno 170 ml/min con flusso ematico di 200cc/h. sterilizzato gamma	**n. 4 filtri**	**374.400,00**	**qualità**	**2^ prova in reparto**	**14.400**	
19		Filtro con membrana in Polyester Polymer Alloy (PEPA) con minore capacita di clearance dell'insulina per un migliore controllo glicemico nei pazienti diabetici e per le elevate capacità adsorbitive che lo rende indicato per pz con mieloma multiplo. Clearance dell'urea di almeno 170ml/min con flusso sangue 200 ml/min. sterilizzato gamma	**n. 4 filtri**	**77.175,00**	**qualità**	**2^ prova in reparto**	**3.150**	