

Area Dipartimentale Economico e Gestionale

U.O. Programmazione di Acquisti di Beni e Servizi

Direttore: avv. Morris Montalti

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA EVENTUALE ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI N.1 SISTEMA LASER AL TULLIO A NOLEGGIO PER 2 ANNI COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE E DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE DEDICATO PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO STIMATO PER 24 MESI DI NOLEGGIO E PER IL MATERIALE DEDICATO PARI AD € 200.000 (IVA ESCLUSA).

L'Azienda USL della Romagna con sede legale in via De Gasperi nr. 8 – 48121 Ravenna, rende noto che sta valutando la possibilità di procedere alla stipulazione di un contratto per la fornitura di 1 **sistema di Laser al Tullio, per le esigenze** dell'Azienda USL della Romagna.

Si comunica, pertanto che, con la presente si intende espletare indagine conoscitiva per la fornitura di quanto in oggetto, al fine di acquisire, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di imparzialità, parità di trattamento, pubblicità e nel rispetto de criterio di rotazione degli inviti, la conoscenza e la disponibilità di operatori economici presenti nel mercato, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Requisiti minimi richiesti all'Operatore Economico:

- **non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurino motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non sussistono ulteriori impedimenti alla partecipazione alla procedura né ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;**
- **non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;**
- Iscrizione alla Camera di Commercio per attività compatibile per la fornitura in oggetto;
- di avere **l'abilitazione attiva** (iscritti) per la partecipazione alle **procedure SATER sul Portale Intercent-Er categoria Z120110 - STRUMENTAZIONE PER LASER-CHIRURGIA**

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda USL della Romagna (<https://www.auslromagna.it>) sezione Gare ed Appalti – Avvisi e Bandi per forniture sottosoglia comunitaria.

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, redatta in conformità al modello Allegato dovrà pervenire:

ENTRO LE ORE 12.00 del giorno 06/04/2023

La suddetta manifestazione di interesse dovrà avvenire inviando il modulo allegato alla seguente pec: acquisti@pec.auslromagna.it inserendo nell'Oggetto il titolo della manifestazione e il nome del RUP di riferimento entro e non oltre il termine indicato.

Il Responsabile del Procedimento designato ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 50/2016 è la Dott.ssa Claudia Cattano - claudia.cattano@auslromagna.it

La manifestazione d'interesse dovrà essere firmata dal Legale Rappresentante dell'OE o da altro

soggetto dotato di idonei poteri di firma e corredata di fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Nella manifestazione di interesse, l'OE dovrà dichiarare di possedere i titoli e requisiti richiesti e comunicare l'indirizzo PEC.

Infine si precisa che:

1. l'acquisizione delle candidature non comporta l'assunzione di impegni specifici da parte dell'Azienda USL della Romagna, che non si assume alcun obbligo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né l'attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine all'assegnazione della fornitura.
2. non sono previste graduatorie, né punteggi, né classifiche in merito essendo la finalità del presente avviso, unicamente quella di acquisire la conoscenza e la disponibilità degli operatori economici a fornire la tecnologia sopra indicata con i requisiti richiesti.

MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE:

In esito all'indagine di mercato di cui al presente avviso, questa Stazione Appaltante potrebbe procedere a indire mediante pubblicazione sul mercato elettronico nazionale o regionale apposita procedura di gara e ad **invitare alla stessa solo gli Operatori Economici che abbiano presentato la manifestazione d'interesse e che risultino in possesso dei requisiti richiesti.**

Il presente avviso è finalizzato a una semplice manifestazione di interesse, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione. La Stazione Appaltante si riserva di interrompere o non avviare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, anche di tipo economico.

OGGETTO DELL'APPALTO:

Fornitori ed installazione di 1 sistema Laser al Tullio a noleggio per 2 anni comprensivo di manutenzione e dispositivi medici e materiale dedicato, indicato in applicazioni chirurgiche di resezione, taglio, ablazione, coagulo, vaporizzazione ed emostasi dei tessuti molli.

Il sistema dovrà essere trasportato, installato e verificato prima delle sedute operatorie e successivamente smontato per essere riportato via alla fine delle sedute.

Dovranno inoltre essere fornite un numero adeguato di fibre al fine di garantire il numero di trattamenti specificato, insieme al numero delle sedute operatorie previste per ogni anno, nella tabella seguente:

DESCRIZIONE	TOTALE	CESENA	FORLI'
SEDUTE	30	20	10
PAZIENTI TRATTATI	120	80	40

Nello specifico **il sistema laser dovrà avere le seguenti caratteristiche:**

- Modalità di lavoro in continuo ed in pulsato
 - Alta potenza al fine di facilitare le procedure di vaporizzazione prostatica
 - Display a colori che garantisca una buona visione nelle condizioni operative.
 - Software d'interfaccia utente con programmi preimpostati e possibilità di crearne dei nuovi
 - Fibre utilizzabili sia a mano libera sia per via endoscopica
 - Riconoscimento automatico posizionamento fibra
 - Laser di puntamento ad elevata luminosità
 - Bassa rumorosità e contenuto riscaldamento dell'ambiente
-
- Sistema di facile movimentazione con ruote ammortizzate

- Dotato di n. 6/8 dispositivi di sicurezza individuale (occhiali di protezione dedicati) conformi alla CEI EN 207.

Le Ditte che intenderanno fare offerta dovranno fare il sopralluogo dei locali in cui sarà utilizzato il sistema Laser al fine di verificare le condizioni installative, strutturali, impiantistiche.

La Ditta per tutta la durata contrattuale dovrà garantire la Manutenzione Full Risk dell'apparecchiatura offerta.

SERVIZIO DI ASSISTENZA MINIMA RICHIESTA

Per ciascun apparecchio offerto la ditta dovrà offrire un'un'assistenza tecnica di tipo **Full-Risk omnicomprendiva (nulla escluso)**, ovvero:

La ditta oltre alla garanzia dovuta per vizi e difetti di funzionamento, per mancanza di qualità promessa o essenziale all'uso cui la cosa è destinata nonché per buon funzionamento, dovrà garantire un servizio di assistenza tipo full-risk omnicomprendiva per tutte le componenti, accessori e materiali di consumo soggetti ad usura con la sola esclusione del **materiale di consumo monouso o monopaziente** necessario all'ordinario utilizzo. Tutte le parti di ricambio fornite dovranno essere originali. Il servizio di assistenza richiesto è relativo alla manutenzione correttiva, manutenzione preventiva e tutto quanto necessario per assicurare il mantenimento del sistema al massimo dell'efficienza e sicurezza secondo le specifiche del costruttore. Le modalità richieste sono le seguenti:

1. **manutenzione preventiva:** la ditta dovrà garantire l'esecuzione della manutenzione preventiva come previsto dai manuali forniti in dotazione e di tutto quanto necessario per assicurare il mantenimento del sistema al massimo dell'efficienza e sicurezza secondo le specifiche del costruttore. La manutenzione preventiva richiesta comprende le procedure periodiche di verifica, controllo dei parametri di funzionamento, messa a punto, regolazioni, calibrazioni, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature risultanti non conformi. La ditta dovrà indicare il numero di manutenzioni preventive annue che verranno effettuate e **garantire oltre a quanto sopraindicato l'effettuazione con periodicità almeno annuale della verifica di sicurezza elettrica e il controllo di funzionalità, conformemente a quanto previsto dal costruttore e dalle norme CEI generali e particolari vigenti ed applicabili.** Le date delle operazioni richieste dovranno essere concordate con il reparto utilizzatore ed autorizzate dell'U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica dell'ambito di competenza. Eventuali modifiche rispetto alla pianificazione decisa dovranno essere comunque concordate e nel modificare il calendario si dovranno comunque rispettare le frequenze indicate e quindi gli intervalli temporali previsti.
2. **rapporti di intervento:** la ditta dovrà far pervenire per e-mail in formato elettronico una copia dei rapporti di intervento debitamente controfirmati da un referente del reparto. Si precisa che:
 - il verbale degli interventi di manutenzione correttiva dovrà sempre riportare il numero di chiamata di intervento dell'U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica, il numero di inventario/serie dell'apparecchiatura, data/ora inizio e fine intervento, la chiara indicazione delle operazioni svolte e l'esito finale;
 - il verbale degli interventi di manutenzione preventiva e verifiche sicurezza dovrà almeno riportare il numero di inventario/serie AUSL, data/ora inizio e fine intervento, la chiara indicazione delle operazioni svolte e l'esito finale; dovrà inoltre essere allegata copia della stampa della verifica di sicurezza

- elettrica eseguita;
- la ditta dovrà senza oneri aggiuntivi effettuare, con modalità concordate, tutte le implementazioni hardware e software fornite dalla ditta costruttrice per migliorare la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi forniti e prevedere il costante aggiornamento del software fornito, anche nel caso in cui necessitino per la loro installazione la sostituzione di componenti hardware.

**Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Claudia Cattano**