



Area Dipartimentale Economico e Gestionale
Direttore avv. Morris Montalti

U.O. Acquisti Beni e Servizi
Direttore avv. Morris Montalti

PNRR - MISSIONE 5.C3.1.1.1. "INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI DI COMUNITÀ", PROGETTO INVESTIMENTO DENOMINATO "FORNITURA DI APPARECCHIATURE SANITARIE PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ"

AVVISO DI INDAGINE FINALIZZATA A SOLLECITARE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO AUTOCLAVE 2 US PER LE NECESSITÀ DEI COMPARTI OPERATORI DELL'OSPEDALE "SACRA FAMIGLIA" DI NOVAFELTRIA - IMPORTO A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA € 50.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO COMPRENSIVO DI OPZIONI € 115.000,00 (IVA ESCLUSA)

L'Azienda USL della Romagna con sede legale in via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna, rende noto che sta valutando la possibilità di procedere alla stipulazione di un contratto, per l'affidamento di Autoclave 2 US per le necessità dell'Ospedale di Novafeltria, relativo all'intervento PNRR M5C3 1.1.1 "Apparecchiature per rafforzamento piccoli ospedali e per assistenza domiciliare".

Si comunica, pertanto, che con la presente si intende espletare indagine di mercato per la fornitura in oggetto al fine di acquisire, nel rispetto dei principi di cui all'art 30 del D.lgs 50/2016, la conoscenza e la disponibilità di operatori economici presenti nel mercato, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. b) D.L. 76/2020.

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Requisiti minimi richiesti all'Operatore Economico:

- o non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurino motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non sussistono ulteriori impedimenti alla partecipazione alla procedura né ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- o non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
- o essere registrato e abilitato sul portale SATER di Intercent-Er;
- o Iscrizione alla Camera di Commercio per attività compatibile per la fornitura in oggetto.

La presente indagine viene espletata utilizzando il "Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna" c.d. SATER disponibile sul portale dell'Agenzia Regionale Intercent-ER.

Il presente avviso viene pubblicato sia sulla piattaforma regionale (<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> - **Consultazioni preliminari di mercato**) sia sul sito istituzionale dell'Azienda USL della Romagna (<https://www.auslromagna.it>) sezione Gare ed Appalti – Avvisi e Bandi per forniture/servizi sottosoglia comunitaria.

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, redatta in conformità al modello Allegato A), dovrà pervenire, **ESCLUSIVAMENTE** tramite la piattaforma SATER **entro il termine ivi indicato.**

Non saranno considerate manifestazioni di interesse che non siano pervenute nella suddetta modalità.

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'OE o da altro soggetto dotato di idonei poteri di firma e corredata di fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Nella manifestazione di interesse, l'OE dovrà dichiarare di possedere i titoli e requisiti richiesti e comunicare l'indirizzo PEC al quale saranno indirizzate tutte le eventuali comunicazioni riguardanti la presente procedura di manifestazione di interesse.

Infine, si precisa che:

1. l'acquisizione delle candidature non comporta l'assunzione di impegni specifici da parte dell'Azienda USL della Romagna, che non si assume alcun obbligo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né l'attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine all'assegnazione del servizio;
2. non sono previste graduatorie, né punteggi, né classifiche in merito essendo la finalità del presente avviso, unicamente quella di acquisire la conoscenza e la disponibilità degli operatori economici a fornire il servizio sopra indicato con i requisiti richiesti.

Oggetto e finalità della procedura

Oggetto dell'appalto è l'acquisizione di 1 Autoclave 2 US per le necessità dell'Ospedale di Novafeltria dell'Ausl della Romagna. L'acquisizione rientra nell'intervento PNRR M5C3 1.1.1 "Apparecchiature per rafforzamento piccoli ospedali e per assistenza domiciliare".

L'appalto non è suddiviso in lotti, in quanto trattasi di un unico apparecchio.

Valore dell'appalto

LOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	Prezzo unitario iva esclusa	Valore a base d'asta per lotto iva esclusa	Opzione listino accessori	Revisione prezzi 10%	Manutenzione post garanzia (60 mesi)	Opzione quinto d'obbligo	VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO IVA ESCLUSA
1	AUTOCLAVE 2 US	1	50.000,00	50.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	10.000,00	115.000,00
VALORE COMPLESSIVO APPALTO IVA ESCLUSA A BASE D'ASTA				50.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	10.000,00	

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Fornitura di Autoclave da 2 US con le seguenti caratteristiche

- Autoclave di tipo passante per permettere il caricamento nella zona di confezionamento e lo scarico nella zona sterile
- Pannellatura di copertura dell'apparecchiatura su misura con predisposizione per gli accessi per manutenzione
- La pannellatura di cui sopra dovrà essere in acciaio inox su entrambe i lati,

Area Dipartimentale Economico e Gestionale
Direttore avv. Morris Montalti

U.O. Acquisti Beni e Servizi
Viale 1° Maggio, 280 - 47522 Pievesestina di Cesena (FC)
Tel. 0547.394447 – 394453 - Fax 0547.610948
Direttore avv. Morris Montalti
e-mail: acquisti@auslromagna.it
Pec: acquisti@pec.auslromagna.it

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale: via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna (RA)
C.F. e P. IVA 02483810392
Sito WEB: www.auslromagna.it

salvaguardando gli operatori dal rischio termico per contatto e dal rischio associato al rumore, oltre che garantire la separazione fra gli ambienti a diverso livello di contaminazione dell'aria fino al solaio (bioseal)

CARATTERISTICHE TECNICHE DI RIFERIMENTO

- Spessore della camera almeno 5 mm, preferibilmente 6-8 mm, realizzata in acciaio inox AISI 316 L o AISI 316 Ti, con doppia camera dello stesso materiale realizzante intercapedine
- Doppia sonda di temperatura e doppio trasduttore di pressione nella camera (indipendenti)
- Indicazione da parte della ditta fornitrice della durata della garanzia della camera e della pressione di progetto
- L'apertura delle porte a traslazione di tipo verticale od orizzontale deve essere dotata di dispositivi di sicurezza che non necessitino di zone di rispetto o di attenzione. L'apertura e quindi l'altezza della camera deve essere collocata ad un'altezza tale da favorire agli operatori la procedura di carico e scarico del materiale. La scelta del tipo di apertura deve tener conto delle dimensioni complessive della parete a disposizione
- Tenuta con guarnizione dinamica facilmente sostituibile
- Predisposizione per le operazioni di validazione
- Predisposizione per eventuale software per la rintracciabilità del ciclo abbinato al materiale trattato
- Generatore di vapore con accesso semplice alle resistenze per la sostituzione
- Pompa vuoto ad anello liquido o a basso consumo idrico
- Sistema di gestione e controllo separato e indipendente, possibilmente entrambi computerizzati. Si richiede un doppio sistema di controllo, con ridondanza completa dell'hardware, affinché la verifica della validità del ciclo sia effettuata dalla sterilizzatrice e non dipenda dall'operatore. E'richiesta l'accensione programmabile.
- Presenza di filtro sulle tubazioni d'alimentazione a monte della prima valvola della sterilizzatrice per impedire che le impurità possano alterare il buon funzionamento della valvola
- Filtro per l'aria per trattenere particelle di dimensione maggiore a 0,30 micron, per almeno il 99,5%, posizionato all'esterno della camera e facilmente accessibile. Deve essere protetto dai ritorni di vapore grazie ad una valvola di non ritorno
- Sistema di visualizzazione dei cicli, delle fasi e degli allarmi. Stampante con data e ora di esecuzione del ciclo, relazione Pressione e Temperatura nelle fasi del ciclo. Devono essere presenti strumenti indicatori di Pressione e Temperatura della camera di sterilizzazione e della Pressione nell'eventuale intercapedine. La Pressione e Temperatura della camera devono essere registrabili. Vi deve inoltre essere un manometro per indicare la pressione del vapore nel generatore.
- Indicazioni di: sterilizzatrice in funzione, ciclo completato, guasta e porte chiuse per entrambe le estremità. Indicazione del ciclo selezionato e della fase del ciclo, del FO.
- Possibilità di conoscere le impostazioni e lo status (es. regolare funzionamento dell'autoclave) da diversa postazione

- Devono essere impostabili i cicli per tessili e ferri, prion, B&D, vacuum oltre a poter impostare cicli flash e la possibilità di impostare nuovi cicli. Si richiede inoltre di potere selezionare i cicli in funzione del carico e del tipo di confezionamento
- Devono essere presenti opportune protezioni all'uso, quali ad esempio una chiave d'accesso che individui gli operatori

Fra i punti di maggior interesse, oltre a quanto richiesto, che saranno fondamentali nella valutazione vi saranno:

- materiale utilizzato per la camera, la porta ed il circuito idraulico
- l'altezza del piano di lavoro e di carico
- la coibentazione
- il rumore
- la dissipazione termica
- il consumo elettrico ed idrico

N.B. L'autoclave dovrà essere corredata di 1 carrelli per il carico/scarico e di n.1 carrello interno.

IMPORTANTE:

In offerta deve essere compreso lo smaltimento della attrezzatura esistente e la realizzazione della pannellatura per il tamponamento di separazione tra locale di confezionamento e deposito sterile

L'autoclave dovrà essere progettata e costruita secondo le normative italiane armonizzate UNI 285, UNI 17665-1, Direttive 97/23 PED, 73/23/CEE e 93/42/CEE.

N.B.

- LE ATTREZZATURE DEVONO ESSERE NUOVE DI FABBRICA
- Le apparecchiature dovranno essere complete di tutti gli accessori per il funzionamento
- Nell'offerta devono essere compresi per il periodo di garanzia: materiale usurabile e ricambi degli accessori, detergenti/disinfettanti
- La ditta dovrà fornire un listino già comprensivo di sconto applicato per tutti gli accessori e componenti acquistabili;
- La ditta dovrà esplicitare le procedure di manutenzione ordinaria ad opera del personale utilizzatore;
- La ditta dovrà esplicitare le procedure di pulizia e le sostanze utilizzabili compatibili per le operazioni di pulizia e sanificazione dell'apparecchiatura ad opera del personale utilizzatore;
- E' richiesto l'interfacciamento con sistema di tracciabilità ITINERIS con collegamento Ethernet

MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

In esito all'indagine di mercato di cui al presente avviso, l'AUSL della Romagna U.O. Acquisti Beni e Servizi, procederà ad indire mediante pubblicazione sul portale SATER di Intercent-Er apposita procedura di gara e ad invitare alla stessa ESCLUSIVAMENTE tutti gli Operatori economici che abbiano presentato la manifestazione d'interesse, anche se in numero inferiore a quello previsto dalla vigente normativa mentre nel caso pervenga un'unica manifestazione di interesse si procederà con affidamento diretto all'OE che ha manifestato interesse a partecipare.

Area Dipartimentale Economico e Gestionale
Direttore avv. Morris Montalti

U.O. Acquisti Beni e Servizi
Viale 1° Maggio, 280 - 47522 Pievesestina di Cesena (FC)
Tel. 0547.394447 – 394453 - Fax 0547.610948
Direttore avv. Morris Montalti
e-mail: acquisti@auslromagna.it
Pec: acquisti@pec.auslromagna.it

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale: via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna (RA)
C.F. e P. IVA 02483810392
Sito WEB: www.auslromagna.it

Il presente avviso è finalizzato ad una semplice manifestazione di interesse, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 1 co. 3 D.L. 76/2020.

INFORMAZIONI E TUTELA PRIVACY

Il trattamento dei dati personali conferito nell'ambito della presente procedura è improntato al Regolamento 2016/679 (GDPR), come risulta dalla documentazione aziendale scaricabile dal sito internet alla cui lettura ci si riporta integralmente.

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'AUSL della Romagna, con sede in via De Gasperi n. 8 - 48121 - Ravenna - tel. 0544/286502 - PEC azienda@pec.auslromagna.it.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'AUSL della Romagna è disponibile sul sito web: www.auslromagna.it;

L'Azienda Usl della Romagna ha provveduto a designare il Responsabile della protezione dei dati (DPO), i cui contatti sono i seguenti: E-mail: dpo@auslromagna.it; PEC: azienda@pec.auslromagna.it.

Per informazioni contattare il Responsabile del procedimento: dott.ssa Letizia Belli: Tel. 0547-394971 Mail: letizia.belli@auslromagna.it.

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Letizia Belli

(Sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.)

Allegato A) Modulo manifestazione d'interesse

Area Dipartimentale Economico e Gestionale
Direttore avv. Morris Montalti

U.O. Acquisti Beni e Servizi
Viale 1° Maggio, 280 - 47522 Pievesestina di Cesena (FC)
Tel. 0547.394447 – 394453 - Fax 0547.610948
Direttore avv. Morris Montalti
e-mail: acquisti@auslromagna.it
Pec: acquisti@pec.auslromagna.it

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale: via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna (RA)
C.F. e P. IVA 02483810392
Sito WEB: www.auslromagna.it