

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Economico e Gestionale

U.O. Acquisti Aziendali

Direttore: Annarita Monticelli

Cesena 27/10/2016

Oggetto: PROCEDURA APERTA INDETTA DALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA PER LA FORNITURA DI REAGENTI DI GENETICA MOLECOLARE ONCOEMATOLOGICA PER L'U.O GENETICA MEDICA "DURATA ANNI 3 ESTENDIBILE AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D. LGS. 50/2016 PER UN BIENNIO. VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO COMPRENSIVO DEL RINNOVO BIENNALE € 900.000,00 (AL NETTO DELL'IVA).NUM. GARA: 6530776 CIG: 6817304939

	Quesiti	Riferimento	Risposte
--	---------	-------------	----------

Area Dipartimentale Economico e Gestionale
U.O.Acquisti Aziendali

Viale 1° Maggio, 280 - 47522 Pievesestina di Cesena (FC)

Direttore: Dott.ssa Annarita Monticelli

Tel. 0547.394452 – Fax 0547.610948

e-mail: acquistiavr.ce@auslromagna.it


Pec acquistiavr@pec.ausl-cesena.emr.it

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna


Sede legale: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)

C.F. e P.IVA 02483810392


Sito WEB: www.auslromagna.it



<p>1</p>	<p>Relativamente ai prodotti richiesti nelle voci 1, 2, 4 e 12 (test quantitativi) dell'allegato A Capitolato tecnico di gara, si chiede di specificare:</p> <ol style="list-style-type: none">1. il numero di campioni escluso i controlli positivi, negativi e standard; <ol style="list-style-type: none">2. se il numero di test (campioni, controlli e standard) riportato nelle singole voci del capitolato è da intendersi già comprensivo di analisi in duplicato.	<p>Allegato A) capitolato tecnico</p>	<p>1) in riferimento ai prodotti richiesti nelle voci 1, 2, 4 e 12 si precisa che il numero di campioni (esclusi i controlli positivi, negativi e standard) sono i seguenti:</p> <p>voce 1 (test bcr-abl p210 analisi quantitativa in real-time)= 700 da eseguire in duplicato,</p> <p>voce 2 (test bcr-abl p190 analisi quantitativa in real-time)= 35 da eseguire in duplicato</p> <p>voce 4 (determinazione quantitativa del gene WT1)= 240 da eseguire in duplicato</p> <p>voce 12 (determinazione della mutazione V617F del gene JAK2)= 480 da eseguire in duplicato</p> <p>Si precisa che in relazione alla voce 2, a causa del numero esiguo di campioni da analizzare nel corso dell'anno, mediamente vengono allestite sedute per 2 campioni.</p> <p>Si rettifica inoltre che in relazione alla voce 4, il numero corretto di test per WT1 è pari a 380 (invece di 280). Pertanto si provvede a pubblicare la scheda – offerta allegato C) con la rettifica apportata.</p> <p>2) Il numero di test (campioni, controlli e standard) riportati nelle singole voci del capitolato non è da intendersi già comprensivo di analisi in duplicato; si precisa che tutti i test indicati alle voci 1, 2, 4 e 12 devono poter essere eseguiti in duplicato.</p>
----------	---	---	--



2	Relativamente al prodotto richiesto nella voce 5 dell'allegato A Capitolato tecnico di gara, si chiede di specificare il numero di campioni, escluso di controlli positivi e negativi.	Allegato A) capitolato tecnico	Relativamente al prodotto richiesto nella voce 5 'determinazione del riarrangiamento bcr-abl associato alla t(9;22)' si specifica che il numero di campioni (esclusi controlli positivi e negativi) è pari a 290.
3	Relativamente alle caratteristiche della centrifuga da banco elencate a pag. 5 del capitolato tecnico si chiede se può essere ritenuta accettabile una centrifuga con tutte le caratteristiche richieste e con dimensioni di poco superiori all'ingombro massimo richiesto, come dettagliato di seguito: ingombro max richiesto in capitolato tecnico è pari a 30 larg x 40 prof x 25 h <i>ingombro della centrifuga offerta pari a 33,5 larg x 41,5 prof x 25 h.</i>	Allegato A) capitolato tecnico	Si specifica che può essere considerata accettabile una centrifuga con tutte le caratteristiche richieste e con dimensioni di poco superiori all'ingombro massimo richiesto.
4	Partecipando in RTI si chiede la possibilità di aggiungere una colonna per specificare chi sarà il fornitore e anche delle righe sottostanti le voci degli analiti. Richiedete una validità non inferiore a 365 giorni ma nello stesso punto viene richiesta anche una validità non inferiore a 18 mesi. Quest'ultima trattasi di refuso?	SCHEMA OFFERTA ECONOMICA - ALLEGATO C	Non è consentita l'introduzione di colonna aggiuntiva sulla scheda offerta allegato C in quanto, al punto 14 Busta A) documentazione amministrativa è richiesta apposita dichiarazione di impegno, a norma dell'art. all'art. 48 comma 8, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico qualificato come mandatario e specificazione delle forniture che saranno eseguite dai singoli operatori economici. Inoltre solo nel caso siano necessari più reattivi per lo stesso analita la ditta offerente potrà ripetere la corrispondente riga della tabella schema offerta economica Allegato C). Trattasi di refuso si conferma la validità di offerta di 365 giorni



<p>5</p>	<p>VS. PUNTO 4 Partecipando in RTI la prima pagina dell'allegato C "Autodichiarazione" deve essere compilata da tutti i membri di RTI e poi essere firmata da tutti congiuntamente?</p> <p>Al punto 2 viene richiesto il Listino prezzi su CD e al punto 5 l'offerta economica anche su CD. Per offerta economica intendente esclusivamente lo "Schema Offerta" o anche la Dichiarazione Sostitutiva (prima pagina) ?</p> <p>Si chiede se è possibile presentare un solo CD</p>	<p>SCHEDA OFFERTA ECONOMICA - ALLEGATO C</p>	<p>In caso di RTI l'autodichiarazione in Allegato C) deve essere compilata nei campi richiesti (percentuale delle forniture utili d'impresa-costo lavoro-eventuali oneri) per ciascuna impresa componente l'RTI con sottoscrizione di tutte le imprese raggruppate .</p> <p>Un unico CD può contenere i listini e l'offerta economica che riproduce la cartacea</p>
<p>6</p>	<p>Al punto 5 vengono richieste le Schede di Sicurezza su supporto CD e al punto 9 un CD contenente tutta la documentazione presentata. Si chiede se è possibile presentare un solo CD</p>		<p>Vanno presentati n. 2 CD uno contenente l'offerta tecnica ed un secondo CD contenente le schede di sicurezza</p>