

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Economico e Gestionale

U.O. Acquisti Aziendali

Direttore: Annarita Monticelli

Cesena 07/11/2016

Oggetto: PROCEDURA APERTA INDETTA DALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA PER LA FORNITURA DI REAGENTI DI GENETICA MOLECOLARE ONCOEMATOLOGICA PER L'U.O GENETICA MEDICA "DURATA ANNI 3 ESTENDIBILE AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D. LGS. 50/2016 PER UN BIENNIO. VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO COMPRENSIVO DEL RINNOVO BIENNALE € 900.000,00 (AL NETTO DELL'IVA).NUM. GARA: 6530776 CIG: 6817304939

	Quesiti	Riferimento	Risposte
7	si chiede di confermare che la Sezione B, punto 4 non debba essere compilata in quanto nel Bando non sono previsti indici finanziari;	DGUE	Si conferma
8	si chiede di confermare che la Sezione C, punto 13, pag. 17 non debba essere compilata in quanto gli unici requisiti tecnici sono previsti nei punti della stessa Sezione C 1a) e 1b)	DGUE	Si conferma la richiesta di compilazione della Sezione C 1b)
9	Con riferimento ai livelli minimi di capacità richiesti al punto III.2.3) del bando, si chiede di confermare che <u>non</u> è previsto un fatturato minimo di fornitura di reagenti di genetica molecolare oncoematologica nel triennio e che, pertanto, è sufficiente ai fini dell'ammissione riportare l'elenco delle forniture e i relativi fatturati, indipendentemente dall'importo.	DGUE	Si conferma che <u>non</u> è previsto un fatturato minimo di fornitura di reagenti di genetica molecolare oncoematologica nel triennio è sufficiente riportare l'elenco delle forniture e i relativi fatturati, indipendentemente dall'importo

Area Dipartimentale Economico e Gestionale
U.O.Acquisti Aziendali

Viale 1° Maggio, 280 - 47522 Pievesestina di Cesena (FC)

Direttore: Dott.ssa Annarita Monticelli

Tel. 0547.394452 – Fax 0547.610948

e-mail: acquistiavr.ce@auslromagna.it


Pec acquistiavr@pec.ausl-cesena.emr.it

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Sede legale: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)

C.F. e P.IVA 02483810392

Sito WEB: www.auslromagna.it



<p>10</p>	<p>Relativamente alle caratteristiche della microcentrifuga da banco elencate a pag. 5 del capitolato tecnico: "Micro-centrifuga da banco da utilizzare nell'allestimento delle reazioni di PCR Dotata di n.2 rotori di seguito descritti: (1 rotore per provette da 1,5/2,0ml con adattatori per provette piccole da 0,2/0,6ml e 1 rotore per almeno n.2 strip da 8 da PCR tubes 0,2 ml)"</p> <p>si chiede se sia possibile offrire una microcentrifuga con n.3 rotori differenti:</p> <ul style="list-style-type: none">-n. 1 rotore per n.2 strip da 8 da PCR tubes 0,2 ml-n.1 rotore per provette da 1,5 ml (12x1,5ml)-n.1 rotore per provette da 2 ml,0,2 ml e 0,5 ml (6x2.0ml/6x0,5ml/6x0,2ml)	<p>Allegato A)</p>	<p>E' ritenuta idonea l'offerta di microcentrifuga con n.3 rotori in quanto in grado di utilizzare le diverse tipologie di provette richieste:</p> <ul style="list-style-type: none">- provette da 1.5/2 mL- provette da 0.5 mL (e non 0.6 come erroneamente indicato in allegato A) capitolato tecnico)- provette da 0.2mL - strip da 0.2mL
------------------	--	--------------------	--