



Rimini, 26/01/2017

**PROCEDURA APERTA INDETTA DALL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO PER LA RICOSTRUZIONE CHIRURGICA DELLA MAMMELLA E DEL COMPLESSO AREOLA-CAPEZZOLO, DISTINTA IN 11 LOTTI.**

**DURATA ANNI 3 ESTENDIBILE AI SENSI DELL'ART. 35 C. 4 DEL D.LGS. 50/2016 PER ULTERIORI ANNI 2.**

**VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO COMPRENSIVO DEL RINNOVO, DELLA PROROGA E DEL 20% DEL CONTRATTO PRINCIPALE EURO 5.803.050,00 ONERI FISCALI ESCLUSI.**

**N. GARA: 6591182**

RISPOSTE AI QUESITI

|      | <b>Quesito</b>  | <b>Riferimento</b>  | <b>Risposta</b>   |
|------|---|---|---|
| Q 15 | <i>"In merito al lotto 10, dal Vs. chiarimento si evince che, per ns. conoscenza del mercato, il lotto possa essere esclusivo, ossia possa concorrere una sola azienda. Per tale motivo, si chiede alla Vs. Spett.le Stazione Appaltante di favorire il principio di libera concorrenza permettendo la partecipazione ad altre aziende che abbiamo matrici biologiche presagomabili a piacere e bisogno dell'utilizzatore, ottemperando alla possibilità di avvolgere comunque impianti protesici delle dimensioni da Voi riportate".</i> | ALLEGATO A<br>"Capitolato tecnico, quantitativi, criteri di valutazione e campionatura richiesta" | In relazione al quesito posto ed ad integrazione di quanto già pubblicato al Q7 ed al Q11, si precisa ulteriormente che si ritiene che la matrice biologica di origine eterologa certificata, in grado di promuovere la rigenerazione tissutale, per ricostruzione mammaria prepettorale, dovrà essere presagomata o presagomabile ed in grado di avvolgere impianti protesici per uso mammario fino alla dimensione massima di 500 cc o 500 g. |