

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI ACCESSO VENOSO A MEDIO E LUNGO TERMINE PER ADULTI, SISTEMI DI FISSAGGIO E MEDICAZIONE, PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DELLA ROMAGNA E DELL'IRCCS-IRST.

RISPOSTE AI QUESITI

N.	QUESITO	RIFERIMENTO	RISPOSTA
Q35	Al lotto 12 della presente procedura, indicate come criterio di valutazione, più precisamente al punto 1, "corretta sequenza del kit". Cosa intendete per corretta sequenza del kit? Si chiede gentilmente di specificare in una nota, la disposizione dei componenti del kit nell'ordine richiesto dagli utilizzatori ed oggetto di valutazione in sede di gara. Mentre per quanto riguarda i criteri di valutazione indicati ai punti 2 e 3 del lotto n. 12, si fa presente che si potrebbe incorrere nel rischio di attribuire punteggi secondo parametri molto soggettivi. Si prega di specificare cosa intendete per "praticità e maneggevolezza" e per "agevole apertura della confezione".	Capitolato tecnico Lotto 12	<p>Per la corretta sequenza del kit si veda Q31.</p> <p>Per praticità si intende un dispositivo la cui funzionalità consenta di essere adoperato agevolmente.</p> <p>Per maneggevolezza si intende l'insieme delle qualità del dispositivo che ne consentono una grande facilità d'uso, d'impiego, di manovra.</p> <p>Per "Agevole apertura della confezione" si veda Q34</p>
Q36	Lotto 4c: Chiediamo se il prezzo indicato (3000 Euro), rappresenta la cifra per il noleggio annuale di ogni apparecchiatura, oppure si intende per il periodo triennale? Sull'allegato C viene riportato un quantitativo di 27 sistemi, è forse un errore di calcolo? L'IRST non è menzionata tra i richiedenti il sistema di verifica della punta, come mai, dal momento che richiedono i cateteri dotati di tale tecnologia?	Capitolato tecnico Lotto 4	<p>Lotto 4c): il prezzo indicato di 3.000 € rappresenta la quota di noleggio annuale per singola apparecchiatura.</p> <p>All. C): per mero errore materiale nel lotto 4c) è stato riportato un quantitativo non corretto dei sistemi richiesti.</p> <p>Il totale corretto dei sistemi richiesti è di n. 10.</p> <p>Si precisa che in data 22.03.2017 verrà ripubblicato sul portale dell'Ausl Romagna (www.auslromagna.it) sia l'All. A "Capitolato tecnico" sia l'All. C "Scheda offerta economica" con i quantitativi corretti.</p> <p>L'IRST, come da All. C corretto, ha indicato quale proprio fabbisogno n. 1 sistema di monitoraggio.</p>

Q37	Confermate che al Lotto 1 richiedete un normale sistema totalmente impiantabile standard e non uno power injectable resistente alle alte pressioni.	Capitolato tecnico Lotto 1	Si conferma
Q38	Cosa si intende per “agevole apertura della confezione”, “atraumaticità del sistema di introduzione”, “termoplasticità”, “elevata rilevabilità radiologica”	Capitolato tecnico	Si vedano Q34 - Q32 - Q29 – Q30
Q39	Lotto 12: indicate come criterio di valutazione, più precisamente al punto 1, “corretta sequenza del kit”. Cosa intendete per corretta sequenza del kit? Si chiede di specificare la disposizione dei componenti nel kit, nello specifico, si intende che il primo componente da trovare disponibile all'uso all'apertura del kit deve essere il telino con foro in quanto primo componente citato nella descrizione del lotto 12 oppure il laccio emostatico. Se si dovesse intendere il telino come primo componente confermate che il secondo sarà coprisonda con gel e poi la medicazione trasparente e così via.	Capitolato tecnico Lotto 12	Si veda Q31. Si precisa che, preferibilmente, l'ordine dei dispositivi contenuti all'interno del kit, è quello indicato da capitolato.
Q40	Lotto 11: richiedendo una misura circa 18 G-20G x circa 8-10cm si identifica una sola azienda presente sul mercato, pertanto si chiede di modificare la descrizione delle misure	Capitolato tecnico Lotto 11	Come indicato all'art. 4 del Disciplinare di gara, le misure riportate nei singoli riferimenti devono essere intese quali indicative dei prodotti attualmente in uso. La commissione giudicatrice si riserva, sulla base di considerazioni di carattere clinico, di valutare la riconducibilità di prodotti aventi misure e caratteristiche simili alla stessa destinazione d'uso.
Q41	Lotto 3: nel criterio di valutazione n. 5 richiedete indeformabilità del filo guida. Cosa si intende? Che il filo guida a J contenuto nel kit deve essere in Nitinol?	Capitolato tecnico Lotto 3	Per indeformabilità si intende la proprietà del materiale di non subire deformazioni apprezzabili. Il materiale del filo guida J richiesto deve quindi possedere detta proprietà.
Q42	Si conferma che il prezzo unitario in cifre indicato nell'allegato C per il lotto 4, sub lotto 4c (€ 3.000,00) è da intendersi come canone di noleggio annuale	Capitolato tecnico Lotto 4	Si veda Q36
Q43	Lotto 2: viene richiesto un sistema totalmente impiantabile (port) dotato di ago no coring di sicurezza con prolunga ad Y, ovvero a doppia via di infusione. Nessuna azienda sul mercato sarebbe in grado di fornire un port il cui kit di introduzione contenga al proprio interno un ago di huber con tale caratteristica. Si chiede conferma che sia possibile offrire l'ago di huber con prolunga	Capitolato tecnico Lotto 2	Si conferma

<p>Q44</p>	<p>ad Y in confezione separata rispetto al port, esponendo comunque in offerta un'unica quotazione derivante dalla somma dei prezzi dei due articoli.</p> <p>Lotto 5: viene richiesto un PICC ad alta pressione, <u>completo di pacco procedurale</u>: Si chiede conferma che questa dicitura sia un refuso, e che quindi in questo lotto il pacco procedurale non sia richiesto (anche in considerazione del fatto che tale caratteristica è già presente in altri lotti e che la base d'asta indicata sembrerebbe individuare il prezzo di mercato del solo PICC).</p>	<p>Capitolato tecnico Lotto 5</p>	<p>Il prezzo posto a base d'asta è stato calcolato sulla base della previsione di budget di questa Ausl pertanto si conferma quanto indicato in capitolato tecnico.</p>
<p>Q45</p>	<p>Il rinforzo perimetrale richiesto nella descrizione dei Lotti 15,16,17 serve principalmente a far rimanere i bordi adesivi alla cute in quelle medicazioni che hanno problemi di permanenza <i>in situ</i>. Il nostro prodotto garantisce una perfetta tenuta senza l'ausilio di tale cornice. Il particolare film di poliuretano da cui è costituita la medicazione garantisce inoltre la più alta traspirabilità esistente sul mercato, parametro altrettanto importante quando si valuta una medicazione per Siti IV. Infatti un più elevato valore di MVTR garantisce al sito di inserzione di rimanere asciutto, riducendo i rischi di proliferazione batterica. Si chiede che questo elemento non sia pena esclusione o motivo di un punteggio maggiore nei parametri di qualità.</p>	<p>Capitolato tecnico Lotto 15-16-17</p>	<p>Ai sensi dell'art. 68, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante non può dichiarare inammissibile o escludere un'offerta, per il motivo che la fornitura offerta non è conforme alle specifiche alle quali si è fatto riferimento nel capitolato, se l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.</p>