

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI ACCESSO VENOSO A MEDIO E LUNGO TERMINE PER ADULTI, SISTEMI DI FISSAGGIO E MEDICAZIONE, PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DELLA ROMAGNA E DELL'IRCCS-IRST.**

**RISPOSTE AI QUESITI**

N.	QUESITO	RIFERIMENTO	RISPOSTA
<b>Q46</b>	Relativamente al lotto 12 si chiede se, rispetto alla richiesta di "dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione di sicurezza" e in relazione alla Q12, siano oggetto di esclusione soluzioni differenti ma altrettanto sicure e conformi alle attuali procedure cliniche	Capitolato tecnico Lotto 12	Si veda Q45
<b>Q47</b>	Per sistema anti reflusso, come riportato nel capitolato tecnico al lotto 4a e 4b, chiediamo di specificare se si intende un sistema, tipo valvola, integrato al catetere o se si intende un NeedleFree Connector antireflusso amovibile, che risulta essere già presente nella descrizione circa la composizione indicativa del pacco procedurale, e che, da LG, deve essere sostituito ogni 96 ore (cfr. INS 2016).	Capitolato tecnico Lotto 4a, 4b	Si conferma quanto specificato in capitolato di gara: "connettore needless free".
<b>Q48</b>	Si chiede di poter aumentare il prezzo a base d'asta del lotto 11, dal momento che quello indicato, risulta essere troppo basso.	Capitolato tecnico Lotto 11	Il prezzo posto a base d'asta è stato calcolato sulla base della previsione di budget di questa Ausl pertanto si conferma quanto indicato in capitolato tecnico.
<b>Q49</b>	Relativamente al lotto 9, si chiede di indicare il diametro dei copri sonda.	Capitolato tecnico Lotto 9	Il diametro non è stato indicato in quanto non si tratta di requisito escludente.
<b>Q50</b>	Lotto 13: nelle caratteristiche tecniche del lotto viene indicato un prodotto "altamente assorbente" . Trattandosi di un sistema di fissaggio, si chiede di chiarire il significato della caratteristica indicata.	Capitolato tecnico Lotto 13	Con altamente assorbente s'intende un dispositivo composto da materiale atto a trattenere una notevole quantità di liquidi corporei (es: sudorazione della cute).
<b>Q51</b>	Lotto 13: i prodotti richiesti nel lotto sono dispositivi medici che devono essere utilizzati a contatto con la cute, quindi in sé biocompatibili	Capitolato tecnico Lotto 13 -14	Verrà valutato il fatto che il dispositivo deve essere di materiale o sostanza di derivazione non biologica, che non ha effetti nocivi sull'organismo con il quale entra in contatto.

<p><b>Q52</b></p>	<p>(ovvero composti da un materiale che sia ben tollerato da un organismo vivente). Come viene quindi qualitativamente valutato questo parametro che risulterebbe comune a tutti i prodotti?</p> <p>Lotti 15-16-17-18-19-20: in riferimento agli elementi/criteri di valutazione si chiedono chiarimenti sui parametri di valutazione: "presenza di cornice assorbente" e "capacità antidecubito". Le due caratteristiche sopra riportate sono distintive e identificano un unico prodotto attualmente presente sul mercato. Inoltre, il punteggio associato a questi due elementi (10 + 10 punti) è pari al 33.33% del totale dei punti qualità assegnati ai criteri di valutazione del lotto. A fronte di quanto sopra, chiediamo che i due elementi/criteri di valutazione vengano modificati a vantaggio di elementi caratteristici dei sistemi di fissaggio per cateteri.</p>	<p>Capitolato tecnico Lotto 15 -16 -17 -18-19-20</p>	<p>Si premette che la mancanza delle caratteristiche oggetto di quesito non determina l'esclusione dalla partecipazione alla gara e che pertanto l'offerta presentata può essere comunque oggetto di valutazione qualitativa da parte della commissione. Si precisa tuttavia che, trattandosi di procedura di gara con aggiudicazione attraverso il criterio economicamente più vantaggioso, la descrizione dei criteri valutabili per la definizione della qualità che la stazione appaltante intende perseguire, è a totale discrezione della stessa.</p>
<p><b>Q53</b></p>	<p>Con riferimento al lotto 4 ed in particolare ai riferimenti a) e b) si chiede se il materiale necessario per il monitoraggio del corretto posizionamento della punta, inteso ad esempio come cavetto per ECG, possa essere offerto in confezione separata al pacco procedurale.</p>	<p>Capitolato tecnico Lotto 4</p>	<p>Si conferma</p>
<p><b>Q54</b></p>	<p>In virtù della media nazionale dei prezzi dei prodotti oggetto di gara ai lotti n. 4 e 5 si richiede la rivalutazione degli stessi indicati su base d'asta.</p>	<p>Capitolato tecnico Lotto 4 e 5</p>	<p>Per entrambi i lotti si veda risposta a Q44</p>
<p><b>Q55</b></p>	<p>Nell'allegato C Scheda offerta economica viene riportata una X sulla colonna di ogni singolo lotto del "valore triennale in cifre offerto". Si conferma che quella colonna va comunque compilata come tutte le altre colonne vuote che non presentano una X?</p>	<p>All. C Scheda offerta economica</p>	<p>Si conferma</p>
<p><b>Q56</b></p>	<p>Allegato F: si conferma che è possibile presentare fogli allegati all'allegato F? Ad. Esempio un foglio dove si elencheranno tutti i Numeri di repertorio dei codici offerti (nel caso di lotti in cui si offrano più codici per lotto)?</p>	<p>All. F Scheda prodotto</p>	<p>Si conferma</p>
<p><b>Q57</b></p>	<p>Busta C: in merito alla busta C si conferma che è possibile fare una busta C unica, ma all'interno di questa inserire tante buste C quanti sono i lotti ai quali si partecipa? Si fa</p>	<p>All. C Scheda offerta economica</p>	<p>Si conferma che è possibile utilizzare una unica busta C contenente le offerte economiche dei lotti per cui si concorre.</p>

	<p>tale richiesta in quanto nel primo foglio dell'allegato C si richiede specifica indicazione dell'incidenza percentuale stimata e per ogni lotto potrebbe essere differente in quanto si offrono prodotti differenti con costo del lavoro ed altre voci necessariamente differenti.</p>		
<b>Q58</b>	<p>Busta C: in merito all'offerta economica si conferma che non deve essere presentata con applicazione di imposta di bollo?</p>	<p>Disciplinare di gara Art. 6 - Busta C)</p>	<p>Si conferma</p>
<b>Q59</b>	<p>Busta C: seppure richiesto da noi di poter offrire per ogni lotto una busta C (poi tutte le buste verranno raggruppate in un'unica Busta C esterna), si richiede di poter inserire solo all'interno della busta C ultima (e quindi non all'interno di ogni singola Busta C di ogni lotto) un solo Listino che comprenda tutti i prodotti ed un solo CD che comprenda tutte le offerte economiche di ogni lotto.</p>	<p>All. C Scheda offerta economica</p>	<p>Si conferma</p>
<b>Q60</b>	<p>A pag. 15 del disciplinare di gara, si richiede di inserire copia editabile dell'offerta economica: si conferma che si deve inserire la copia in excell e che pertanto non può essere firmata in quanto non si tratta di un documento cartaceo?</p>	<p>Disciplinare di gara Art. 6 Busta C)</p>	<p>Si conferma</p>
<b>Q61</b>	<p>Busta B: in merito alla busta B si conferma che è possibile fare una busta B unica, ma all'interno di questa inserire tante buste B quanti sono i lotti ai quali si partecipa?</p>	<p>Disciplinare di gara Art. 6 Busta B)</p>	<p>Si conferma</p>
<b>Q62</b>	<p>Busta B: seppure richiesto da noi di poter presentare per ogni lotto una busta B (poi tutte le buste verranno raggruppate in un'unica Busta B esterna), si richiede di poter inserire solo all'interno della busta B ultima (e quindi non all'interno di ogni singola Busta B di ogni lotto) un unico elenco lotti richiesto a pag.12 del disciplinare di gara?</p>	<p>Disciplinare di gara Art. 6 Busta B)</p>	<p>Si conferma</p>
<b>Q63</b>	<p>Nel lotto 4 e più precisamente nel lotto 4C, richiedete n. 1 sistema di monitoraggio come campionatura. Precisiamo che il sistema di monitoraggio non è materiale consumabile e chiediamo se è possibile inviare lo stesso con la causale comodato o conto visione per il tempo necessario alla valutazione da parte della commissione esaminatrice.</p>	<p>Disciplinare di gara Art. 7</p>	<p>Si conferma</p>