

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI ACCESSO VENOSO A MEDIO E LUNGO TERMINE PER ADULTI, SISTEMI DI FISSAGGIO E MEDICAZIONE, PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DELLA ROMAGNA E DELL'IRCCS-IRST.

RISPOSTE AI QUESITI

N.	QUESITO	RIFERIMENTO	RISPOSTA
Q64	Lotto n.1 avendo confermato che il Port richiesto è un semplice PORT non Power Injectable, la dicitura in merito al catetere, che deve essere ad alta portata, è riferita al flusso espresso in ml/min e per "alta" portata s'intenda un flusso compreso tra gli 8 ed i 15 ml/min.	Lotto 1	Si conferma
Q65	Lotto n.1: si chiede di confermare che, al criterio di valutazione n. 1 (sistema di profondità per centimetro), si intenda il sistema di markers e numeri presente sul catetere.	Capitolato tecnico Lotto 1	Si conferma
Q66	Lotto n.12: in seguito al quesito Q39 si chiede conferma che l'esatta disposizione dei componenti all'interno del kit deve essere la seguente: 1° componente che l'utilizzatore trova all'apertura del dispositivo è il telino con foro, 2° componente è il coprisonda, 3° componente è il gel, 4° componente è la medicazione trasparente, 5° componente è il dispositivo di fissaggio, 6° componente è il connettore needlefree, 7° componente è il laccio emostatico? Oppure viceversa: 1° componente da trovare all'apertura è il laccio, 2° componente è il connettore needlefree, 3° componente è il dispositivo di fissaggioe così via fino ad arrivare al 7° componente che sarà il telino con foro? Quale di queste due sequenze è la più idonea?	Capitolato tecnico Lotto 12	Si conferma quanto già risposto al quesito Q39

Q67 Lotto n.12: si conferma che il telino con foro possa essere delle seguenti misure: cm 75x90 con Foro adesivo cm 8x12? Oppure, si conferma che le misure non saranno elemento di valutazione?

Lotto 12

Si conferma quanto indicato nel capitolato di gara.