

Area Dipartimentale Economico e Gestionale
U.O. Acquisti Aziendali

Il direttore
Annarita Monticelli

Forlì 4/4/20107

**PROCEDURA APERTA FORNITURA DI N. 4 ANGIOGRAFI DIGITALI PER
L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA SUDDIVISA IN N. 2 LOTTI**

RISPOSTE AI QUESITI

	QUESITO	RIFERIMENTO	RISPOSTA
Q1	“in riferimento alla richiesta del capitolato tecnico lotto 2: “F) sistema di acquisizione digitale: sistema touchscreen liberamente posizionabile a bordo lettino portapaziente che permetta l'accesso a tutte le funzioni del sistema e preferibilmente ai suoi accessori”, ed al fine di garantire la più ampia partecipazione, si chiede di accettare soluzioni equivalenti al “sistema touchscreen” così come da voi già previsto nella medesima richiesta del capitolato tecnico del lotto n. 1.”	Capitolato tecnico – lotto 2	si conferma che sono ammesse soluzioni e sistemi equivalenti come anche già previsto nel medesimo punto “F”; l’impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è tenuta a segnalarlo con apposita dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell’ente appaltante in coerenza con i criteri di aggiudicazione descritti. Il Concorrente deve provare che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.