



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Economico e Gestionale

U.O. Acquisti Aziendali

Direttore: Annarita Monticelli

	<b>QUESITO</b>	<b>RIFERIMENTO</b>	<b>RISPOSTA</b>
Q7	In riferimento al Lotto 3 KIT 1 (Resetto) si ritiene esserci una ripetizione, in quanto, anche se con descrizioni diverse (elettrotomo monopolare ed elemento lavoro) il dispositivo è il medesimo, pertanto si chiede se è possibile non quotare una delle due voci; fermo restando l'importo base d'asta.	Scheda Offerta All. C)	Si precisa che effettivamente trattasi di una ripetizione e quindi va cancellata la descrizione "elemento lavoro". Resta fermo l'importo a base d'asta.
Q8	Descrizione del contenuto della busta tecnica a pag.12 del disciplinare , punti 8 e 9:  al punto 8 chiedete la certificazione CE - cosa intendete con dichiarazione di conformità al punto 9?	Disciplinare di gara art.12	La Dichiarazione di Conformità CE è descritta nei Decreti Legislativi n.46 del 24/02/97 di recepimento direttiva CEE 93/42 e n.37 del 25 gennaio 2010 di attuazione della Direttiva 2007/47/CE ed è rilasciata dal Fabbriante.
Q9	Vi chiediamo di indicare per tutti i lotti, come fatto per le ottiche, marca e cod. di riferimento relativi a tutti gli accessori al fine di individuare con esattezza il prodotto richiesto.		Al fine dell'offerta non si ritiene necessario dare indicazione sui dati richiesti.

Q 10	Per le ottiche, come anche per i relativi accessori, non esistono generalmente manuali d'uso, ma solamente delle semplici istruzioni d'uso (molto simili ai bugiardini delle conf. dei medicinali). Si tratta di documentazione accettabile?		Sì, ma dovranno essere corredati anche da relazione tecnica dettagliata con esplicito riferimento alla destinazione d'uso.
Q 11	E' possibile offrire delle ottiche rigide con caratteristiche tecniche equivalenti (e non identiche) a quelle richieste? Ad esempio per la richiesta dell'ottica 5 mm 0° lunghezza 29 cm si può offrire un endoscopio di lunghezza pari a 30cm ?; per la richiesta dell'ottica 10 mm 30° lunghezza 31 cm si può offrire un endoscopio di lunghezza pari a 34 cm?	Capitolato Tecnico Art.1) - Scheda Offerta All. C	Sì è possibile, infatti il capitolato parla di "caratteristiche funzionali analoghe alle attrezzature di cui andranno in sostituzione". Dalle prove tecniche e cliniche che si effettueranno in fase di valutazione si evincerà l'adeguatezza e l'equivalenza delle attrezzature offerte.