



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Economico e Gestionale

U.O. Acquisti Aziendali

Direttore: Annarita Monticelli

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI N.7 ACCORDI QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER
LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ENDOSCOPIA RIGIDA, SEMIRIGIDA E RELATIVI ACCESSORI**

RISPOSTE AI QUESITI

N.	QUESITO	RIFERIMENTO	RISPOSTA
Q12	Vi preghiamo di voler verificare l'esattezza dei codici in quanto sembrano errati. In particolare il codice 2603AAW potrebbe in realtà essere 26034AAV Hopkins Optik 0° Lotto 1 - codice 26034AAR (1) Lotto 1 e 2 - codice 260AAW (2)	Scheda Offerta All. C)	1) Si tratta di un codice corretto, ma fuori produzione 2) Si conferma che il codice corretto è 26034AAV
Q13	Si chiede conferma che l'ottica richiesta come campionatura del lotto 1) sia quella indicata nell'elenco ovvero 70° - 30 cm – 4 mm in quanto tale ottica non è richiesta invece nell'elenco di quelle da offrire per il lotto 1.	All. L) – Scheda Offerta All. C)	Si precisa che effettivamente si tratta di un mero errore di trascrizione. L'ottica in prova per il lotto 1 è: 30° -29cm -5 mm. Tale dato è da sostituire anche nella Scheda Offerta All. C) lotto 1) Kit 1 "ottica in uso"

Q14	Si segnala una incongruenza tra i seguenti due codici e le relative descrizioni che avete messo in loro corrispondenza:						Scheda Offerta All. C)	<p>1) L'ottica Storz 27015 E non è più in produzione ed è stata sostituita dal fabbricante con il cod.27005 EA le cui caratteristiche sono 4mm – 120° -30 cm.</p> <p>2) L'ottica H502477031 è un'ottica Striker ed è in dotazione alla Sala Operatoria di Ortopedia di Ravenna</p>
Q.TA	MARCA	MODELLO	DIAMETERO (mm)	GRADI °	LUNG. CM	LOTTO		
1	STORZ	27015 E	4	90	30	3/URO		
12		H502477031	4	30	15,5	5/ORTO		
Le caratteristiche indicate nel capitolato sarebbero diverse da quelle corrispondenti ai codici. Probabilmente si riferisce a tipi fuori produzione?								