



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Economico e Gestionale

U.O. Acquisti Aziendali

Direttore: Annarita Monticelli

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI N.7 ACCORDI QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER
LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ENDOSCOPIA RIGIDA, SEMIRIGIDA E RELATIVI ACCESSORI**

RISPOSTE AI QUESITI

N.	QUESITO	RIFERIMENT O	RISPOSTA
Q16	<p>I ns. fornitori inoltre chiedono di ricevere maggiori informazioni circa i seguenti termini:</p> <p>Elettrotomi monopolari - lotto 2/kit 1 - Lotto 3/kit 1 Kit di anse elettrificate: si intendono mono o bipolari - lotto 2/kit1 - lotto 3/kit1 Elettrotomo bipolare - lotto 3/kit1 Camicia singola - lotto3/kit1</p>		<p>Lotto2:</p> <ol style="list-style-type: none">1. elettrotomo monopolare si intende lo strumento per eseguire la resezione E' talvolta chiamato "Movimento".2. Le anse elettrificate sono monopolari visto che debbono essere utilizzate in combinazione con l'elettrotomo monopolare. <p>Lotto 3:</p> <ol style="list-style-type: none">1. come sopra.2. per questo lotto nel KIT 1 è stato richiesto sia l'elettrotomo monopolare con le sue anse monopolari, sia l'elettrotomo bipolare.3. per camicia singola s'intende la camicia a flusso intermittente.

Q17	segnaliamo che il seguente codice ... 10970HV ... attribuito ad una ottica Storz da offrire non è congruo in quanto errato/inesistente.	Scheda offerta All. C)	Il codice 1097HV trattasi di Mediastinoscopio dedicato all'ottica 10970BA del Lotto 1. Non deve pertanto essere considerato nel Lotto dedicato all'Urologia
-----	--	---------------------------	---