

Area Dipartimentale Economico e Gestionale
U.O. Acquisti Aziendali


Il direttore
Annarita Monticelli

Forlì 11/4/20107


PROCEDURA APERTA FORNITURA DI N. 4 ANGIOGRAFI DIGITALI PER
L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA SUDDIVISA IN N. 2 LOTTI

RISPOSTE AI QUESITI


		RIFERIMENTO	RISPOSTA
Q4	“Documentazione amministrativa comune ad entrambi i Lotti Con riferimento alle “CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA” richieste nel Capitolato Tecnico, ed in particolare alla richiesta di adeguata polizza assicurativa, si chiede di confermare che, a comprova della esistente copertura assicurativa rinnovata annualmente e contenente i dettagli relativi alla garanzia e al massimale di polizza, sia sufficiente fornire il Certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre, di cui facciamo parte.”	CAPITOLATO TECNICO - ART. CONDIZIONI PARTICOLARE DI FORNITURA	Trattasi di obblighi e responsabilità in capo all’aggiudicatario, ovvero requisito da possedere in corso di esecuzione delle prestazioni contrattuali e non richiesto ai fini della partecipazione alla procedura. Ciò posto la ditta aggiudicataria dovrà attenersi a quanto indicato all’articolo “Condizioni generali di fornitura”.
Q5	“ Documentazione amministrativa comune ad entrambi i Lotti Si chiede conferma che, con riferimento all’indicazione della c.d. “terna”, non sia obbligatoria l’indicazione di tre subappaltatori per quelle attività per le quali, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, sia necessaria “una particolare specializzazione”.	DISCIPLINARE - SUBAPPALTO	Secondo quanto indicato nel disciplinare “è ammesso il subappalto secondo le disposizioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, purchè l’impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara. Il concorrente è tenuto ad indicare una terna di subappaltatori a norma del comma 6 del citato art. 105.” L’operatore economico che intende riservarsi il diritto di subappaltare




Q6	<p>“Caratteristiche tecniche relative al Lotto 2 Relativamente al Capitolato Tecnico, visto quanto richiesto nell’ambito delle “CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE”: “Si illustrano e dettagliano i requisiti tecnici minimi (che devono essere necessariamente posseduti a pena di esclusione dalla gara) e/o di riferimento per le apparecchiature offerte in gara, le caratteristiche funzionali, i servizi connessi e le prestazioni accessorie relative alla fornitura oggetto della presente procedura di gara.” E più in particolare: RIF 02 ANGIOGRAFO - Punto E</p> <ul style="list-style-type: none">• Superficie del detettore ottimale per uso vascolare angiografico (richiesto 30 cmx40 cm)	CAPITOLATO TECNICO – LOTTO N. 2	<p>alcune parti dell'appalto, deve inserire la lista dei potenziali subappaltatori; nulla relativo ad essi deve essere consegnato in gara né dichiarazioni, né certificazioni. Si precisa inoltre che ai sensi di quanto indicato all’art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 “è obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione...”. Nell’ipotesi che per l’attività oggetto di subappalto sia necessaria “una particolare specializzazione”, tale circostanza deve risultare da apposita dichiarazione del concorrente.</p> <p>Considerata l’equivalenza clinica e la maggior superficie complessiva sarà accettato e valutato anche il detettore di dimensioni 40cmx40cm .</p>
----	---	---------------------------------------	---



Q7	<p>Si chiede se la misura del detettore di 40x40 cm sia accettata; tale pannello è utilizzato universalmente e senza alcuna limitazione proprio per gli ambiti clinici nominati da questo ente appaltante. Si chiede, vista l'equivalenza clinica e ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 50/2016, di poter offrire dunque tale pannello.”</p> <p>“ Caratteristiche tecniche relative al Lotto 2 A seguito dell'analisi della documentazione di gara e del sopralluogo effettuato presso i locali oggetto di intervento:</p> <p>per l'Ospedale M. Bufalini di Cesena</p> <ol style="list-style-type: none">1. Si chiede di fornire le planimetrie in formato DWG degli elaborati allegati al Capitolato.2. Si chiede di fornire gli elaborati grafici strutturali (pianta e sezione) in formato DWG o PDF relativi allo stato di fatto dell'area di intervento, con specificata la presenza di eventuali giunti di dilatazione esistenti.3. Si chiede se con il Progetto Definitivo richiesto in fase di gara è necessario produrre una valutazione delle schermature da parte di un Fisico E.Q. Se si, per la verifica e la progettazione delle barriere anti-x, si chiede che vengano fornite le seguenti indicazioni:<ol style="list-style-type: none">a. Carico di lavoro della diagnostica (n° pazienti/anno).b. Fattore di occupazione d'uso dei locali adiacenti, sottostanti e sovrastanti la diagnostica.c. Si chiede di fornire planimetria dello stato di fatto dei locali sottostanti	CAPITOLATO TECNICO – LOTTO N. 2	<p>per l'Ospedale M. Bufalini di Cesena</p> <p>sub1. Le planimetrie in formato DWG degli elaborati allegati al Capitolato sono stati pubblicati nel sito dell'Azienda.</p> <p>sub2. non esistono elaborati strutturali di dettaglio della zona oggetto d'intervento.</p> <p>Sub 3. Essendo ormai la tipologia di schermature abbastanza standardizzate, si chiede di tenere conto nella fase progettuale dei pesi inerenti la schermatura, mentre non è necessaria la valutazione e relazione dell'esperto qualificato in quanto resterà a nostro carico durante la valutazione del progetto esecutivo.</p> <p>sub 4. Le ditte offerenti sono tenute a rispettare quanto previsto e rappresentato nel progetto di fattibilità redatto dall'azienda e allegato ai documenti di gara.</p> <p>per l'Ospedale di Ravenna</p> <p>sub1. Le planimetrie in formato DWG degli elaborati allegati al Capitolato sono stati pubblicati nel sito</p>
----	---	---------------------------------------	---



<p>e sovrastanti all'area oggetto di intervento con evidenza delle destinazioni d'uso.</p> <p>4. Si chiede se è possibile spostare l'UPS ed il relativo armadio batterie, previsti nel progetto a base di gara all'interno del locale tecnico, in ulteriori locali da Voi identificati.</p> <p>per l'Ospedale di Ravenna</p> <p>1. Si chiede di fornire le planimetrie in formato DWG degli elaborati allegati al Capitolato.</p> <p>2. Si chiede di fornire, oltre all'Allegato 3 – Relazione Tecnica e di Calcolo, anche gli elaborati grafici strutturali (pianta e sezione) in formato DWG o PDF relativi allo stato di fatto dell'area di intervento, con specificato in particolare la presenza di rinforzi a pavimento e strutture di sospensione esistenti, di cui si chiede di volerne specificare dimensioni e caratteristiche.</p> <p>3. Si chiede se con il Progetto Definitivo richiesto in fase di gara è necessario produrre una valutazione delle schermature da parte di un Fisico E.Q. Per la verifica e la progettazione delle barriere anti-x, si chiede che vengano fornite le seguenti indicazioni:</p> <p>a. Carico di lavoro della diagnostica (n° pazienti/anno).</p> <p>b. Fattore di occupazione d'uso dei locali adiacenti, sottostanti e sovrastanti la diagnostica.</p> <p>c. Si chiede di fornire planimetria dello stato di fatto dei locali sottostanti e sovrastanti all'area oggetto di intervento con evidenza delle destinazioni d'uso.</p>		<p>dell'Azienda</p> <p>sub 2. non sono reperibili elaborati strutturali di dettaglio della zona oggetto di intervento e dei relativi rinforzi oltre quanto già allegato alla documentazione di gara.</p> <p>sub 3. Essendo ormai la tipologia di schermature abbastanza standardizzate, si chiede di tenere conto nella fase progettuale dei pesi inerenti la schermatura, mentre non è necessaria la valutazione e relazione dell'esperto qualificato in quanto resterà a nostro carico durante la valutazione del progetto esecutivo.</p>
--	--	---



Area Dipartimentale Economico e Gestionale
U.O. Acquisti Aziendali
Telefono +39.0543.731940 – Fax +39.0543.738725
e-mail: acquistiavr.ce@auslromagna.it
PEC: acquisti@pec.auslromagna.it

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale Via De Gasperi 8 - 48121 Ravenna
Partita IVA n. 02483810392 – Codice Fiscale n. 02483810392
Sito internet: www.auslromagna.it
PEC : azienda@pec.auslromagna.it