

**Area Dipartimentale Economico e Gestionale**  
U.O. Acquisti Aziendali


**Il direttore**  
Annarita Monticelli

Forlì 13/4/20107


PROCEDURA APERTA FORNITURA DI N. 4 ANGIOGRAFI DIGITALI PER  
L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA SUDDIVISA IN N. 2 LOTTI

RISPOSTE AI QUESITI

		RIFERIMENTO	RISPOSTA
Q8	In considerazione della necessità della scrivente di avere alcune importanti informazioni tecniche ed amministrative, indispensabili per la formulazione di un'offerta tecnica-economica adeguata alle aspettative ed esigenze di Codesta Spett.le Amministrazione, con la presente Vi chiediamo di voler cortesemente concedere una proroga di 45 giorni del termine di consegna dell'offerta fissato per il 2/5/2017.	ISCIPLINARE – TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE	si conferma il termine perentorio di presentazione offerte del 2 maggio 2017 secondo le modalità contenute nella lex specialis, in quanto il bando è stato inviato all'Ufficio Pubblicazioni Ufficiali dell'U.E. in data 08/03/2017 ed il periodo per la presentazione delle offerte risulta adeguato.
Q9	si chiede di confermare che gli importi per fornitura ed assistenza tecnica post garanzia si intendano superabili singolarmente e pertanto l'importo non superabile sia da intendersi il totale posto a base d'asta: per il lotto 1 € 7455.901,00 – per il lotto 2 € 2.237.703,00.	DISCIPLINARE - BASI D'ASTA	Si conferma, come già indicato negli atti di gara
Q10	si chiede se, per entrambi i lotti, in caso di aggiudicazione, l'eventuale ordine sarà comprensivo anche del contratto di manutenzione valido per 5 anni post garanzia	DISCIPLINARE - OGGETTO CONTRATTO	Si conferma, il contratto avrà ad oggetto sia la fornitura delle attrezzature che il servizio di manutenzione post garanzia.



Q11	Si chiede di confermare che le certificazioni alle normative richieste e i data sheets, si possano produrre in lingua originale (inglese), come pubblicate dalla Casa Madre	CAPITOLATO TECNICO	Le certificazioni ed i data sheets possono essere presentati anche in inglese, mentre le relazioni richieste dovranno essere prodotte in italiano. In caso di aggiudicazione tutti i manuali dovranno essere forniti nelle modalità previste nel capitolato in lingua italiana.
Q12	Si chiede di confermare che l'attività di progettazione dei sistemi e dei relativi dispositivi medici ed accessori oggetto della fornitura, e la relativa manutenzione affidata agli stessi fornitori dei dispositivi medici, costituiscono attività per le quali è necessaria una particolare specializzazione e, pertanto, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del D Lgs 50/2016, l'offerente non dovrà indicare la terna dei subappaltatori, ma la mera indicazione delle attività da eseguire in regime di subappalto, in ottemperanza al disposto dell'art. 105, comma 4, let, b) "all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo.	DISCIPLINARE - SUBAPPALTO	Tutte le prestazioni oggetto dell'appalto possono essere subappaltate. Se per la specifica attività di manutenzione la ditta non dispone di una terna di subappaltatori, dovrà indicare i nominativi dei subappaltatori di cui dispone. Relativamente alla attività di progettazione esecutiva, non si ritiene che la stessa possa configurarsi attività per la quale è necessaria una particolare specializzazione, pertanto dovrà essere indicata una terna di tecnici abilitati. Qualora la progettazione esecutiva sia affidata, in caso di aggiudicazione, al medesimo tecnico che ha redatto il progetto definitivo prodotto in gara, in osservanza del principio di continuità della progettazione di cui all'art. 23, comma 12 del D Lgs 50/2016, non dovrà essere dichiarata la terna di tecnici abilitati, ma resa una dichiarazione in tale senso con indicazione di tale tecnico abilitato. Si rinvia anche alla risposta al quesito n. 5 pubblicata.
Q13	Vista l'importanza e la complessità del progetto offerta, nonché le concomitanti festività pasquali, con la presente, al fine di poter predisporre una proposta più confacente alle Vostre esigenze, chiediamo che il termine per la presentazione delle offerte venga prorogato di almeno 20 giorni.	DISCIPLINARE – TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE	si conferma il termine perentorio di presentazione offerte del 2 maggio 2017 secondo le modalità contenute nella lex specialis, in quanto il bando è stato inviato all'Ufficio Pubblicazioni Ufficiali dell'U.E. in data 08/03/2017 ed il periodo per la presentazione delle offerte risulta adeguato.



--	--	--	--