

Area Dipartimentale Economico e Gestionale
U.O. Acquisti Aziendali


Il direttore
Annarita Monticelli

Forlì 21/4/20107

PROCEDURA APERTA FORNITURA DI N. 4 ANGIOGRAFI DIGITALI PER
L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA SUDDIVISA IN N. 2 LOTTI

RISPOSTE AI QUESITI

| | | RIFERIMENTO | RISPOSTA |
|-----|---|--|---|
| Q14 | si chiede in quale busta devono essere inseriti gli attestati di sopralluogo | DISCIPLINARE – ATTESTATO SOPRALLUOGO | come già indicato nel disciplinare di gara, l'avvenuto sopralluogo sarà comprovato da apposito attestato a firma del tecnico incaricato e conservato agli atti della stazione appaltante. Pertanto non è necessario produrre tale attestato da parte delle ditte offerenti, che in ogni caso può inserito nella busta busta "A – Documenti Amministrativi". |
| Q15 | lotto 1: a) chiediamo la possibilità di riutilizzare il sistema UPS già installato a servizio dell'angiografo Philips Integris che andrà a sostituirlo, anziché installarne uno nuovo di caratteristiche similari; b) in riferimento al paragrafo g) delle caratteristiche tecniche, al secondo punto è richiesta una telecamera per riprese ambientali. Segnaliamo che, non essendoci previste opere per fornitura chiavi in mano, provvederemo alla sola fornitura del bene e non alla messa in opera; c) sempre in riferimento al paragrafo g) chiediamo di meglio precisare se la selezione del segnale d'ingresso da inviare alla sala conferenze sarà fatta | CAPITOLATO TECNICO - LOTTO 1 | Sub a) l'offerente deve solo dare indicazioni se quello esistente sarà idoneo per la nuova apparecchiatura o se dovrà essere sostituito. In questo secondo caso dovrà indicarne le caratteristiche. Sub b) Si prende atto che la telecamera sarà solo fornita. Sub c) Attualmente non è presente in ospedale un'apparecchiatura dedicata allo scopo, pertanto dovrà essere indicata e descritta la possibilità di selezionare il segnale di ingresso da inviare alla sala conferenze sulla rete aziendale dedicata. |



| | | | |
|-----|--|------------------------------------|--|
| Q16 | <p>da apparecchiatura già presente in ospedale, e se si di indicare la marca, modello e caratteristiche tecniche di tale sistema</p> <p>lotto 2: a) chiediamo la possibilità di riutilizzare il sistema UPS già installato a Ravenna a servizio dell'angiografo General Electric che andrà a sostituirlo, anziché anziché installarne uno nuovo di caratteristiche similari; b) in riferimento al paragrafo g) delle caratteristiche tecniche, al secondo punto è richiesta una telecamera per riprese ambientali. Segnaliamo che, non essendoci previste opere per fornitura chiavi in mano, provvederemo alla sola fornitura del bene e non alla messa in opera; c) sempre in riferimento al paragrafo g) chiediamo di meglio precisare se la selezione del segnale d'ingresso da inviare alla sala conferenze sarà fatta da apparecchiatura già presente in ospedale, e se si di indicare la marca, modello e caratteristiche tecniche di tale sistema;</p> | CAPITOLATO TECNICO - LOTTO 2 | Sub a) l'offerente deve solo dare indicazioni se quello esistente sarà idoneo per la nuova apparecchiatura o se dovrà essere sostituito. In questo secondo caso dovrà indicarne le caratteristiche. Sub b) Si prende atto che la telecamera sarà solo fornita. Sub c) Attualmente non è presente in ospedale un'apparecchiatura dedicata allo scopo, pertanto dovrà essere indicata e descritta la possibilità di selezionare il segnale di ingresso da inviare alla sala conferenze sulla rete aziendale dedicata. |
|-----|--|------------------------------------|--|