

Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di “SISTEMI DI CHIRURGIA VERTEBRALE E DISPOSITIVI MEDICI PER NEUROCHIRURGIA”, distinta in 52 Lotti quadro economico per 48 mesi € 14.166.261,56 (al netto dell’iva).

RISPOSTE AI QUESITI

N.	QUESITO	RIFERIMENTO	RISPOSTA
Q53	<p>In riferimento al chiarimento 23 riguardante il lotto 3.</p> <p>Sulla scheda offerta si richiede 1 cemento, 1 dispositivo di preparazione, 6 dispositivi per introduzione di cemento .Nella risposta si dichiara che la configurazione si compone di 1 cemento, 1 dispositivo di preparazione, 1 (non 6) dispositivo di introduzione cemento . Per quanto riguarda poi la finalità' di utilizzo della configurazione del lotto si risponde che trattasi di vertebroplastica. A noi non sembra essere un lotto di vertebroplastica in quanto non e' richiesto un osteointroduttore o trocar come indicato al lotto 1 che e' specificamente di vertebroplastica. Il lotto 3 sembra essere un lotto per cementazione di viti, anche se nessuna finalita' e' specificata, a meno che la trasformazione l'1 dispositivo di introduzione cemento dai 6 della descrizione originaria non voglia anche dire che non trattasi di semplice cannula ma di osteointroduttore o trocar. Si prega di confermare la configurazione e la descrizione.</p>	<p>All.A Scheda offerta economica</p>	<p>Considerato che esiste già un lotto di vertebroplastica (lotto 1), il lotto 3 è da intendersi come sistema di introduzione di cemento nei corpi vertebrali. Si conferma quindi la composizione descritta.</p>
Q54	<p>in riferimento al lotto 2, è possibile presentare un kit composto da: ago d'accesso diretto 10 Gauge (trocar + cannula da lavoro), catetere a palloncino, palloncino gonfiabile di varie misure (disponibile in 15mm e 20mm) riempibile con mezzo di contrasto radiopaco, sistema di gonfiaggio con manometro digitale, kit cannule da biopsia dedicate in confezione sterile separata.</p>	<p>All.A Scheda offerta economica</p>	<p>E' ammessa la configurazione del Kit indicata</p>

N.	QUESITO	RIFERIMENTO	RISPOSTA
Q55	siamo richiederle conferma della possibilità di sottoscrivere la documentazione tecnica (Vs. punto 4 del Disciplinare di gara) solo nella prima ed ultima pagina.	Art.15 Disciplinare di Gara busta B) Offerta Tecnica punto 4	Si è possibile presentare la documentazione tecnica sottoscritta (timbro e firma del legale rappresentante) nella prima ed ultima pagina