

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA/ACQUISTO DI TAVOLI TELECOMANDATI DIGITALI OLTRE AD OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE NECESSARIE ALL'INSTALLAZIONE, DI SISTEMI PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DELLA ROMAGNA, COMPRENSIVA DEL RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL-RISK PER LA DURATA DI ANNI 3,. BASE D'ASTA COMPLESSIVA DELL'APPALTO EUR 1.596.000,00 IVA ESCLUSA, CIG: 7100634C88 - NUMERO GARA: 6761714

RISPOSTE AI QUESITI

Q1

Come movimento "longitudinale" si intende la traslazione del tavolo "dentro/fuori"?

RISPOSTA

Si chiarisce che il movimento longitudinale è da intendersi quello lungo l'asse maggiore del tavolo, ovvero nella direzione testa-piedi.

Il movimento dentro\fuori è invece quello perpendicolare all'asse maggiore del letto, cioè di avvicinamento o allontanamento dallo stativo.

Q2

A pagina 14 del "Capitolato Tecnico e Opere Impiantistiche" è indicato: *"Saranno escluse dalla prosecuzione della gara le ditte che offriranno importi superiori a € 220.000,00 iva esclusa per l'attrezzatura, comprensivo del periodo di garanzia full-risk di minimo 24 mesi e le ditte che offriranno importi superiori a € 60.000,00 iva esclusa per il contratto di 36 mesi di assistenza e manutenzione post-garanzia"* - **Si chiede come siano da interpretare gli importi indicati pena esclusione, in contraddizione con quanto indicato nella tabella riassuntiva a pagina 5 del "Disciplinare di Gara"**.

RISPOSTA

Gli importi da considerare sono quelli della tabella riassuntiva del "**Disciplinare di Gara**".

Q3

l'attestazione SOA è considerata come requisito essenziale ai fini della partecipazione? Considerato che l'importo relativo ai lavori edili non è superiore ad € 150.000 ma risulta essere di € 78.000.

RISPOSTA

Il concorrente **dovrà essere in possesso**, a pena di esclusione, dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 relativamente alle categorie di lavorazioni individuate, nel caso di possesso della SOA la stessa è sostitutiva e assorbente delle altre certificazioni; ovvero nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non é richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

Q4

Fra le caratteristiche tecniche richieste per il generatore, viene specificato il dato "Fluoroscopia pulsata con almeno 25 immagini al secondo": si chiede se si tratti di un refuso, intendendo riferirsi alla "Fluoroscopia continua" e, in caso affermativo, se possano essere sufficienti 20 immagini o se siano tassative le 25 immagini richieste.

RISPOSTA

Si conferma quanto indicato nel capitolato, specificatamente per le nuove attrezzature digitali; il numero richiesto di 25 immagini al secondo, è da considerarsi quale requisito minimo.

Q5

Al fine di formulare un'offerta il più possibile rispondente alle Vostre esigenze, siamo a richiedere la possibilità di offrire apparecchiature differenti o con differente configurazione a seconda del Presidio Ospedaliero in cui verranno installate.

RISPOSTA

I modelli offerti dovranno essere uguali per ogni presidio anche perché il capitolato non prevedeva differenti e diversificate destinazioni di uso.

Q6

In merito al contratto di assistenza/manutenzione di 36 mesi previsto dopo il periodo di garanzia, si chiede se lo stesso venga stipulato contestualmente all'ordine delle apparecchiature oppure anno per anno dopo la scadenza della garanzia.

RISPOSTA

Il contratto di manutenzione, anche se pluriennale, verrà stipulato al termine del periodo di garanzia

Q7

Tra caratteristiche tecniche richieste per i sistemi in oggetto, viene citata la *tomografia con possibilità selezione di almeno tre angoli*. In considerazione del fatto che questa metodica è ormai in disuso in quanto superata in efficacia diagnostica da altre modalità, si chiede a codesta stazione appaltante se soluzioni prive di questa caratteristica, ma con possibili future implementazioni di applicazioni avanzate quali la tomosintesi, siano ammesse e accettate nel novero dei partecipanti o siano considerate non rispondenti ai requisiti minimi e quindi non ammesse.

RISPOSTA

Si deve rispettare quanto indicato nel capitolato per la rispondenza ai requisiti minimi salvo offrire metodiche alternative che permettano di ottenere **uguale o migliore risultato**.