

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA/ACQUISTO DI TAVOLI TELECOMANDATI DIGITALI OLTRE AD OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE NECESSARIE ALL'INSTALLAZIONE, DI SISTEMI PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DELLA ROMAGNA, COMPRESIVA DEL RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL-RISK PER LA DURATA DI ANNI 3,. BASE D'ASTA COMPLESSIVA DELL'APPALTO EURO 1.596.000,00 IVA ESCLUSA, CIG: 7100634C88 - NUMERO GARA: 6761714

RISPOSTE AI QUESITI

Q18

capitolato tecnico – pag. 32 COSTI - Cosa si intende per “spese tecniche”?

RISPOSTA

Per spese tecniche si intendono le spese di progettazione e D.L

Q19

Quali sono i carichi accidentali ammessi per i solai della sala radiologica?

RISPOSTA

Per l'intervento di Lugo il carico accidentale è 6 kN/mq, per gli interventi di Rimini e Riccione il carico accidentale è, in entrambi i casi, 3 kN/mq

Q20

Avremo inoltre cortesemente bisogno del file dwg dello stato dei luoghi, unitamente allo schema degli impianti, termico, di condizionamento, dei gas medicali, idrico-sanitario, fognante ed elettrico con le indicazioni di portate e/o tensioni.

RISPOSTA

I file in dwg, inerenti lo stato dei luoghi è già stato fornito, si ritiene che quanto fornito sia sufficiente e completo.

ULTERIORE PRECISAZIONE IMPORTANTE

SI RIBADISCE CHE LE BASI D'ASTA DA RISPETTARE AI FINI DELLA AGGIUDICAZIONE DELLA GARA SONO QUELLE ESPlicitATE NELLA TABELLA RIASSUNTIVA A PAGINA 5 DEL DISCIPLINARE DI GARA.