



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna  
Area Dipartimentale Economico e Gestionale  
U.O. Acquisti Aziendali  
Direttore: Annarita Monticelli

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER VENTILOTERAPIA  
(circuiti – filtri – tubi- cannule tracheostomiche - set per tracheostomia) PER I FABBISOGNI  
DELL'AUSL DELLA ROMAGNA E DELL'IRST

**RISPOSTE AI QUESITI**

<b>N.</b>	<b>QUESITO</b>	<b>RIFERIMENTO</b>	<b>RISPOSTA</b>
-----------	----------------	--------------------	-----------------

<p>Q7</p>	<p>Per ampliare la partecipazione a più aziende concorrenti si chiede:</p> <p>1) Per il Lotto 30 di aumentare la tolleranza sulla lunghezza richiesta per il dispositivo da offrire</p> <p>2) Per il lotto 65 di aumentare la tolleranza sulle lunghezze richieste</p> <p>3) Per il lotto 66 rif a,b,h,i se per la maschera richiesta possa essere accettata una soluzione equivalente, che non preveda la presenza della clip nasale</p> <p>4) Per il lotto 71 rif.b di aumentare la tolleranza sulla lunghezza richiesta per il dispositivo da offrire</p>	<p>Capitolato tecnico</p>	<p>1) La lunghezza dei mandrini di intubazione, indicata nel capitolato, è da intendersi come misura minima del DM. Tuttavia si indicano di seguito i range indicativi cui attenersi: rif. a) lung. 225 - 330 rif. b) lung. 330- 420 rif .c) lung. &gt;= 420 <b>anzichè di 360mm</b> come indicata nel capitolato</p> <p>2) Si confermano le misure indicate in capitolato “da circa 30mm a circa 110 mm” che esprimono già un’ampia tolleranza.</p> <p>3) Nel capitolato la descrizione coi requisiti, pena l’esclusione, riporta che deve esserci una clip metallica stringinaso per impedire all’O2 di raggiungere gli occhi del paziente. Si ritiene che <u>anche altro sistema atto a raggiungere</u> lo scopo possa ritenersi accettabile, purché pratico ed efficace.</p> <p>4) Nel DM indicato la lunghezza prevista in capitolato è di circa 35cm, quindi già esiste una tolleranza implicita nella parola “circa”. Essendo questo un DM per l’aspirazione chiusa delle secrezioni tracheali (pz.ti tracheostomizzati), una lunghezza molto maggiore rispetto l’indicazione sarebbe poco pratica per l’esecuzione della manovra. Si indica quindi una tolleranza da 35 a 45 cm. Circa.</p>
-----------	--	---------------------------	---

--	--	--	--