



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna  
Area Dipartimentale Economico e Gestionale  
U.O. Acquisti Aziendali  
Direttore: Annarita Monticelli

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER VENTILOTERAPIA  
(circuiti – filtri – tubi- cannule tracheostomiche - set per tracheostomia) PER I FABBISOGNI  
DELL'AUSL DELLA ROMAGNA E DELL'IRST

**RISPOSTE AI QUESITI**

N.	QUESITO	RIFERIMENTO	RISPOSTA
Q5	<p>1)</p> <p><b>a)</b> L'Allegato C) va compilato per tutti i lotti ai quali si partecipa, senza suddividere le offerte per singolo lotto?</p> <p><b>b)</b> Nella Busta C) oltre all'offerta economica, vanno inserite anche le buste contenenti il listino e le giustificazioni di prezzo?</p> <p>2)</p> <p>Si chiede l'esatta intestazione, completa di indirizzo della cauzione provvisoria.</p>	<p>Disciplinare di gara - art. 6 pag 12 --Busta C "Offerta economica"</p>	<p>1)</p> <p>Sì. Per entrambe le lett. a) e b) si conferma quanto indicato nel disciplinare.</p> <p>2)</p> <p>Il beneficiario della cauzione provvisoria è l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Via De Gasperi 8 – 48121 Ravenna. C.F. 02483810392</p>

Q6	<p>1)</p> <p>In riferimento al Lotto 4 si chiede la possibilità di offrire un prodotto di materiale alternativo al PVC</p>	Capitolato tecnico	<p>1)</p> <p>Il circuito respiratorio può essere fabbricato in materiale diverso dal PVC, durante la valutazione tecnica sarà cura della commissione valutare la qualità fisica del circuito che deve essere adeguata all'uso richiesto.</p>
	<p>2)</p> <p>Per poter ampliare la partecipazione a più aziende concorrenti, per il lotto 9 rif.b e c, si chiede la possibilità che venga accettata una soluzione alternativa alla carica laterale richiesta.</p> <p>Si chiede di chiarire se per “tubo da 180 a 250 cm” si intenda un tubo di lunghezza compresa in quel range.</p>	Capitolato tecnico	<p>2)</p> <p><u>Si conferma</u> la carica laterale indicata nel capitolato</p> <p>Sì, si intende un tubo compreso in quel range</p>