

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER VENTILOTERAPIA  
(circuiti – filtri – tubi- cannule tracheostomiche - set per tracheostomia) PER I FABBISOGNI  
DELL'AUSL DELLA ROMAGNA E DELL'IRST

**RISPOSTE AI QUESITI**

N.	QUESITO	RIFERIMENTO	RISPOSTA
Q8	<p>A) Raggruppamento 1): CIRCUITI RESPIRATORI MONOUSO STERILI e Raggruppamento 3): FILTRI STERILI PER CIRCUITI RESPIRATORI. E' possibile offrire prodotti clinicamente puliti?</p> <p>B) Campionatura. .....chiediamo se sia possibile inviare i campioni nella loro confezione primaria di vendita originale con eventualmente foto/immagini delle confezioni secondarie.</p> <p>C) Viste le chiusure aziendali del mese di agosto.... si chiede di considerare una proroga dei termini di scadenza.</p>	<p>Capitolato tecnico</p> <p>Disciplinare di gara art. 7 pag 13 "Campionatura"</p>	<p>A) No. Si confermano le indicazioni del capitolato.</p> <p>B) <b>Si.</b> Vedi risposta al quesito 3 p.2 e la relativa precisazione che si riporta di seguito: <b>PRECISAZIONE:</b> <b>Per confezione originale di vendita si intende il confezionamento primario (singolo pezzo) e non il confezionamento secondario (costituito da più unità di vendita)</b></p> <p>C) Si confermano i termini per la presentazione delle offerte. VEDI RISPOSTA A QUESITO (Q4 )</p>