

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER VENTILOTERAPIA  
(circuiti – filtri – tubi- cannule tracheostomiche - set per tracheostomia) PER I FABBISOGNI  
DELL'AUSL DELLA ROMAGNA E DELL'IRST**

**RISPOSTE AI QUESITI**

<b>N.</b>	<b>QUESITO</b>	<b>RIFERIMENTO</b>	<b>RISPOSTA</b>
Q 10	<p>1) LOTTO 3 : Si richiede di specificare se per il circuito respiratorio, è richiesto un singolo raccogli condensa o doppio;</p> <p>2) LOTTO 4 : non potendo presentare codice in alternativa, si chiede di specificare se la lunghezza richiesta è di 200cm o 260cm;</p> <p>3) LOTTO 10 : Si chiede se a parità di capacità di filtrazione e di volume totale, quanto da voi indicato per la superficie filtrante può essere inferiore a 43cm<sup>2</sup>, chiediamo nel contesto la possibilità di integrare questa misurazione con “Circa” al posto di maggiore, come indicato negli altri lotti, garantendo nel contempo le stesse qualità di filtrazione;</p> <p>4) LOTTO 12 : Chiediamo la possibilità di inserire “Circa”, per il valore filtrante e peso, garantendo nel contempo le stesse qualità di filtrazione</p>	Capitolato tecnico	<p>1) Doppio raccogli condensa</p> <p>2) La lunghezza richiesta deve rientrare nel range da 200 a 260 circa</p> <p>3) Si inserisce il circa</p> <p>4) Si inserisce il circa</p>
Q 11	<p>1) LOTTO 1 - RIF:G Si chiede la separazione del riferimento G dal Lotto 1) in quanto le caratteristiche sono differenti da quanto richiesto dal lotto stesso e la cui inclusione limita la possibilità di</p>	Capitolato tecnico	<p>1) Si conferma quanto indicato nel capitolato tecnico</p>

	<p>presentazione di offerta a solo poche aziende.</p> <p>2) LOTTO 47 - RIF. A) B) Si richiede la possibilità di presentare offerta anche con cannule con contro cannule monouso, prevedendo quindi entrambe le possibilità (riutilizzabili e monouso) così come già previsto al precedente Lotto 45.</p> <p>3) LOTTO 53 Si chiede di modificare l'indicazione di presa di ossigeno "alta" con presa di ossigeno di "buona tenuta".</p>		<p>2) Si conferma quanto indicato nel capitolato tecnico</p> <p>3) Si conferma quanto indicato nel capitolato tecnico</p>
--	--	--	---