

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER VENTILOTERAPIA
(circuiti – filtri – tubi- cannule tracheostomiche - set per tracheostomia) PER I FABBISOGNI
DELL'AUSL DELLA ROMAGNA E DELL'IRST

RISPOSTE AI QUESITI

N.	QUESITO	RIFERIMENTO	RISPOSTA
Q 14	<p>1) Lotti 45 – 47 – 49 vengono richieste cannule con un diametro da circa 5 mm. a circa 9 mm. E' possibile partecipare con cannule con diametro interno da mm.6 a mm. 10?</p> <p>2) Lotti 45 – 47 – 49 vengono richieste cannule con contro cannule riusabili o monouso. E possibile partecipare con cannule provviste di n.2 controcannule che possono essere disinfettate a freddo con speciali disinfettanti chimici o possono essere sostituite dopo circa 30gg dall'utilizzo del D.M. sterile di conseguenza essere considerate monouso?</p>	Capitolato Tecnico	<p>1) La descrizione del Capitolato indica "circa" vicino alle misure, quindi le cannule da 6mm a 10mm sono consentite</p> <p>2) Si conferma quanto indicato nel Capitolato Tecnico</p>
Q 15	<p>CAMPIONATURA: E' possibile fornire la campionatura non sterile?</p>	Disciplinare di Gara art.7 pag. 13	In analogia alla risposta al quesito 3.2 e secondo quanto stabilito dal disciplinare "„la campionatura richiesta deve essere fornita in confezione originale di vendita", laddove il prodotto sia richiesto in conf. sterile anche il campione deve essere fornito in conf. sterile.
Q 16	<p>LOTTO 26 - TUBO ENDOTRACHEALE SINISTRO PER VENTILAZIONE POLMONARE – Si chiede di aumentare la tolleranza rispetto alle misure indicate al lotto 26 (misure da</p>		Si conferma quanto indicato nel Capitolato Tecnico

	ch26 a ch41) ammettendo come valida offerta a partire da mis.ch28.		
--	--	--	--