

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER VENTILOTERAPIA
(circuiti – filtri – tubi- cannule tracheostomiche - set per tracheostomia) PER I FABBISOGNI
DELL'AUSL DELLA ROMAGNA E DELL'IRST**

RISPOSTE AI QUESITI

N.	QUESITO	RIFERIMENTO	RISPOSTA
Q 20	<p>Per il Lotto 9 fir. a,b,c riguardo alla richiesta di un connettore 15mm per l'evaquazione dei gas. Si fa presente che, secondo la norma BS EN ISO 80601-2-13:2012, una valvola di limitazione di pressione regolabile (APL) , può essere una valvola di scarico attraverso cui i gas anestetici possono essere scaricati in atmosfera o ad uno scavenging system (sistema di evacuazione gas anestetici1). Se un connettore è rimovibile dall'operatore senza utilizzo di strumenti, esso deve essere , tra i vari punti citati dalla norma, un connettore 30M conforme alla norma ISO 5356-1 così da evitare la connessione a qualsiasi porta o componente del circuito respiratorio. In merito a quanto sopra citato, si chiede quindi che venga accettata l'offerta di una Unità Respiratoria Manuale che presenti a livello della valvola APL un'uscita 30M e non 15M in quanto conforme a quanto indicato dalla normativa vigente applicabile a questo tipo di prodotto.</p>	Capitolato Tecnico	Verranno accettate anche offerte di Unità Respiratoria Manuale che presenti un'uscita 30M
Q 21	<p>Lotto 66</p> <p>Riteniamo che il lotto così come formulato non sia omogeneo in quanto al suo interno vengono riuniti in un'unica aggiudicazione dispositivi vari per ossigeno e aerosolterapia. Chiediamo di valutare la possibilità di</p>	Capitolato Tecnico	Si conferma quanto indicato nel Capitolato Tecnico

	suddivisione del lotto 66 in più lotti disgiunti aggiudicando le varie tipologie di prodotto separatamente		
Q 22	<p>Lotto 49</p> <p>Al fine di consentire la massima partecipazione, vi chiediamo di modificare la composizione del lotto 49 e di scorporare da esso i sub- lotti che non permettono la partecipazione ad una serie di concorrenti</p>	Capitolato Tecnico	Si conferma quanto indicato nel Capitolato Tecnico
Q23	<p>Lotti 65 – 66 – 67</p> <p>Facciamo presente che gli importi posti a base d'asta sono estremamente bassi. Vi chiediamo pertanto una verifica ed un aggiornamento dei dati.</p>	Capitolato Tecnico	Si confermano gli importi a base d'asta
Q 24	In riferimento alla procedura indicata in oggetto, ed in particolare per il lotto di gara n. 47, in base al principio di equivalenza di cui all'art. 68 del D.Lgs. 50/2016, si chiede la possibilità di offrire un prodotto di materiale alternativo al PVC così come accettato, dalla Vs. Spettabile Azienda, per il lotto di gara n. 4 (v. risposte a quesiti 5-6).	Capitolato Tecnico	In analogia con la risposta al quesito 6 p.1 si accetta per il lotto 47 un prodotto in materiale alternativo al PVC, durante la valutazione tecnica sarà cura della commissione valutare la qualità del prodotto che deve essere adeguata all'uso richiesto.
Q 25	<p>In riferimento al lotto 7 in cui è richiesto un set per nebulizzazione farmaci si chiede:</p> <p>1) se possa essere accettata l'offerta anche di un prodotto non sterile ma clinicamente pulito.</p> <p>2) se per poter ampliare la partecipazione a più Aziende concorrenti possa essere accettato un nebulizzatore che consenta l'erogazione di particelle da 0,5 a 2 micron</p>	Capitolato Tecnico	<p>1) Si confermano le indicazioni del Capitolato Tecnico</p> <p>2) Si confermano le indicazioni del Capitolato Tecnico</p>