

Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di “SISTEMI COMPLETI DI PLACCHE E VITI IN TITANIO E ALTRI DISPOSITIVI PER U.O. DI CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE AUSL DELLA ROMAGNA”, distinta in 11 lotti”, quadro economico complessivo dell’appalto pari a € 787.710,80(al netto dell’iva). :

RISPOSTE AI QUESITI

N.	QUESITO	RIFERIMENTO	RISPOSTA
Q1	<p>Lotto 2 - rif. L si richiede di specificare la foggia e la tipologia di placca richiesta. In riferimento al numero indicato di fori (16) si richiede se si intende un range (es. da 6 fori a 16) .</p>	<p>All. A Scheda offerta Economica</p>	<p>Placca a C. Si intende un range da 6 a 16 fori</p>
Q2	<p>Lotti 2 – 3 – 4 Con riferimento allo strumentario in comodato d’uso si richiede cosa intendete per sistema transbuccale; un guida-frese o un sistema passa-guancia completo?</p>	<p>All. A Scheda offerta Economica</p>	<p>Si intende un sistema transbuccale completo (passa-guancia)</p>
Q3	<p>Lotto 4 - rif. A si richiede cosa si intende per “placca a ponte” e di <u>dettagliare la tipologia di placca (foggia, spessore, lunghezza e numero fori).</u></p>	<p>All. A Scheda offerta Economica</p>	<p>Per placca a ponte si intende una "Placca per ricostruzione mandibolare retta di spessore (range) 2,3-2,7 mm e di (range) 20-24 fori</p>

N.	QUESITO	RIFERIMENTO	RISPOSTA
Q4	<p>Lotto 4 - rif. C si richiede se per placca per ricostruzione mandibola intera intendete una placca da ricostruzione da condilo a condilo, e di <u>dettagliare la tipologia di placca (foggia, spessore, lunghezza e numero fori).</u></p>	<p>All. A Scheda offerta Economica</p>	<p>Per placca ricostruzione mandibola intera si intende una " placca per ricostruzione arcata completa mandibolare da condilo a condilo di spessore (range) 2,3-2,7mm e di (range) 25-35 fori".</p>
Q5	<p>Lotto 4 - rif. B si richiede di <u>dettagliare la tipologia di placca (foggia, spessore, lunghezza e numero fori) e, se possibile, di verificare il prezzo a base d’asta.</u></p>	<p>All. A Scheda offerta Economica</p>	<p>LOTTO 4 Rif B) Placca da ricostruzione per emimandibola/mezza-arcata angolata destra o sinistra di spessore (range) 2,3-2,7 mm e lunga (range) da 15 fori a 25 fori .</p> <p>Si ripubblica la scheda offerta economica relativa al Lotto 4 precisando che per errore materiale nel foglio di calcolo non era stato conteggiato l’importo totale annuo a base d'asta (I.E.) del Rif C) e di conseguenza l’importo quadriennale.</p> <p>Relativamente al Rif B) si indica l’esatto prezzo a base d’asta pari a € 330.</p>
Q6	<p>Relativamente al lotto n. 10 chiede in funzione del principio del favor participationis, che lo stesso venga suddiviso poiché così come pubblicato limita in maniera significativa la partecipazione poiché così come strutturato il lotto, per quanto a nostra conoscenza , può rispondere una sola azienda che sarebbe in grado di offrire “ricostruzione orbitaria armato in titanio” Infatti consideriamo ingiustificato l’unificazione delle voci a) b) e c) “Ricostruzione</p>	<p>All. A Scheda offerta Economica</p>	<p>Valutata l’istanza pervenuta si suddivide il lotto 10 in due “sub lotti” aggiudicabili separatamente per la possibilità clinicamente confermata di utilizzo dei Rif. a) b) c) in modo disgiunto dai restanti riferimenti in quanto i Rif a) b) c) hanno l’anima in griglia di titanio (ARMATI)</p> <p>Il lotto 10 viene così riformulato: Lotto 10 A Rif a) b) c) Lotto 10 B Rif d) e) f) g) h)</p> <p>Si ripubblica la scheda offerta economica relativa al Lotto 10.</p>

N.	QUESITO	RIFERIMENTO	RISPOSTA
	<p>orbitaria armato in titanio con le voci d) e) f) g) h) impianti e lamine richieste non armati .</p> <p>Pertanto alla luce di quanto fin qui esposto e vista la grave irregolarità chiediamo un immediata suddivisione dei lotti segnalando fin d'ora che il persistere di un siffatto capitolato tecnico atteggiamento di eventuale negligenza da parte della stazione appaltante impedisce di fatto la partecipazione a più operatori economici come previsto dalle leggi vigenti.</p>		
Q7	<p>In riferimento ai <i>Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale</i> si richiede se per “forniture di materiale analogo per un fatturato annuo, non inferiore all’importo del lotto per cui si partecipa” bisogna prendere come riferimento per soddisfare il requisito <u>l’importo a base d’asta quadriennale</u> oppure se occorre prendere come riferimento <u>l’importo a base d’asta annuale</u>, visto che viene richiesto di fornire dati relativi a “<i>forniture di materiale analogo per un fatturato annuo</i>” ma l’allegato D – <i>TABELLA, LOTTI CAUZIONI</i>, recita testualmente “<i>importo quadriennale a base d’asta</i>”; ciò anche in relazione alle previsioni dell’art. 83 commi 4 e 5.</p>	<p>Art. 1 Disciplinare di Gara</p>	<p>Per il triennio di riferimento 01/01/2014 – 31/12/2016 il fatturato minimo annuo richiesto deve essere non inferiore all’importo annuo del/dei lotti per i quali si partecipa.</p>
Q8	<p>Con riferimento al LOTTO 11 si richiede di specificare a quale</p>	<p>All. A Scheda offerta Economica</p>	<p>Non è rilevante la tipologia del trapano per la formulazione dell’offerta.</p>

N.	QUESITO	RIFERIMENTO	RISPOSTA
	tipologia di trapano verranno connesse le frese richieste.		E' requisito indispensabile l'attacco ROUND SHANK per le frese.
Q9	Con riferimento al LOTTO 4 vengono richiesti due sistemi "SISTEMA DIAMETRO 2.3 - 2.7mm", mentre le descrizioni di riferimento indicano solo un sistema. Si chiede di specificare a quale sistema riferiscono.	All. A Scheda offerta Economica	Il sistema è unico con un range che va da 2,3 a 2,7.
Q10	Data la variabilità degli interventi, è possibile inserire uno sconto a listino per codici inerenti alle stesse linee offerte?	ART. 15 - Modalità di presentazione dell'offerta e della documentazione richiesta BUSTA C) Offerta economica	Per prodotti diversi da quelli indicati in Allegato A) Scheda offerta Economica è possibile inserire uno sconto a listino distinto per linee offerte corrispondente almeno alla percentuale di sconto offerta per il lotto di maggiore importo a base gara e in ogni caso superiore al 5%.