

**Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di “SISTEMI COMPLETI DI PLACCHE E VITI IN TITANIO E ALTRI DISPOSITIVI PER U.O. DI CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE AUSL DELLA ROMAGNA”, distinta in 11 lotti”, quadro economico complessivo dell’appalto pari a € 787.710,80(al netto dell’iva).**

**RISPOSTE AI QUESITI**

<b>N.</b>	<b>QUESITO</b>	<b>RIFERIMENTO</b>	<b>RISPOSTA</b>
<b>Q15</b>	<p>Si chiede con la presente, la possibilità di campionare <u>alcuni</u> riferimenti del lotto N.10 A con dispositivi non sterili in quanto secondo noi la valutazione clinica può essere effettuata anche in questo modo.</p> <p>La scrivente camperà con dispositivi sterili i riferimenti dei soli fogli/lamine (lotto 10b rif. h) che sono notoriamente le forme più utilizzate in modo da poter consentire ai clinici di valutare il materiale anche in sede di impianto, per gli altri riferimenti dispositivi non sterili.</p>	<p>Disciplinare di  Gara art . 6  All A. Scheda  offerta  economica</p>	<p>Il prodotto presentato come campionatura deve essere corrispondente alle caratteristiche tecniche descritte nel disciplinare di gara e nell’All. A Scheda offerta economica pertanto non è possibile presentare campionatura non sterile</p>