



Area Dipartimentale Risorse Strutturali e Tecnologiche

Struttura Complessa Manutenzione e Gestione Immobili ed Impianti

direttore: Dr Ing. Claudio Pinamonti

CHIARIMENTO

Con riferimento alla procedura in oggetto si chiede **conferma che sia la bio-osmosi che il sistema di sanitizzazione termica debbano essere certificati Medical device**, come richiesto a pagina 3 del capitolato tecnico.

RISPOSTA

All'art.2 del capitolato tecnico è prevista la sostituzione “degli attuali dissalatori, che dovranno essere sostituiti con una nuova unità di bi-osmosi certificata Medical Device con **sanitizzazione termica**”.

Si conferma quindi che l'unità bi-osmosi dovrà essere certificata Medical Device.

Ravenna 07.03.2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Simona Boschetti

