

Area Dipartimentale Economico e Gestionale
U.O. Acquisti Aziendali

Il direttore

Annarita Monticelli


Forlì 04/05/2018

prot. 0110191

**PROCEDURA APERTA FORNITURA L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED
INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE PER LA
REALIZZAZIONE/AMMODERNAMENTO DELLE CENTRALI DI STERILIZZAZIONE
DELL'AUSL DELLA ROMAGNA, SUDDIVISA IN N. 3 LOTTI.**

RISPOSTE AI QUESITI

	QUESITO	RIFERIMENTO	RISPOSTA
Q2	Relativamente alla procedura in oggetto chiediamo il seguente chiarimento: A pag 32 del Capitolato Tecnico sono riportati i criteri di valutazione A – B – C – D – F – E – F per il Lotto 1 e relativi punteggi per ciascun criterio. A seguire sono riportati i criteri motivazionali suddivisi in sub-criteri, per ciascun criterio di valutazione, per i quali non sono indicati i punteggi relativi a ciascun sub criterio. Lo stesso dicasi per il Lotto 2 (criteri di valutazione da A a G) e per il Lotto 3. Si chiede cortesemente di indicare i punteggi distinti per ciascun sub-criterio per ciascun lotto	Capitolato tecnico - paragrafo modalità aggiudicazione della gara	I criteri motivazionali non sono suddivisi in sub-criteri, ma indicano gli aspetti qualitativi di ciascun criterio di valutazione che sarà valutato per l'attribuzione del punteggio. I criteri di valutazione non sono stati suddivisi in sub-criteri; tale possibilità di individuare sub-criteri è meramente eventuale, com'è palese dall'espressione «ove necessario» dell'art. 95, comma 8, del codice dei contratti pubblici (Consiglio di Stato n. 5245/2017)
Q3	Relazione descrittiva stato luoghi FAENZA. con la presente si fa presente che mancano i documenti inerenti la centrale di FAENZA (relazione descrittiva stato luoghi, dwg) Gentilmente si richiede invio di quanto mancante.	Capitolato tecnico - Allegato D: Relazione descrittiva sullo stato dei luoghi" di ogni ambito territoriale.	Per la centrale di sterilizzazione di Faenza non è richiesto un progetto a cura della ditta installatrice in quanto, come riportato alla pagina 5/47 del Capitolato Tecnico, le attrezzature che sono previste in opzione di acquisto, sono in sostituzione di attrezzature già presenti in centrale. La loro potenzialità resta quindi invariata. Solo al fine di agevolare le ditte, con particolare riferimento alle



			<p>problematiche di logistica, si allega alla presente una tavola in dwg dell'area della centrale di sterilizzazione di Faenza. Qualora le ditte ne rilevassero la necessità, è possibile effettuare un sopralluogo presso la centrale di sterilizzazione, in concomitanza con il sopralluogo presso la centrale di sterilizzazione di Ravenna come già precedente risposto al quesito n. 1</p>
--	--	--	---