

Area Dipartimentale Economico e Gestionale
U.O. Acquisti Aziendali

Il direttore

Annarita Monticelli


Forlì 16/5/ 2018

prot. 0123800 del 17/5/2018

**PROCEDURA APERTA FORNITURA L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED
INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE PER LA
REALIZZAZIONE/AMMODERNAMENTO DELLE CENTRALI DI STERILIZZAZIONE
DELL’AUSL DELLA ROMAGNA, SUDDIVISA IN N. 3 LOTTI.**

RISPOSTE AI QUESITI

	QUESITO	RIFERIMENTO	RISPOSTA
Q5	Si richiede che sia possibile offrire sterilizzatrici che eseguono n. 4 cicli differenti di sterilizzazione di cui il più breve di durata di 35 minuti, con solo 5 minuti in più rispetto ai 30 minuti richiesti, tenendo presente che:- è specificato nel capitolato che ogni apparecchiatura deve effettuare mediamente 800 cicli di sterilizzazione annui, con una media di 2-3 cicli al giorno;- che 5 minuti non determinano ritardi significativi sulla produttività giornaliera (durata circa 15 minuti aggiuntivi al giorno, mediamente); -che la produttività dipende anche da altri fattori come la tipologia e la quantità del carico;- che le apparecchiature che si intende proporre presentano meno rischi di fallimento dei cicli in quanto non ci sono blocchi in caso di contatto delle buste con le pareti della camera di sterilizzazione (possibilità di maggior carico) e in caso di umidità residua sui dispositivi da riprocessare.	Capitolato tecnico - Lotto n. 2	Si ammette la possibilità di offrire per il lotto n. 2 anche apparecchiature che abbiano un ciclo rapido fino a 35 minuti, in quanto non si determinano ritardi significativi sulla produttività giornaliera e viene rispettata l'efficacia del trattamento di sterilizzazione. Conseguentemente nel criterio di valutazione di qualità "F: CARATTERISTICHE DI PRODUTTIVITA'" il criterio motivazionale " 2 . Durata dei cicli (presenza di cicli inferiori ai 30 min)" deve intendersi riferito a 35 minuti.
Q6	Spett.le Ente, con la presente siamo a richiedere il file Allegato 7 Modello Offerta Economica.doc in formato editabile, il file presente nella	Disciplinare di gara – Allegato 7 modello offerta economica	Il file Allegato 7 Modello Offerta Economica.doc risulta editabile, in quanto in formato doc e non protetto. In ogni caso alla presente



	documentazione di gara e' protetto. Distinti saluti		risposta si allega nuovamente il file in versione identica.
--	--	--	--