

Area Dipartimentale Economico e Gestionale  
U.O. Acquisti Aziendali

**Il direttore**


Annarita Monticelli

Forlì 24/05/2018  
prot. 131352 del 25/5/2018


PROCEDURA APERTA FORNITURA L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE PER LA REALIZZAZIONE/AMMODERNAMENTO DELLE CENTRALI DI STERILIZZAZIONE DELL’AUSL DELLA ROMAGNA, SUDDIVISA IN N. 3 LOTTI.

RISPOSTE AI QUESITI


	QUESITO	RIFERIMENTO	RISPOSTA
Q19	<p>Richiesta Chiarimenti AUSL ROMAGNA DISCIPLINARE DI GARA per tutti i Lotti</p> <p>1) Allegato A: Documentazione Tecnica – al punto 6A) Progetto definitivo di layout della propria macchina, viene indicato che la “ditta dovrà fornire, pena esclusione, il progetto definitivo di layout ..... e dovrà essere redatto e firmato da un tecnico abilitato”. Si richiede quali sono le caratteristiche che deve avere tale tecnico e tipo di relativa abilitazione e se trattandosi di “propria macchina” deve essere interno alla ditta partecipante.</p> <p>ALLEGATO AL CAPITOLATO TECNICO Relazione descrittiva dello stato dei luoghi Ospedale Infermi – Rimini</p> <p>2) Si richiede di indicare se i carrelli da 6 US da trattare all’interno del lava carrelli richiesto sono già di proprietà dell’AUSL e nel caso affermativo è possibile averne una scheda tecnica o dimensioni esterne al fine del corretto dimensionamento dell’apparecchiatura.</p> <p>CAPITOLATO TECNICO Lotto 1 – Sistemi di sterilizzazione a</p>	<p>Disciplinare di gara</p> <p>Capitolato tecnico</p>	<p>Sub 1) il tecnico abilitato è un tecnico iscritto all'ordine o collegio professionale, abilitato all'esercizio della professione. Non è necessario che tale tecnico sia dipendente dell'operatore economico partecipante.</p> <p>Sub 2) I carrelli indicati sono di proprietà della AUSL, dimensioni esterne Lunghezza 1010 mm , larghezza 710 mm, altezza 1470 mm della Conf. Industries srl Modello 204XD2TR</p> <p>Sub 3) Si ribadisce la richiesta</p>



<p>vapore 3) Autoclave da 12 US: vengono richieste per la sede di Rimini e Forlì con “pannellatura in acciaio inox su entrambi i lati ... garantire la separazione fra gli ambienti (bioseal)..” Questa tipologia di chiusura viene utilizzata generalmente per locali ad alta contaminazione e con classificazione particolare come laboratori, si richiede se trattasi di refuso e se nel caso contrario questa deve essere prevista su tutta la barriera comprendendo anche quindi le apparecchiature da 6 US previste nelle rispettive sedi. Lotto 3 – Sistemi di lavaggio e termo disinfezione</p> <p>4) Nell’allegato “Allegato A tabella fabbisogno complessivo”, per le apparecchiature vengono indicati sistemi di scarico automatico da 15 DIN 1 per ogni TD. Si richiede se possono essere presi in considerazione sistemi analoghi che permettano anche maggiori capacità di scarico. Alla luce della complessità del progetto da presentare, in virtù anche della possibilità di partecipare da parte di una singola ditta con conseguente ed ingente volume di lavoro, a più lotti previsti in gara (avendo così anche da parte della Vs. spett.le azienda un numero superiore di aziende partecipante ai singoli lotti), si richiede cortesemente il prolungamento dei tempi di presentazione delle offerte.</p> <p>Documentazione Amministrativa</p> <p>5) I documenti per la dimostrazione di requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti a pag.17 del disciplinare devono essere associati al</p>	<p>Disciplinare di gara</p>	<p>espressa in capitolato, per tutta la barriera prevista.</p> <p>Sub 4) Nella tabella dei fabbisogni sono stati indicati sistemi di scarico automatico da 15 DIN nelle opzioni d'acquisto al fine di avere un'offerta completa per eventuali completamenti, sulla base degli spazi residui nei locali di confezionamento per ogni ambito. Per via degli spazi a disposizione e per la movimentazione di carichi sono state presi in considerazione carrelli da almeno 15 DIN sia per il rif. 1 che il rif. 2. del Lotto 3, come espresso nel capitolato tecnico. Non si concede la proroga richiesta, in quanto il bando è stato spedito alla GUUE in data 28 marzo 2018 prevedendo 70 giorni per la predisposizione delle offerte, avendo tenuto conto del sopralluogo obbligatorio e della complessità delle offerte.</p> <p>Sub 5) In sede di gara gli operatori concorrenti devono dichiarare i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti. La comprova di tali requisiti verrà</p>
---	-----------------------------	---



<p>PASSOE già in sede di presentazione offerta oppure solo dalla ditta aggiudicataria</p> <p>6) L'ultimo triennio è riferito al 2014-2015-2016 dato che per molte aziende il bilancio del 2017 ad oggi non è stato ancora approvato?</p> <p>Restando in attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.</p>		<p>unicamente agli operatori economici aggiudicatari.</p> <p>Sub 6) Il requisito di capacità tecnica economica richiesto "Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi" non è necessariamente collegato all'esercizio finanziario e al bilancio aziendale, pertanto l'ultimo triennio si può anche intendere calcolato dalla data di trasmissione del bando alla GUUE avvenuto in data 28/3/2018; pertanto può essere dichiarato/a anche una/o fornitura/servizio eseguito/a nell'anno in corso entro il 28/3/2018.</p>
--	--	---



--	--	--	--