

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, IN ACCORDO QUADRO,  
DI SISTEMI PENSILI E LAMPADE SCIALITICHE PER LE SALE OPERATORIE E LE  
TERAPIE INTENSIVE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA.**

**QUESITO N. 12**

Con la presente inoltriamo la seguente richiesta di chiarimenti tecnici:

LOTTO 1: Rif. Configurazione per n. 4 pensili – doppia postazione in zona intermedia (pag. 12 Capitolato Tecnico):

si chiede cortesemente di chiarire se i n. 2 rack, le due barre DIN e la dotazione utenze elettriche/gas medicali siano da considerarsi in aggiunta alla dotazione indicata precedentemente o quantità effettive da proporre.

LOTTO 2: Rif. Differenze di configurazione per i 2 pensili (+ 8 opzionali) previsti per il blocco operatorio di Forlì e differenze di configurazione per il n. 1 pensile della sala Ostetricia Ravenna e per le sale di Endoscopia Digestiva del P.O. di Lugo (n. 2 opzionali):

considerando la quantità di piattaforme richieste (n. 6 e 5) con una lunghezza della colonna adeguata a sostenerle tutte, si richiede conferma che tali pensili non debbano essere dotati di movimentazione verticale del secondo braccio, ma di sola movimentazione orizzontale.

In attesa di Vs. cortese riscontro l'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

**RISPOSTA**

LOTTO 1. (Rif. 1A)

Per maggior chiarezza si ridefinisce la dotazione completa (lato infusionale) richiesta per n. 4 pensili, doppia postazione in zona intermedia (Lotto 1, Rif. 1A):

- Colonna porta utenze elettriche e gas medicali di dimensioni compatte per una facile e veloce sanificazione, completa di sistema di ancoraggio presente su almeno 2 lati della colonna stessa per l'inserimento di accessori quali piattaforme, barre normalizzate, bracci porta pompe o monitor aggiuntivi.
- Supporto cestello per scaldabiberon (dimensioni 20 cm x 15 cm circa)
- n.1 Supporto aggiuntivo per scaldabiberon
- n.1 ripiano in alluminio verniciato con vernici atossiche e non intaccabili da sostanze disinfettanti/detergenti cassetteria TRIPLA delle dimensioni di circa 500 (L)x400 (P)mm dotato di barre porta accessori almeno laterali e di elementi di protezione integrati. Una piattaforma deve essere dotata di maniglie per lo spostamento/posizionamento dello Stativo Pensile e la regolazione dei freni. E' richiesta una seconda maniglia per lo spostamento/posizionamento dello stativo sulla colonna porta utenze. Portata almeno 40Kg. Il ripiano deve essere posizionato a circa 85 cm da terra.
- n. 1 Braccetto porta monitor aggiuntivo a singolo braccio con terminale Vesa

- E' richiesta un seconda maniglia per lo spostamento/posizionamento dello stativo sulla colonna porta utenze.
- N. 1 asta porta infusioni e pompe a siringa /peristaltiche con doppio aggancio alla colonna.
- n. 1 asta porta pompe e sacche infusionali aggiuntiva a doppio fissaggio alla colonna
- Barre normalizzate DIN
- n. 2 barre din porta accessori aggiuntive
- n. 2 supporti rack che possano contenere ognuno fino a 5 pompe infusionali (2 volumetriche, 3 siringa) con portata di almeno 26 kg ciascuno da installare su lati opposti e che garantiscano accessibilità alle prese.
- Possibilità di aggancio di ulteriori accessori come piattaforme, bracci porta monitor ecc. direttamente alla colonna.
- n. 12 prese elettriche 250V, singolarmente protette secondo le norme vigenti, di cui:
  - n. 8** prese dovranno essere di colore bianco (n. 2 “standard tedesco e bipasso” e n.6 “standard tedesco”)
  - n. 4** di colore verde (n. 2 “standard tedesco e bipasso” e n.2 “standard tedesco”)
  - ad indicare la linea di alimentazione principale e di backup.
- n. 4 prese dati
- n.1 predisposizione per prese a bassa tensione.

Dotazione di prese gas medicali con standard “Afnor”:

- 2 prese Ossigeno
  - 2 prese Vuoto
  - 2 prese Aria Compressa Medica 5 bar
- (ogni linea gas deve essere dotata di una valvola di non ritorno)

## LOTTO 2, RIF 2B

Per quanto riguarda la configurazione richiesta per:

- n. 2 pensili (+ n.8 opzionali) previsti per il blocco operatorio di Forlì
- n. 1 pensile della sala Ostetricia Ravenna
- n 2 pensili (opzionali) per le sale di Endoscopia Digestiva del P.O. di Lugo

si conferma, come descritto in capitolato (Riferimento 2B, n. 29 pensili chirurgici, configurazione comune per tutte le destinazioni) la richiesta di “*basculamento/escursione verticale sino a 60 cm*”