

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, IN ACCORDO QUADRO,
DI SISTEMI PENSILI E LAMPADE SCIALITICHE PER LE SALE OPERATORIE E LE
TERAPIE INTENSIVE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA.**

QUESITO N. 11

1. Con riferimento al lotto 3A (lampada da destinarsi al TIN/NORA di Rimini), si chiede se, considerando le dimensioni ridotte degli ambienti e la destinazione d'uso della lampade (pediatrica/neonatale), sia possibile offrire una combinata avente caratteristiche inferiori rispetto a quelle richieste in capitolato (es. 120.000 lux e non 160.000);
2. Con riferimento alla richiesta di integrazione delle lampade, si richiede perché sia necessario dichiarare con quali sistemi di integrazione le lampade si possano interfacciare, considerato il fatto che una volta rilasciato il protocollo, l'integrazione è automaticamente possibile con qualsiasi sistema.
3. In considerazione del fatto che la gara verrà valutata con 70 punti qualità e 30 punti prezzo, chiediamo se sia previsto eseguire delle prove e delle verifiche tecniche, onde comprovare quanto dichiarato dai produttori.
4. Relativamente ai lotti 3A, 3B 3C, in alternativa ad una configurazione gemellare, è possibile offrire una configurazione principale-satellite, con luminosità diverse?

RISPOSTA

1. Si confermano le caratteristiche richieste in Capitolato
2. Il possesso del protocollo può non essere sufficiente a garantire l'integrazione automatica, ma potrebbe richiedere l'azione di realizzazione dell'interfacciamento da parte del produttore dei sistemi, e generare un costo ulteriore. Per tale motivo si chiede di conoscere per quali sistemi di sala integrata i modelli di lampada offerti possano garantirne l'integrazione.
3. Si conferma che non è prevista l'esecuzione di prove.
4. Si confermano le caratteristiche richieste in Capitolato.