PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, IN ACCORDO QUADRO, DI SISTEMI PENSILI E LAMPADE SCIALITICHE PER LE SALE OPERATORIE E LE TERAPIE INTENSIVE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA.

QUESITO N. 14

Con la presente, in merito al sopralluogo effettuato, si inoltrano i seguenti quesiti:

- 1. Per tutti gli ancoraggi di tutti i sistemi previsti nei 3 lotti vengono richieste oltre alle relazioni strutturali di tecnico abilitato anche le prove di carico, queste sono da considerarsi a campione su alcuni ancoraggi realizzati (visto che caratteristiche del solaio interessato per tutto il piano identico) o è da prevedere puntuale su ogni punto d'ancoraggio?
- 2. Nelle sale di Ginecologia e Ostetricia di Rimini in prossimità del possibile ancoraggio pensili e lampade scialitiche sono presenti diversi impianti (antincendio, aerazione, plafoni di aerazione ecc) che possono impedire il posizionamento delle strutture d'ancoraggio, queste saranno rimossi o spostati per poter procedere con le corrette lavorazioni? In particolare sono presenti anche tubi flessibili in prossimità dei punto ancoraggio dei pensili, questi possono essere "schiacciati" contro la struttura d'ancoraggio senza problematiche di aerazione? In caso non fosse possibile verranno rimossi?
- 3. Nel caso occorra aprire il controsoffitto già finito in cartongesso va ripristinato a carico dell'aggiudicatario?
- 4. Il disegno di gara in cui sono indicati i sistemi pensili per la nuova TIN nelle aree Intermedie non corrisponde esattamente con quanto riportato nel capitolato, fa fede quanto indicato nel capitolato o nel layout?
- 5. Per la configurazione del Lotto 2 Sistema pensile per Pronto Soccorso di Forlì è obbligatorio che la lampada scialitica richiesta a corredo del sistema pensile sia posizionato in modo coassiale sotto il braccio di rotazione del sistema pensile o si può prevedere anche vincolata allo stesso punto d'ancoraggio del sistema pensile installato a Tandem e non sotto il braccio di rotazione? questo permetterebbe inoltre una migliore gestione del sistema richiesto con maggiore movimentazione.
- 6. Nei documenti di gara viene richiesta, in caso di subappalto, indicazione e relativa documentazione della TERNA di subappaltatori. Avendo la scrivente stipulato contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o forniture sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura stessa (non con data certa in quanto trattasi di collaborazioni storiche) si chiede se in alternativa è possibile depositare, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'eventuale contratto a seguito aggiudicazione, presso la Stazione Appaltante detto contratto, non dichiarando pertanto il subappalto e relativa terna in fase di gara.

Ringraziando per l'attenzione restiamo in attesa di Vostro riscontro e porgiamo distinti saluti.

RISPOSTA

- 1. Le prove di carico, come specificato nel capitolato, potranno essere richieste per ogni ancoraggio;
- 2. Il Committente procederà con le azioni correttive necessarie affinché la proiezione delle piastre di ancoraggio risultino libere;
- 3. Si conferma che tutte le lavorazioni da effettuarsi per realizzare tutte le opere di installazione sono a carico dell'aggiudicatario ed anche i conseguenti ripristini necessari per riportare gli

- ambienti nello stato di completamento attuale comprese le rifiniture.
- 4. Per quanto riguarda la descrizione e la configurazione dei pensili ci si attenga al relativo posizionamento indicato nel capitolato, in quanto la rappresentazione grafica delle tavole di arredo è solo rappresentativa.
 - Si fa presente altresì che la ditta offerente deve comunque effettuare l'offerta sulla base delle richieste di capitolato e pertanto la differenza segnalata non ha implicazioni con l'offerta ma eventualmente con l'installazione.
- 5. Se l'installazione proposta per la lampada scialitica consente le movimentazioni richieste (sia per il pensile che per la scialitica) e prevede un unico punto di ancoraggio al solaio, anche questo tipo di proposta è da ritenersi comunque adeguata.
- 6. Nella specifica sezione del DGUE vanno dichiarate solo le attività e i dati relativi al subappalto, come configurato all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.