

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, IN ACCORDO QUADRO,
DI SISTEMI PENSILI E LAMPADE SCIALITICHE PER LE SALE OPERATORIE E LE
TERAPIE INTENSIVE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA.**

QUESITO N. 17

Rif. LOTTO 1 - 1A-1B: in riferimento al valore di portata delle piattaforme, indicato di 40 kg., si chiede se tale portata si debba intendere al netto di eventuali cassette installate al di sotto della piattaforma stessa.

RISPOSTA

Per la singola piattaforma (senza cassette) la portata richiesta è di almeno 40 kg. Per le piattaforme con cassette la portata richiesta è di almeno 40 kg cui va sottratto il peso dei cassette installati sotto la piattaforma stessa.