

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, IN ACCORDO QUADRO, DI COLONNE PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA PER LE SALE

OPERATORIE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI

REGISTRO DI SISTEMA INTERCENTER E N. CHIARIMENTO SITO AUSL	CHIARIMENTO	RISPOSTA
PI108963-18 N. 2	Con la presente si chiede di confermare che le caratteristiche tecniche dell'allegato 1 capitolato colonne, per ciò che riguarda: Lotto 2: Rif E2 FONTE LUMINOSA (completa di 2 cavi luce) tecnologia a led; e Lotto 4: Rif E2 FONTE LUMINOSA (completa di cavo luce) tecnologia a led; non siano pena esclusione ma possano essere valutate positivamente anche tecnologie equivalenti quali la fonte luce Xenon 300W.	Dal punto di vista gestionale una fonte di luce allo XENON 300 Watt non è equivalente ad una fonte di luce a led come richiesto da capitolato tecnico di gara. Si conferma pertanto quanto indicato nel Capitolato Speciale e prestazionale, nelle caratteristiche minime delle apparecchiature
PI109358-18 N. 3	In base al Vs Allegato 1 capitolato colonne: 1. per ciò che riguarda il Lotto 2, il Lotto 3 e il Lotto 4 si chiede di confermare che il kit di materiale di consumo necessario all'operatività delle apparecchiature in caso venga offerto materiale "pluriuso" debba essere sterilizzato con una dichiarazione sui cicli di sterilizzazione prodotta dal fabbricante e il numero di quantità da offrire derivi dalla divisione tra le quantità previste per l'avvio dell'attività / numero cicli sterilizzazione possibili. 2. per ciò che riguarda il Lotto 2, il Lotto 3 e il Lotto 4 si chiede di confermare che il kit di materiale di consumo necessario all'operatività delle apparecchiature per ciò che concerne i tubi di insufflazioni sia composto dal tubo della CO2 pre-riscaldato e dal filtro della CO2 e per ciò che riguarda la pompa di lavaggio sia il tubo di irrigazione e il tubo di aspirazione comprensivo di filtro	1. Si conferma 2. Si conferma ad eccezione del tubo di aspirazione, e del relativo filtro, collegato al Vuoto centralizzato.
PI109984-18 N. 4	- per ciò che riguarda il Lotto 2, il Lotto 3 e il Lotto 4 si chiede di specificare come rispondere ai quantitativi sui monitor richiesti, in quanto nell'allegato 1 capitolato colonne, per ciò che riguarda: il Rif. C2 MONITOR Full HD, viene descritto: - dimensioni schermo 1° monitor non inferiori a 26"; - dimensioni schermo 2° monitor installato su braccio mobile del carrello non inferiori a 26";	

	<p>- identificando di fatto la fornitura di 2 monitor per ciascuna colonna.</p> <p>Si richiede pertanto di specificare se poi nella compilazione della scheda offerta economica Lotto 2 dovremo inserire il prezzo di 6 monitor (q.tà certa) e 12 monitor (q.tà opzionale) oppure i monitor dovranno valere doppio sia per la quantità certa sia per la quantità opzionale richiedendone di fatto 12 (q.tà certa) e 24 (q.tà opzionale)</p> <p>il Rif. C3 MONITOR FHD, viene descritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensioni schermo 1° monitor non inferiori a 26"; - dimensioni schermo 2° monitor installato su braccio mobile del carrello non inferiori a 26"; <p>identificando di fatto la fornitura di 2 monitor per ciascuna colonna.</p> <p>Si richiede pertanto di specificare se poi nella compilazione della scheda offerta economica Lotto 3 dovremo inserire il prezzo di 3 monitor (q.tà certa) e 5 monitor (q.tà opzionale) oppure i monitor dovranno valere doppio sia per la quantità certa sia per la quantità opzionale richiedendone di fatto 6 (q.tà certa) e 10 (q.tà opzionale)</p> <p>il Rif. C2 MONITOR UHD viene descritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensioni schermo 1° monitor non inferiori a 26"; - dimensioni schermo 2° monitor installato su braccio mobile del carrello non inferiori a 26"; <p>identificando di fatto la fornitura di 2 monitor per ciascuna colonna.</p> <p>Si richiede pertanto di specificare se poi nella compilazione della scheda offerta economica Lotto 4 dovremo inserire il prezzo di 2 monitor (q.tà certa) e 8 monitor (q.tà opzionale) oppure i monitor dovranno valere doppio sia per la quantità certa sia per la quantità opzionale richiedendone di fatto 4 (q.tà certa) e 16 (q.tà opzionale)</p>	<p>Risposta valida per tutti i Lotti indicati:</p> <p>Le colonne debbono all'occorrenza essere configurate con 2 monitor da 26" pertanto i carrelli debbono avere le caratteristiche necessarie; la stazione appaltante deciderà in fase di ordine scegliere la configurazione con 1 o con 2 monitor.</p> <p>I monitor che debbono essere quotati sono quelli indicati in scheda offerta.</p> <p>Si precisa inoltre che per le prove previste nell'art. 18.2, le colonne dovranno essere portate nella configurazione con due monitor.</p>
<p>PI109986-18</p> <p>N. 5</p>	<p>In base al Vs Allegato 1 capitolato colonne, a pag 14 viene riportato:</p> <p>Rif. H3 OTTICHE LAPAROSCOPICHE PER ICG 0°</p> <ul style="list-style-type: none"> - ottica 10mm, 0°, 31cm, filtrate per esami in fluorescenza <p>Rif. I3 OTTICHE LAPAROSCOPICHE PER ICG 30°</p> <ul style="list-style-type: none"> - ottica 10mm, 30°, 31cm, filtrate per esami in fluorescenza <p>Si richiede di implementare la scheda offerta economica Lotto 3 in quanto mancano i quantitativi per queste ottiche, riformulando se possibile anche la base d'asta oppure di indicare dove inserire queste ottiche (esempio gli opzionali usurabili).</p>	<p>Trattasi di refuso</p>

<p>PI110344-18</p> <p>N. 6</p>	<p>Alla pagina 14 del capitolato, ai riferimenti H3 e I3 , sono richieste ottiche laparoscopiche per ICG da 0° e 30°.</p> <p>Nella relativa scheda di offerta non troviamo indicazioni in merito.</p> <p>Si chiede pertanto di precisare se tali ottiche sono da quotare nell'offerta base del lotto 3 e, in caso di affermativo, chiediamo l'indicazione delle quantità certe/eventuali per entrambi i riferimenti</p> <p>Oppure se tali ottiche sono da quotare "fuori base d'asta" tra gli accessori opzionali.</p>	<p>Si veda quesito PI109986-18 N. 5</p>
<p>PI110423-18</p> <p>N. 7</p>	<p>Relativamente ai requisiti richiesti per la capacità tecnica-professionale si chiede di precisare se per ultimo triennio si intendono "gli ultimi 36 mesi dalla data di pubblicazione del bando" oppure "gli ultimi 3 anni intesi come esercizi finanziari chiusi (2015-2016-2017)".</p>	<p>Come indicato nel Disciplinare di gara deve essere considerato il triennio decorrente dalla data di pubblicazione sulla GUUE del Bando di gara. Considerato che la pubblicazione è avvenuta il 30/10/2018, il triennio utile ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti, è 30/10/2015 – 29/10/2018.</p>
<p>PI110786-18</p> <p>N. 8</p>	<p>In base a quanto riportato sull'"allegato 3 disciplinare colonne" paragrafo 18.1 si richiede di poter valutare sulla tabella "LOTTI 2-3-4" le seguenti richieste:</p> <p>01. Caratteristiche specifiche delle apparecchiature di acquisizione immagine, Telecamera FHD: tecnologie avanzate; zoom ottico,</p> <p>Si richiede di considerare che esistono due tipi di zoom (ottico e elettronico) e pertanto di omettere la voce "ottico" al fine di poter valutare il sistema di zoom nella sua funzionalità.</p> <p>Centralina FHD: zoom superiori a 2X; tipi di ingressi; possibilità di acquisire immagini e filmati attraverso chiavetta USB:</p> <p>Si richiede di valutare la possibilità di acquisire immagini e filmati attraverso chiavetta USB nel paragrafo 02. Caratteristiche specifiche di visualizzazione ed archiviazione immagini, in quanto caratteristica del sistema di registrazione (vedi vs. allegato 1_Capitolato colonne (Lotto 2 Rif. D2, Lotto 3 Rif. D3, Lotto 4 Rif. D2)</p> <p>02. Caratteristiche specifiche di visualizzazione ed archiviazione immagini:</p> <p>Sistema di archiviazione: archiviazione dati in sicurezza (RAIDX); disco rigido di tipo SSD; elevato numero di ore di registrazione in Full HD; disponibilità di ulteriori formati di archiviazione dati;</p> <p>Si richiede di specificare se è valutata la sola compatibilità con il tipo di storage indicato oppure la fornitura di un completo sistema di archiviazione con queste caratteristiche</p> <p>Fonte di Luce: numero di ore garantito di funzionamento; possibilità di impostare la temperatura colore di luce; elevato numero di cicli di sterilizzazione garantiti dei cavi a fibra ottica;</p>	<p>Si conferma la volontà di valutare entrambe le tipologie di Zoom in quanto si ritiene che abbiano caratteristiche diverse.</p> <p>Si chiede un sistema che garantisca la ridondanza del dato archiviato o una sua backup sicura</p> <p>Per quanto riguarda la "possibilità di impostare la temperatura colore di luce": trattasi di refuso</p>

	Si richiede di omettere la voce "possibilità di impostare la temperatura colore di luce" in quanto le temperature colori di alcune lampade sono fisse ed ottimizzate per la migliore resa di immagine perciò non evidenzia una caratteristica migliorativa del sistema.	
PI111329-18 N. 9	Siamo a richiedere il seguente chiarimento relativo al Lotto 1: è possibile offrire un sistema 4K e non FHD, pertanto una tecnologia superiore rispetto a quella richiesta?	E' possibile
PI112356-18 N. 10	Relativamente all'attestazione del possesso del requisito di Capacità Tecnica e Professionale, partecipando la scrivente a più lotti, ove è prevista sia la fornitura a noleggio che in vendita delle apparecchiature, siamo a comunicare che provvederemo ad indicare complessivamente la fornitura di 3 sistemi analoghi, di cui alcuni in vendita e altro in noleggio o viceversa. Si chiede conferma.	Si conferma
PI112358-18 N. 11	Relativamente al 16.1 Documentazione tecnica – Punto 2. "N. di cicli di sterilizzazione, cavi luce garantiti; specificazione se le linee sono monopaziente o monoseduta", si chiedono cortesemente delucidazioni e/o maggiori informazioni in merito.	Le linee possono essere monopaziente o pluripaziente ma debbono garantire 1500 interventi.