

PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI DI VENTILATORI POLMONARI PER I VARI AMBITI E REPARTI DELL'AUSL ROMAGNA ED IRST, INCLUSI GLI ACCESSORI E COMPONENTI USURABILI, DI CONSUMO/MONOPAZIENTE DEDICATO NECESSARI PER L'UTILIZZO, I SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA ED IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA POST-GARANZIA PARI A 36 MESI- IMPORTO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA EURO 1.018.097,00 IVA ESCLUSA-. NUMERO GARA7225215

<p>Q1 LOTTO 2:1) I ventilatori polmonari da offrire devono essere dotati di umidificatore attivo ?2) Qualora i ventilatori polmonari in oggetto NON dovessero essere dotati di umidificatori, chiediamo cortesemente di indicare marca e modello dell'umidificatore che intendete usare.</p>	<p>I ventilatori polmonari da offrire NON devono essere dotati di umidificatori attivi. Devono essere idonei per essere utilizzati con gli Umidificatori FISHER&PAYKEL modello MR850 e relativi KIT già in dotazione. Il materiale di consumo dedicato richiesto è tutto quello, se previsto, necessario per il funzionamento del ventilatore incluso ad esempio gli eventuali adattatori necessari per poter utilizzare i dispositivi FISHER&PAYKEL. Si precisa inoltre che oltre agli umidificatori FISHER&PAYKEL modello MR850 e relativi KIT in reparto vengono utilizzati generatore 7772020LP, cuffiette, caschi, nasellini e mascherine di varie misure CAREFUSION.</p>
<p>Q2 Lotto 2,i ventilatori polmonari bi-level vengono utilizzati insieme ad un umidificatore attivo che permette il condizionamento della miscela del gas inspiratorio.Nel presente lotto non è richiesto alcun tipo di umidificatore,è richiesta invece la fornitura del materiale di consumo dedicato. Essendo il materiale di consumo (nello specifico il circuito paziente) strettamente correlato al tipo di umidificatore utilizzato, si richiede di specificare se il vostro ente ha già in dotazione umidificatori attivi e, in caso affermativo, sarebbe opportuno conoscere marca e modello.</p>	<p>I ventilatori polmonari da offrire NON devono essere dotati di umidificatori attivi. Devono essere idonei per essere utilizzati con gli Umidificatori FISHER&PAYKEL modello MR850 e relativi KIT già in dotazione. Il materiale di consumo dedicato richiesto è tutto quello, se previsto, necessario per il funzionamento del ventilatore incluso ad esempio gli eventuali adattatori necessari per poter utilizzare i dispositivi FISHER&PAYKEL. Si precisa inoltre che oltre agli umidificatori FISHER&PAYKEL modello MR850 e relativi KIT in reparto vengono utilizzati generatore 7772020LP, cuffiette, caschi, nasellini e mascherine di varie misure CAREFUSION.</p>
<p>Q3 Con riferimento al paragrafo 7.2 – REQUISITI DI CAPACITA TECNICA E PROFESSIONALE del disciplinare di gara Vi chiediamo di confermare che le richieste di cui ai paragrafi 7.2.1 – 7.2.2 – 7.2.3 sono da considerarsi un refuso e che l'unico requisito di capacità tecnica e professionale richiesto per la</p>	<p style="text-align: center;">Disciplina di gara</p> <p>I Paragrafi 7.2.1 – 7.2.2 – 7.2.3 non sono un refuso, sono inseriti nella disciplina di gara e sono da considerare solo se applicabili.</p>

<p>partecipazione all'oggetto è "avere realizzato, presso strutture sanitarie pubbliche o private, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando G.U.E. della presente procedura, forniture analoghe, per un numero complessivo, non inferiore a 3 VENTILATORI</p>											
<p>Q4 Con la presente per permettere la più ampia partecipazione possibile alla procedura in oggetto si richiede se la caratteristica richiesta per il Lotto 3 e più precisamente "La valutazione della meccanica polmonare del paziente deve essere semplice e intuitiva tramite la visualizzazione grafica e/o numerica delle variazioni di resistenze, compliace, volume spontaneo e mandatorio atto per atto con possibilità di fissare manualmente dei valori di riferimento" può essere considerata preferibile in quanto queste valutazioni vengono fatte al posto letto del paziente e mai in un trasporto anche se intraospedaliero e quindi in contrapposizione con le richieste di capitolato e più precisamente "Ventilatore deve essere idoneo al trasporto intraospedaliero"</p>	<p>Si confermano le richieste da capitolato.</p>										
<p>Q5 CAUZIONE PROVVISORIA</p>	<p>La cauzione provvisoria deve essere calcolata sull'importo o sulla somma degli importi del Lotto/Lotti ai quali si partecipa.</p>										
<p>Q6 <u>Precisazione</u></p>	<p>Il calcolo inserito a pag 22 del Disciplinare è un refuso, il paragrafo è da intendersi così:</p> <p>$P(i)$ = Punteggio dell'offerta i-esima; Σ = sommatoria; n = numero totale dei requisiti; W_i = punteggio attribuito al requisito (i), come indicato nel Capitolato Tecnico - allegato A; $V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;</p> <p>La determinazione dei coefficienti $V(a)_i$ per ogni criterio, avverrà attraverso l'attribuzione collegiale da parte della Commissione giudicatrice dei giudizi riportati nella tabella sottostante:</p> <table border="1" data-bbox="911 1827 1362 2051"> <thead> <tr> <th>GIUDIZIO</th> <th>COEFFICIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>non valutabile</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>scarso</td> <td>0,40</td> </tr> <tr> <td>insufficiente</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>sufficiente</td> <td>0,60</td> </tr> </tbody> </table>	GIUDIZIO	COEFFICIENTE	non valutabile	0,00	scarso	0,40	insufficiente	0,50	sufficiente	0,60
GIUDIZIO	COEFFICIENTE										
non valutabile	0,00										
scarso	0,40										
insufficiente	0,50										
sufficiente	0,60										

discreto	0,70
buono	0,80
molto buono	0,90
ottimo	1,00

I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale per troncamento.

La Commissione Giudicatrice esprimerà sintetiche motivazioni esplicative in merito alle valutazioni espresse al fine di consentire di comprendere la determinazione della valutazione stessa; solo nel caso in cui l'assegnazione del giudizio non è unanime, si procederà a calcolare la media dei giudizi espressi dai diversi commissari.

17.3 - Riparametrazione e soglia di sbarramento

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto sul totale del punteggio tecnico previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

La somma dei punteggi definitivi di tutti gli elementi costituisce il punteggio complessivo definitivo, a questo punteggio si applicherà la soglia di sbarramento pari a 51 su 75 punti qualità; pertanto saranno escluse dal prosieguo della gara le ditte che, a seguito della procedura di riparametrazione sui singoli criteri, otterranno un punteggio complessivo di qualità inferiore a 51 punti.

In caso di esclusione per inidoneità motivata del prodotto o per mancato raggiungimento del punteggio minimo qualitativo sopra indicato, non si procederà all'apertura ed alla lettura dell'offerta economica.