

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, IN ACCORDO QUADRO, DI COLONNE PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA PER LE SALE

OPERATORIE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI

REGISTRO DI SISTEMA INTERCENTER E N. CHIARIMENTO SITO AUSL	CHIARIMENTO	RISPOSTA
<p>PI116941-18</p> <p>N. 12</p>	<p>Con la presente siamo a chiedere quanto segue:</p> <p>CHIARIMENTO 1</p> <p>In base a quanto riportato sull'"allegato 3 disciplinare colonne" paragrafo 18.1 si richiede di poter valutare sulla tabella "LOTTI 2-3-4" le seguenti richieste</p> <p>Centralina FHD: zoom superiori a 2X; tipi di ingressi; possibilità di acquisire immagini e filmati attraverso chiavetta USB</p> <p>Si richiede di valutare la possibilità di acquisire immagini e filmati attraverso chiavetta USB nel paragrafo 02. Caratteristiche specifiche di visualizzazione ed archiviazione immagini, in quanto caratteristica del sistema di registrazione (vedi vs. allegato 1_Capitolato colonne (Lotto 2 Rif. D2, Lotto 3 Rif. D3, Lotto 4 Rif. D2)</p> <p>CHIARIMENTO 2</p> <p>In base a quanto riportato sull'"ALLEGATO 1_CAPITOLATO colonne" paragrafo 4 "Lotto 2 - Rif H2 Carrello", "Lotto 3 Rif. - L3 Carrello", "Lotto 4 - Rif. P2 Carrello", dove viene richiesto braccio laterale per il secondo monitor e considerando che la vs. richiesta relativa al secondo monitor è: dimensioni schermo 2° monitor installato su braccio mobile del carrello non inferiori a 26";</p> <p>Si chiede di confermare pertanto che se verranno proposti monitor di dimensioni superiori a 26" (esempio monitor 4K da 31" o 55") questi possano essere posizionati su stativo ripetitore indipendente e quindi non su braccio mobile, poiché non consentirebbe la stabilità del carrello stesso.</p> <p>CHIARIMENTO 3</p> <p>In base agli allegati "Allegato 9_2 Scheda Offerta LOTTO 2", "Allegato 9_3 Scheda Offerta LOTTO 3", "Allegato 9_4 Scheda Offerta LOTTO 4", si fa notare che nella Tabella relativa ai consumabili (sotto riportata) è già impostato da voi il valore 1500 nella colonna "Q.tà previste per l'avvio dell'operatività"</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si conferma quanto richiesto in allegato 3. Si vuole valutare la possibilità di registrare su chiavetta USB anche in caso in cui la colonna sia configurata senza un sistema di archiviazione immagini e filmati. 2. Si conferma, ma l'offerta dovrà comprendere anche lo stativo su ruote 3. Si conferma che si possono inserire le quantità di unità poliuso, modificando i dati già inseriti o adattando la scheda offerta in base a quanto proposto, che

	<p>Tipo di consumabile Descrizione CND N. di Repertorio codice prodotto usato dal fornitore Classe di rischio Q.tà previste per l'avvio dell'operatività</p> <p>Si chiede pertanto di confermare, in caso di quotazione di materiale pluriuso sia sui tubi insufflatori che sulle linee pompa lavaggio, che debba essere inserita in tabella (come ad esempio sopra in neretto) anche la quantità di unità pliuso che garantiscano almeno i 1500 cicli di lavoro richiesti.</p>	<p>deve garantire complessivamente almeno 1500 cicli.</p>
--	---	---