

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, IN ACCORDO QUADRO, DI COLONNE PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA PER LE SALE

OPERATORIE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI

REGISTRO DI SISTEMA INTERCENTER E N. CHIARIMENTO SITO AUSL	CHIARIMENTO	RISPOSTA
<p>PI117098-18 n. 13</p>	<p>Relativamente al Quesito PI109984-18 ed alla risposta PI116581-18 siamo a richiedere maggiori delucidazioni. Nella risposta è indicato che i “carrelli debbono avere le caratteristiche necessarie” per configurare , all’occorrenza, un carrello con n.2 monitor. Si chiede pertanto se nella scheda offerta, dei lotti 2/3/4, per ciascun carrello, sono da quotare n.2 bracci. Es. per lotto 2) - carrelli quantità certa n.2 ? n. bracci 2 o 4? - Carrelli quantità opzionale n. 8 ? n. bracci 8 o 16?</p>	<p>n. 4 n. 16</p>
<p>PI117112-18 N. 14</p>	<p>1. Nel Disciplinare di gara, Tabella 2.1 – Oggetto dell’appalto, si dichiara che la fornitura a noleggio sarà QUINQUENNALE per un valore pari a euro 170.625,00 + 4.200.000,00 per il materiale di consumo (per un totale di 4.370.625,00) mentre sempre nel Disciplinare di gara al punto 4 (Durata dell’appalto, opzioni e rinnovi) si da alla stessa una valenza TRIENNALE Allo stesso punto,4.2 (Opzioni e rinnovi) , al punto 3) Rinnovo, si evince che la Vs Amministrazione si riserva la possibilità di rinnovare ALLA FINE DEL TRIENNIO e per un importo pari a 2.623.000,00 la fornitura. Questo valore rientrerebbe quindi nel quinquennio sopra descritto ed al quale fa riferimento la base d’asta Come dobbiamo quindi intendere il periodo di valenza della gara stessa? Le due cifre (4.200.00,00 di base d’asta (quinquennio o triennio?) e 2.623.000,00 per il rinnovo) vanno quindi sommate? Nel Capitolato speciale, più precisamente al punto 3 Lotto 1 Tab 2 si evincono le quantità annuali inerenti al materiale di consumo, ed a seguire le tabelle indicanti le quantità si evince nuovamente una durata quinquennale del contratto Confermate quindi la valenza quinquennale della gara?</p>	<p>1. Come indicato all’art. 4.1 la durata triennale è quella dell’Accordo Quadro. Nell’arco di tale periodo verranno stipulati contratti derivati sia per le quantità certe sia, eventualmente per le quantità opzionali. Il primo contratto derivato, per le quantità certe, avrà durata quinquennale. Tale informazione è specificata altresì all’art. 3 del Capitolato Speciale: <i>“Il contratto derivato avrà durata quinquennale decorrente dalla data di collaudo della prima fornitura e terminerà il quinto anno decorrente da tale data.”</i> La cifra a base d’asta di EUR 4.370.625,00 (noleggio + consumabili) è relativa al quinquennio e comprende sia le quantità certe che le quantità opzionali Al punto 4.2 del Disciplinare è indicato che <i>“l’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto ..., per una durata pari a tre anni”</i>. La cifra di EUR 2.623.000,00 è relativa al al rinnovo. Il tutto come precisato alla fine dell’art. 4.2 nel riassunto degli importi di ciascun lotto.</p>

	<p>2. Nel Disciplinare di gara, lotto n1 , nel dettaglio delle prestazioni si indica in 13 il numero massimo di colonne richiedibili da questa amministrazione, suddivise in 9 (quantità certa) e 4 (eventualmente richiedibili entro tre anni dall'aggiudicazione). Nel capitolato speciale, al punto tre (Quantità per ciascun lotto) nella tabella di composizione delle 9 colonne tipo richieste ci sono delle quantità non corrispondenti alla creazione di 9 colonne complete)</p> <p>Quindi, pensando alle 4 colonne opzionali, quale sarà la conformazione tipo di queste ultime?</p> <p>La valutazione economica da presentare (e relativa base d'asta) sarà quindi da ripartire su 9 colonne o sulle 13 (q.tà massima)?</p>	<p>2. Le 9 colonne della quantità certa sono da configurare con i quantitativi della Tab.1, mentre le 4 colonne opzionali sono da offrire in configurazione completa.</p>
--	--	---