

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, IN ACCORDO QUADRO, DI COLONNE PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA PER LE SALE

OPERATORIE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI

REGISTRO DI SISTEMA INTERCENTER E N. CHIARIMENTO SITO AUSL	CHIARIMENTO	RISPOSTA
<p>PI117114-18</p> <p>N. 15</p>	<p>Siamo a richiedere i seguenti chiarimenti</p> <p>Rif. E1 FONTE LUMINOSA: la fonte può essere inclusa nel sistema video “all in one”?</p> <p>Rif. F1 POMPA PER ARTROSCOPIA: la dicitura “ a doppia via ” indica la possibilità di avere le due tipologie di kit (solo inflow ovvero inflow – outflow) oppure si deve intendere come un doppio rotore?</p>	<p>Rif. E1 - Sì, può essere inclusa e l'equivalenza della proposta “all in one” sarà valutata dalla commissione.</p> <p>Rif. F1 - Come chiaramente indicato in Rif. F1, si chiede una pompa per artroscopia a “doppia via” <u>per la gestione della distensione e dello scarico</u></p>
<p>PI117130-18</p> <p>N. 16</p>	<p>Siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:</p> <p>Lotto 1 - Rif. Capitolato speciale: Rif H1 SHAVER: criteri di valutazione:</p> <p>A) 02 Caratteristiche specifiche: “ inerentemente agli shaver, la possibilità di gestione di manipoli di tipo Jacobs ed eventuali seghe e spara fili” è mandataria od opzionale?</p> <p>B) 03 Caratteristiche specifiche del materiale di consumo: la “Disponibilità di lame shaver pluriuso” è opzionale o va a creare un gap nell'attribuzione del punteggio?</p> <p>C) 07. Aggiornamenti tecnologici: la possibilità richiesta in che tempi ed in che modi viene intesa dalla vostra amministrazione?</p>	<p>A) Non si capisce in tal contesto il termine “mandataria”.</p> <p>Non essendo una caratteristica presente nelle caratteristiche minime (punto 4.) trattasi di opzione che, se presente, sarà valutata positivamente.</p> <p>B) La disponibilità di lame shaver pluriuso oltre che monouso sarà valutata positivamente.</p> <p>C) Nei tempi di validità contrattuale; L'aggiornamento tecnologico dovrà essere offerto in termini di sostituzione delle apparecchiature o dei DM di consumo alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione</p>

<p>PI117217-18</p> <p>N. 17</p>	<p>in merito alla risposta al quesito PI109984-18, possiamo ritenere la stessa valida anche per il lotto 1?</p>	<p>Si conferma che la risposta al quesito PI109984-18 n.4 è valida anche per il lotto 1</p>
---------------------------------	---	---