

QUESITI DEL 07/12/2018 PROTESI ODONTOIATRICHE FISSE E MOBILI

- 1) Con riferimento al requisito di idoneità di cui al punto 7.1 letto. b), premesso che:
- la registrazione presso il Ministero della Sanità a norma dell'art. 11 comma 6 e 7 e dell'art. 13 comma 1 e 2 del dlgs. n.46/1997 è richiesta per i soggetti che producono i manufatti protesici;
 - la rete di imprese, ancorché dotata di soggettività giuridica, partecipa alla gara, al pari dei RTI, usufruendo dei requisiti delle imprese aderenti indicate come esecutrici delle forniture oggetto dell'appalto;
 - la produzione dei manufatti protesici, in caso di aggiudicazione, è interamente effettuata dalle suddette imprese aderenti e non dalla Rete di Imprese in quanto tale
- si chiede conferma che:**
- il suddetto requisito di idoneità di cui al punto 7.1 letto. b), in caso di partecipazione di un'aggregazione di imprese di rete, debba essere posseduto da ciascuna delle imprese aderenti indicate come esecutrici e non anche dalla Rete medesima;
 - che pertanto l'indicazione contraria riportata nel punto 7.4 a pag. 7 del disciplinare di gara deve intendersi un refuso.

In attesa di un Vs. cortese riscontro, si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

2)

chiarimenti relativi alla campionatura richiesta:

PROTESI MOBILE:

- Protesi mobile parziale si intende protesi parziale finita con ganci a filo?
- Protesi totale si chiede conferma che sia richiesta solo un'arcata
- Protesi totale con evidenza montaggio denti: si intende montaggio protesi totale su base in cera o resina (montaggio in prova denti)
- Protesi totale con evidenza vallo in cera è su base di resina o solo cera?
- È possibile utilizzare 1 modello per la parziale e 1 solo modello per i tre campioni della protesi totale?

PROTESI SCHELETRATA

- Protesi scheletrata con evidenza progettazione di II classe di Kennedy: si intende solo il disegno della progettazione?
- Protesi scheletrata con evidenza montaggio denti posteriori: si intende scheletrato finito con denti?
- Protesi scheletrata con evidenza rifinitura parte metallica: si intende scheletrato solo armatura (parte metallica)?
- Protesi scheletrata con evidenza della fusione: si intende la struttura metallica dopo la fusione con l'eliminazione della impernatura dopo il processo elettrolitico e la sabbiatura?
- E' possibile realizzare i 4 campioni su un unico caso/modello?

PROTESI FISSA:

- E' possibile realizzare i 4 campioni su un unico caso/modello?

Considerando la scadenza della gara il 04.01 pv, viste anche le feste natalizie si richiede la massima sollecitudine nella risposta e si richiede il rinvio ei termini di presentazione dell'offerta.

RISPOSTE:

- 1) In accordo con quanto previsto nel Bando-tipo n. 1 /2017 all'art. 5 relativamente alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, si

conferma che il requisito di idoneità di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica (come espressamente indicato al punto 7.4 a pag. 7 del disciplinare di gara.

2) Protesi mobile

- Protesi parziale mobile si intende protesi da consegnare, ovvero finita con ganci a filo
- Protesi totale completa comprensiva della porzione superiore ed inferiore ovvero entrambe le arcate
- Protesi totale completa della porzione superiore ed inferiore con evidenza del montaggio denti su base in resina
- Protesi totale completa della porzione superiore ed inferiore con evidenza del vallo in cera su base in resina
- E' tassativamente richiesto un modello/campione per la protesi parziale mobile e un singolo modello per ogni singolo campione (tre modelli) per la protesi mobile totale

Protesi scheletrata

- Protesi scheletrata con evidenza progettazione di II classe di Kennedy si intende progettazione mediante preparazione del modello in gesso e disegno dello scheletro utilizzando i preformati in cera
- Il montaggio dei denti posteriori si intende montaggio mediante supporto in cera degli elementi dentari protesici sullo scheletrato metallico in prova
- L'evidenza della rifinitura è riferita e definita per la parte metallica dello scheletrato
- L'evidenza della fusione è riferita alla struttura metallica dopo la fusione, l'eliminazione dell'imperatura, l'elettrolisi e la sabbiatura
- E' tassativamente richiesto un singolo modello/campione per ogni singola fase richiesta, il caso clinico può essere unico

Protesi fissa

- E' tassativamente richiesto un singolo modello/campione per ogni singola fase richiesta, il caso clinico può essere unico