

**PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE SUDDIVISA IN CINQUE LOTTI DI ATTREZZATURE INERENTI IL "PERCORSO PARTO" PER L'AUSL ROMAGNA COMPRENSIVO DEL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA POST-GARANZIA PARI A 36 MESI-IMPORTO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA EURO 2.077.518,00 (IE).
NUMERO GARA 7254145**

<p>Q1 Spettabile Amministrazione si chiede di confermare che il giorno della seduta pubblica verrà comunicato agli Operatori Economici con un preavviso di 3 giorni sul sito internet della ASL committente (cfr. Art. 18 Disciplinare) e pertanto la data del 25/12/2018 h 10.00 riportata sul portale sia da considerarsi come refuso.</p>	<p>Art. 18 Disciplinare Il giorno di tutte le sedute pubbliche verrà comunicato agli Operatori Economici ESCLUSIVAMENTE mediante avviso pubblicato sul sito internet della ASL committente www.auslromagna.it. con un preavviso di 3 giorni.</p>
<p>Q2 Siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: LOTTO N. 1 - Si chiede di meglio specificare e chiarire la richiesta/caratteristica di seguito riportata:aggancio/alloggiamento del sistema di ventilazione meccanica per trasporto intraospedaliero contemporaneo di almeno 3 incubatrici LOTTO N. 3 - Tra i criteri di valutazione - parametri richiesti al punto B-Funzionalità, si fa riferimento alle caratteristiche del monitoraggio SpO2 – tale monitoraggio non rientra invece tra le richieste previste in dotazione alle isole neonatali. Si chiede di chiarire se le isole devono essere dotate di monitoraggio del parametro paziente SpO2</p>	<p>Su 12 incubatrici Ibride che rappresentano la quantità certa della fornitura almeno 3 debbono avere il sistema di aggancio/alloggiamento del sistema di ventilazione meccanica.</p> <p>Si conferma quanto descritto in capitolato tecnico: tra le caratteristiche minime non si chiede il monitoraggio della SPO2 ma sarà valutato positivamente se questo verrà incluso nell'offerta.</p>
<p>Q3 In riferimento alle attrezzature del Lotto 3;isole neonatali; si chiede di precisare se il - monitoraggio SpO2 - elencato nei parametri di valutazione del criterio B. funzionalità; è da considerarsi quale caratteristica di base od opzionale, non essendo riportata tra le caratteristiche tecniche funzionali indispensabili nel Capitolato di gara art. 4 si chiede inoltre di voler mettere a disposizione il file del questionario tecnico - allegato 8 - anche in formato editabile. Grazie, saluti</p>	<p>Si conferma quanto descritto in capitolato tecnico: tra le caratteristiche minime non si chiede il monitoraggio della SPO2 ma sarà valutato positivamente se questo verrà incluso nell'offerta.</p>
<p>Q4 In riferimento al lotto n. 4 si richiede: come riportato a pagina 9 del capitolato tecnico:opzioni da quotare separatamente, non compresi in offerta base non valutabili: allestimento di una rete wireless che permetta di monitorare i pazienti tra la sala parto e la sala cesareo. Specificare se esiste già una rete wireless a cui è possibile collegarsi o se, in caso questa non sia già esistente, si richiede di indicare quale è la superficie da coprire, ed eventualmente le planimetrie.</p>	<p>Vedi piantina allegata con scala di riferimento.</p>