



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Economico e Gestionale

U.O. Acquisti Aziendali

Direttore ad interim: Paola Lombardini

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON Più OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER NEUROSTIMOLAZIONE E NEUROMODULAZIONE PER TERAPIA ANTALGICA E NEUROCHIRURGIA PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA.
NUMERO GARA 7261270**

Rif. Sater	QUESITO	RISPOSTA
PI134329-18	Sono a chiedere i seguenti chiarimenti per il lotto B: - Nella descrizione viene indicato il Periduroscopio PLURIUSO. E' possibile partecipare con il Periduroscopio monouso, visto che la ns azienda dispone di questo tipo di sistema? - Nelle caratteristiche si parla di sistema per il trattamento ELETTRICHIURGICO delle aderenze. Il fatto di non avere quel tipo di trattamento comporta la perdita di 10 pt sulla valutazione tecnica o pena l'esclusione?	Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara.
PI134769-18	Relativamente al lotto D5, si chiede di specificare esattamente cosa si intenda per "Sistemi di posizionamento catetere"(parametri valutazione qualitativa). E' possibile che si tratti di un refuso riferito al lotto D4?	Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara.
PI134773-18	Relativamente al lotto D5, si chiede di specificare esattamente cosa si intenda per "Sistemi di posizionamento catetere"(parametri valutazione qualitativa). E' possibile che si tratti di un refuso riferito al lotto D4?	Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara.
PI135728-18	In riferimento al DISCIPLINARE DI GARA art. 7.3.3 campionatura per il lotto C1 RADIOFREQUENZA si deve inviare un campione a scelta fra le misure richieste nel capitolato tecnico o un campione per ogni misura e lunghezza ?	E' possibile inviare un campione a scelta fra le misure richieste nel capitolato tecnico – allegato A.
PI135877-18	"In relazione alla campionatura per il LOTTO N.4, si chiede di voler confermare la possibilità di inviare contestualmente all'offerta la campionatura dei soli prodotti termocoppia, ago cannula di inserimento e piastra neutra per paziente, consegnando poi su richiesta della rispettabile commissione il generatore e i relativi accessori con una settimana di anticipo rispetto alla data di valutazione tecnica che sarà fissata per l'azienda offerente."	E' possibile inviare contestualmente all'offerta la campionatura dei soli prodotti termocoppia, ago cannula di inserimento e piastra neutra per paziente, consegnando poi su richiesta della commissione giudicatrice il generatore e i relativi accessori.

Area Dipartimentale Economico e Gestionale

U.O. Acquisti Aziendali

Viale 1° Maggio, 280 - 47522 Pieveferrata di Cesena (FC)

Direttore: Annarita Monticelli

Tel. 0547.394452 – Fax 0547.610948

e-mail: acquisti@auslromagna.it

Pec acquisti@pec.auslromagna.it

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Sede legale: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)

C.F. e P.IVA 02483810392

Sito WEB: www.auslromagna.it