

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Economico e Gestionale

U.O. Acquisti Aziendali

Direttore ad interim: Paola Lombardini

PROCEDURA TELEMATICA APERTA INDETTA DALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER NEUROSTIMOLAZIONE E NEUROMODULAZIONE PER TERAPIA ANTALGICA E NEUROCHIRURGIA DISTINTA IN 12 LOTTI.

Rif. Sater	QUESITO	RISPOSTA
PI138527-18	Nell'art. 15 - Contenuto della parte B - Offerta tecnica, a pagina 23 del Disciplinare di gara, volevamo sapere cosa si intende al punto 15.8 - Data Sheet Fabbrikante	Scheda Tecnica che riassume le caratteristiche e le performance di un sistema rilasciata dal fabbricante del sistema.
PI137332-18	E' accettata la quotazione di un singolo codice come "sconto merce" nei casi in cui detto codice faccia parte di una composizione di impianto tipo?	La quotazione in "sconto merce" non viene accettata.
PI137425-18	Relativamente al lotto D4 e agli altri lotti di neurostimolazione, viene richiesto di quotare analiticamente il tunnellizzatore. Questo elemento concorre a costituire l'impianto tipo e conseguentemente la base d'asta?	Si conferma quanto richiesto dalla documentazione di gara;
PI137641-18	In relazione al lotto C1 - considerato che non è specificato l'impianto tipo per il KIT MONOUSO, è da intendersi formato da 1 cannula, 1 termocoppia e accessori? - si chiede di precisare come deve essere composto il KIT CAMPIONE per il kit monouso e pluriuso. relativamente al KIT PLURIUSO confermate che non è necessario presentare la termocoppia pluriuso?	- Si conferma quanto richiesto dalla documentazione di gara, ovvero per KIT MONOUSO deve intendersi tutto quanto risulta necessario per l'esecuzione del trattamento; - KIT CAMPIONE: deve essere un esemplare di quanto offerto.
PI138794-18	In relazione al Lotto C1, facendo riferimento alla modalità di fornitura dei generatori e considerando quanto riportato nel capitolato speciale si richiede se, con la dicitura "Generatori idonei alla destinazione d'uso richiesta, per ogni sede in cui si eseguono i trattamenti, quotati analiticamente secondo la soluzione del noleggio omnicomprensivo (compresa quindi manutenzione ordinaria e straordinaria) - a comporre l'offerta richiesta", è contemplata la fornitura dei generatori in noleggio ad ogni intervento programmato. Questa formula prevede un Servizio di Assistenza tecnica e la fornitura del generatore con manutenzione full risk a carico del fornitore per ogni seduta	Si conferma quanto richiesto dalla documentazione di gara.

Area Dipartimentale Economico e Gestionale

U.O. Acquisti Aziendali

Viale 1° Maggio, 280 - 47522 Pievesestina di Cesena (FC)

Direttore: Annarita Monticelli

Tel. 0547.394452 - Fax 0547.610948

e-mail: acquisti@auslromagna.it


Pec acquisti@pec.auslromagna.it

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Sede legale: via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna (RA)

C.F. e P.IVA 02483810392

Sito WEB: www.auslromagna.it



	operatoria programmata. Qualora l'Azienda risultasse seconda aggiudicataria, considerata la fornitura del 30% dei fabbisogni stimati (che non giustificerebbe l'impegno economico, sarebbe possibile valutare questo tipo di servizio?	
PI139036-18	Si chiede di chiarire se la Scheda Tecnica Sezione D contenuta a pag. 39 del Capitolato Tecnico nella parte "per ogni componente monouso del kit impianto" sia da compilare solo per i prodotti monouso previsti nella Composizione Impianto Tipo o anche per i prodotti offerti per la revisione dell'Impianto (Mandrini, Tunnelizzatori, ecc.).	Le informazioni devono essere fornite per ogni componente facente parte dell'offerta.
PI139043-18	Con riferimento alla Composizione Impianto Tipo Lotto D2 descritto a pag. 29 del Capitolato Tecnico, si chiede di confermare che il Programmatore Paziente richiesto sia solo uno e che la richiesta inserita due volte nella descrizione sia quindi un refuso.	Si precisa che si deve intendere un solo programmatore paziente per "Impianto Tipo".