

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Economico e Gestionale

U.O. Acquisti Aziendali

Direttore ad interim: Dott.ssa Paola Lombardini

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI FISSAZIONE E SOSTITUTI OSSEI PER LE UU.OO DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL'AUSL DELLA ROMAGNA

CHIARIMENTI

(Aggiornato al 15 gennaio 2019)

1) Chiarimento PI007168-19

DOMANDA Vorrei porre un quesito sulla compilazione del DUVRI nella sezione CAPACITA' TECNICA e PROFESSIONALE Nel DUVRI caricato sul portale viene richiesto di indicare (x il periodo di riferimento) tutte le principali forniture indicando nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati: in altri termini occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve indicare i clienti pubblici e privati delle forniture in oggetto - 01.01.16 31.12.18. Nel Disciplinare di Gara chiedete almeno tre forniture (importo date e destinatari pubblici e privati). Come dobbiamo procedere? Inoltre se dobbiamo inserire un elenco di tutte le forniture effettuate, esiste la possibilità in piattaforma di allegare al DUVRI un altro file pdf?

1) RISPOSTA

Nel DGUE e nell'Allegato 3A è necessario indicare, ex art. 6.3 del Disciplinare di gara almeno nr. 3 forniture nel settore oggetto dell'appalto, eseguite nel triennio 1/1/2016 al 31/12/2018 presso Aziende Sanitarie pubbliche e private, pertanto si conferma che **nr. 3 forniture sono sufficienti a soddisfare il requisito richiesto.**

2) Chiarimento PI004770-19


Come requisito di capacità tecnica e professionale vengono richieste almeno 3 forniture nel settore oggetto dell'appalto presso Aziende Sanitarie e private. Accettate anche forniture effettuate presso distributori/rivenditori? Le forniture, suddivise per anno, possono essere anche state effettuate ad un unico cliente?

2) RISPOSTA

Le forniture devono essere state eseguite presso Aziende Sanitarie pubbliche e private. Si accettano anche nr. 3 contratti di fornitura stipulati con il medesimo contraente nel triennio indicato nel disciplinare di gara.

3) Chiarimento PI002699-19

Relativamente al lotto 6, sostituto osseo addizionale di antibiotico: è possibile offrire semplicemente il sostituto privo di antibiotico o è necessario fornire anche quest'ultimo?



RISPOSTA

Al lotto 6 è richiesto solo il sostituto osseo addizionabile di antibiotico ma privo di antibiotico. E' necessario che in Scheda tecnica siano indicati gli antibiotici utilizzabili e compatibili con il prodotto offerto.

4) Chiarimento PI003411-19

Nel lotto n.6 alla voce "caratteristiche tecniche del prodotto" viene indicato "Volumi richiesti range da 5cc a 25cc". Vorremmo sapere se è indispensabile avere a disposizione una gamma che comprenda esattamente anche i volumi 5 e 25 cc o sono accettati anche volumi di gamma diversi purché rientrino in questo range?

RISPOSTA

I volumi offerti devono rientrare nell'intervallo del range indicato in capitolato tecnico.

5) Chiarimento PI004770-19

Per il lotto 6 viene richiesto un range da 5 a 25 cc. Esiste una tolleranza minima in caso di differenza di volume? Quali sono le misure essenziali che il prodotto offerto deve avere?

RISPOSTA

Si conferma che l'offerta deve rientrare nei volumi di range indicati in capitolato tecnico, rispetto al quale non è prevista un'ulteriore tolleranza.

6) Chiarimento PI008607-19

Si chiede di specificare il tipo di antibiotico richiesto al lotto n.5.

RISPOSTA

Non è richiesto un antibiotico specifico.

7) Chiarimento PI008607-19

Si chiede di precisare se i campioni da fornire possano essere non sterili o scaduti.

RISPOSTA

Sì, purché siano inalterate le caratteristiche da valutare nei criteri esplicitati in capitolato tecnico.