



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

PROCEDURA APERTA INDETTA DALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA PER LA FORNITURA DI APPARECCHI ORTODONTICI MOBILI E FISSI PER IL SERVIZIO DI ORTODONZIA ED ODONTOIATRIA.

DURATA ANNI 3 RINNOVABILE PER ULTERIORI ANNI 3.

VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO STIMATO PER LA FORNITURA (INCLUSO IL PERIODO DI RINNOVO E DI PROROGA EVENTUALE) € 1.113.269,50 (IVA ESCLUSA). N. GARA: 7206648 CIG: 7635944454

### RISPOSTE AI QUESITI

In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:

Cesena 16/11/2018

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI108931-18 PI112585-18	In relazione alla campionatura richiesta nei requisiti di capacità tecnica e professionale si richiedono i seguenti chiarimenti: 1) Griglia circolare: si intende dispositivo ortodontico fisso con griglia anteriore (antilingua) o con griglia estesa a tutta l'arcata? 1) ERP: il modello di campionatura deve essere realizzato con n° 2 o n°4 bande?	Art. 7.3.5 del Disciplinare di gara	In relazione al quesito posto si precisa quanto segue: 1) Griglia circolare: si intende dispositivo ortodontico con griglia anteriore, solitamente sagomata ad arco da canino a canino, saldata su bande molari; 2) ERP: deve essere saldato su 2 bande molari con bracci sagomati fino ai canini.
PI111421-18	Si chiedono i seguenti chiarimenti: 1) La campionatura deve essere presentata in base di plastica o squadrata? 2) A pagina 8 del disciplinare di gara art.7.3.4 è richiesto per i dispositivi medici marcati CE (componentistica) indicazione del numero di iscrizione al Repertorio Nazionale dei dispositivi medici. Dato che i dispositivi dell'appalto in oggetto sono dispositivi su misura e non sono marcati CE, vorremmo un chiarimento sulla dichiarazione che dobbiamo rilasciare nell'offerta tecnica.	Art. 7.3.5, art. 7.3.4 del Disciplinare di gara, DGUE, Allegato B	In relazione al quesito posto si precisa quanto segue: 1) La campionatura va presentata squadrata; 2) Si evidenzia che il dispositivo ortodontico oggetto della gara è un dispositivo medico classificato nel CND quale dispositivo su misura con codice identificativo Q, sottoposto alla normativa allegato I e VIII del D.L.n. 46 del 24/02/1997 e Direttiva 93/42/CEE e suscettibile di rilascio di dichiarazione di conformità correlata. Per quanto riguarda <u>i singoli componenti costitutivi del dispositivo, sono classificati nel CND quali dispositivi medici impiantabili non attivi con codice identificativo B, con marcatura CE.</u> Fatta questa premessa il n° repertorio deve essere indicato dove

	<p>3) Nel disciplinare di gara è richiesto come requisito un importo non inferiore a 159.039,50 euro per la fornitura di apparecchi ortodontici mobili e fissi nel triennio 01/10/2015 - 30/09/2018. Dato che nel DGUE dove viene richiesto di indicare il fatturato annuo generico e specifico si può selezionare solo l'anno d'esercizio senza poter specificare dal 01/10/2015 al 31/12/2015 e dal 01/01/2018 al 30/09/2018, quali importi dobbiamo indicare? Dobbiamo, selezionando l'anno d'esercizio 2015, indicare il fatturato dal 01/10/2015 al 31/12/2015 oppure dal 01/01/2015 al 31/12/2015? Inoltre dobbiamo selezionare l'esercizio 2018 indicando il fatturato annuo generico e specifico dal 01/01/2018 al 30/09/2018?</p> <p>4) Qual è l'importo della marca da bollo da apporre sulla domanda di partecipazione?</p>		<p>è presente, non va indicato dove non è presente indicandone la motivazione (ad esempio: non applicabile, ovvero in fase di registrazione o altro);</p> <p>3) Nel DGUE indicare l'ammontare complessivo di fornitura selezionando un anno (l'importante è che l'importo complessivo delle forniture sia relativo al triennio indicato nel disciplinare), poi il dettaglio delle forniture deve essere specificato nella domanda di partecipazione come riportato nel modello (allegato B – punto 15);</p> <p>4) L'importo della marca da bollo da apporre sulla domanda di partecipazione è di €. 16.00 da assolvere secondo le modalità indicate al punto 16 della domanda stessa.</p>
PI112081-18	<p>Si chiede conferma che la relazione illustrativa delle caratteristiche e le schede di lavorazione dei prodotti offerti con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nel Capitolato Tecnico allegato A ai fini della valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione di aggiudicazione, sia relativa alla sola campionatura.</p>	Art. 15 del Disciplinare di gara	<p>La relazione illustrativa e le schede di lavorazione vanno presentate per tutti i prodotti richiesti presenti nell'offerta e non solo per la campionatura e la relazione deve contenere tutte le informazioni utili alla Commissione giudicatrice per la valutazione qualitativa dei prodotti e l'attribuzione dei punteggi secondo quanto indicato nell'Allegato A capitolato tecnico.</p>
PI112574-18	<p>In caso di partecipazione in RTI dovrà essere presentata una domanda per ogni singola aderente al RTI più una per l'RTI medesimo sottoscritta da tutte le aderenti?</p>	Art. 14 del Disciplinare di gara	<p>Nel caso di RTI la domanda va presentata e sottoscritta dalla sola mandataria/capofila come indicato a pagina 17 del disciplinare (art.14.1). Si raccomanda di osservare tutte le disposizioni relative al RTI.</p>